

**Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach**
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, ~~29.12.~~ 2022 r.

Znak: **EZ/219/2022/EK**

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Działając na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 7. Pkt 9.

Czy w związku z faktem, że ustawa o wyrobach medycznych i rozporządzenie Rady Parlamentu UE 2017/745 (MDR) art. 10 - nie nakładają obowiązku zapewniania części zamiennych oraz zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2648/18 WYROK z dnia 14 stycznia 2019 r. - z którego wynika, iż zamawiający może żądać zapewnienia części ale na okres nie dłuższy niż ogólna gwarancja – Zamawiający dopuści zmianę zapisów w w/w paragrafie umowy – na: 24 m-ce?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 7. Pkt 2 a).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu na:

- usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji

Uzasadnienie: W przypadku konieczności wymiany elementów, Producent musi wyprodukować części zamienne potrzebne do usunięcia usterki oraz dostarczyć w pełni sprawne urządzenie do Zamawiającego. Proponowane 14 dni roboczych jest skalkulowane z należytą starannością dzięki wieloletniemu doświadczeniu Producenta oraz autoryzowanego serwisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Dotyczy pakietu nr 1 – Fotel do dializ – 5 szt

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania konstrukcję fotela wykonaną z kształtowników i rur ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści tapicerkę o poszyciu bezszwowym odpornym na działanie środków dezynfekujących i promieni UV ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z tapicerką dopuszczoną do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadającą atest higieniczny, odporną na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z wysokością leżyska regulowaną za pomocą kolumny elektrycznej obudowanej aluminiową osłoną łatwą do utrzymania w czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku IPX6 ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0 -75 ° ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z elektryczną regulacją podparcia nóg w zakresie 0-30°

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z elektryczną regulacją do pozycji Trendelenburga w zakresie od 0 ° do – 15 ° , uzyskiwaną za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie kolorem czerwonym ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z elektryczną regulacją do pozycji Anty-Trendelenburga w zakresie od 0 ° do 3 ° ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z elektryczną regulacją wysokości fotela w zakresie 530-970 mm opartej na kolumnie elektrycznej w obudowie aluminiowej ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z mechanicznie regulowanym podnóżkiem w zakresie 160 mm za pomocą sprężyny gazowej ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 14


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z podłokietnikami o szerokości co najmniej 170 mm i długości 500 mm z regulacją horyzontalną za pomocą sprężyny gazowej , z regulacją kątową w zakresie – 20 ° do 60 ° w poziomie oraz regulacją wysokości w zakresie + 65 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z całkowitą długością 2160 mm , szerokością siedziska oraz oparcia pleców 605 mm i wysokością oparcia pleców 920 mm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



**Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach**
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z głębokością siedziska 510 mm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o nazwie FoZa Multi ? Zdjęcie podglądowe z dodatkowym blatem , przedstawione poniżej.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIELCE
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniczewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

