



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dnia 09.01.2023 r.

Znak sprawy: EZ/1/2023/ESŁ

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie lampy najwyższej światowej jakości od lidera/producenta z USA o następujących parametrach:

- temperatura barwy: 4500 ° K
- żywotność źródła światła: > 50.000 godzin
- specjalnie zaprojektowany lekki czepek z opatentowanym wsparciem z tyłu czaszki - dla zwiększenia komfortu użytkowania, konstrukcja i jakość światła idealna do procedur chirurgicznych, w tym kardiochirurgicznych i innych, wysokospecjalistycznych;
- płynna regulacja intensywności natężenia światła : 0 - 70.000 lux z odległości 40cm, co jest kluczowe dla oceny mocy lampy światło bez efektu „niebieskiej poświaty”
- regulowana średnica plamki światła w zakresie 20-110mm
- waga czepka oraz źródła światła zakładanego na głowę - 210 gramów!!!;
- Waga baterii (możliwość zamocowania na pasku biodrowym) - 340 gramów; Żywotność baterii - do 330 min pracy przy intensywności światła 17 000 lux x 2 sztuki = 660 minut pracy ciągłej.
- Czas pełnego ładowania baterii – do 3,5h
- Gwarancja producenta – 3 lata na czepek ze źródłem światła oraz 1 rok na baterie.

W skład zestawu wchodzi:

- reflektor LED
- bateria (2 sztuki) + ładowarka jednostanowiskowa
- torba na ramię do przechowywania sprzętu
- pas biodrowy

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż lampa musi być mocowana za pomocą klipsa magnetycznego na oprawce lupy chirurgicznej.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Słowińska*  
SPECJALISTA

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*