

Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 10.01.2023 r.

Znak: EZ/219/2022/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

dotyczy Pakietu nr 1 – Fotel do dializ:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję fotela wykonaną ze stali walcowanej na zimno, z powłoką proszkową, bardzo trwałą o dobrych właściwościach antykorozyjnych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści siedzisko wykonane z wysokiej jakości pianki medycznej w zmywalnym pokrowcu odpornym na działanie środków dezynfekujących?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści podstawę fotela zabudowaną miękkimi panelami z obiciem PVC?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuści podłokietniki wypełnione pianką z obiciem PVC, poruszające się razem z oparciem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści poduszkę pod głowę z możliwością demontażu, mocowaną na rzep?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści regulowaną podpórkę na stopy bez możliwości demontażu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 1880 mm?


Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający dopuści fotel bez regulacji wysokości?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający dopuści szerokość siedziska i oparcia pleców 610mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Pytanie nr 10. Czy Zamawiający dopuści szerokość stołu z zamontowanymi podłokietnikami 880 mm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 11. Czy Zamawiający dopuści regulację funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - $-12^{\circ}/12^{\circ}$?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 12. Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców $-10^{\circ}/80^{\circ}$?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 13. Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu nóg $-80^{\circ}/12^{\circ}$?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 14. Czy Zamawiający dopuści długość segmentu pleców 800mm ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15. Czy Zamawiający dopuści głębokość siedziska 600 mm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 16. Czy Zamawiający dopuści długość podłokietników 550mm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.


MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wprowadza modyfikację zapisów SWZ w **Załączniku nr 2.1 do SWZ Pakiet nr 1 – Fotel do dializ – 5 sztuk**. Modyfikacja polega na zmianie pkt. 11 tabeli OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

11.	Całkowita długość min. 2000mm	TAK	
-----	-------------------------------	-----	--

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert: 16.01.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 16.01.2023 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 24 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.02.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

Wprowadzona powyżej modyfikacja jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stępielewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

