

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/215/2022/UG

Kielce dn. 12.01.....2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy EZ/ZP/215/2022/UG

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

do Pakietu nr 5; Czy Zamawiający w wyspecyfikowanej ilości oznaczeń Zamawiający zawarł ilości na kontrolę i kalibrację?

Odpowiedź: Zamawiający w wyspecyfikowanej ilości oznaczeń zawarł ilości na kontrolę i kalibracje.


Pytanie 2

do Pakietu nr 5; Prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynników zgodnie z trwałością po otwarciu opisaną przez Producenta w ulotce metodycznej. Oferowany analizator oraz specyfika odczynników nie wymagają ich ciągłego przebywania na pokładzie, więc możliwe jest przechowywaniem odczynników zamiennie na pokładzie analizatora i w lodówce

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, iż dostarczony towar będzie miał okres przydatności do użycia zgodnie z zapisem w załączniku nr 2 do SWZ tj. „okres przydatności odczynników do użycia minimum 3 miesięcy od daty dostawy”

Pytanie 3

do Pakietu nr 5; Prosimy o potwierdzenie, że wymóg załączenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających wymagania techniczne nie dotyczy pakietu Nr 5 , który takich wymogów nie posiada.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowych środków dowodowych do zaoferowanych przez Wykonawcę odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Pytanie 4

do umowy Zał.3 do SWZ; Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wyrażenia zgody.

Pytanie 5

do umowy Zał.3 do SWZ; Par. 10 ust. 1 pkt 2 lit. A Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wyrażenia zgody.

Pytanie 6

do umowy Zał.3 do SWZ; Par. 10 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wyrażenia zgody.

Pytanie 7

do umowy Zał.3 do SWZ; Par. 10 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wyrażenia zgody.

Pytanie 8

do umowy Zał.3 do SWZ; Par. 12 ust. 1 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego stanowią okoliczności siły wyższej?

Odpowiedź: Zgodnie art. 357¹ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), przy wykazaniu okoliczności przewidzianych w obowiązujących przepisach.



Pytanie 9

do umowy Zał.3 do SWZ; Par. 13 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wyrażenia zgody.

Pytanie 10

do umowy Zał.3 do SWZ; Par. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

do Pakietu nr 2; Czy Zamawiający przez zamieszczony opis "Odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne wyłącznie do analizatora QuantaLyser 160 będącego na wyposażeniu Laboratorium Diagnostycznego WSZZ Kielcach - oryginalne i zgodne z instrukcją obsługi analizatora" rozumie, że wszystkie zamawiane odczynniki mają być tego samego producenta, co analizator QuantaLyser 160, do którego są zamawiane?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do analizatora QuantaLyser 160 były tego samego producenta co analizator będący na wyposażeniu Laboratorium Diagnostycznego WSZZ Kielcach.

Pytanie 12

Do Pakietu 7; Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 testów do wykrywania takich samych narkotyków jak wymienione w SIWZ, o parametrach przewyższających w stosunku do parametrów wymienionych w SIWZ (tj. o niższych progach odcięcia, czyli większej czułości dla poszczególnych narkotyków), tj: Oferowane testy posiadają czułości: metamfetamina (MET) - 300ng/ml, ketamina (KET) – 500ng/ml, fentanyl 20ng/ml, TCA – 1000ng/ml
Uzasadnienie: Prosimy o uwzględnienie faktu, że próg wykrywanego stężenia amfetamin w moczu na poziomie 1000 ng/ml może być niewystarczający do wykrycia substancji z tej grupy (zwłaszcza: po wielu godzinach od ostatniego użycia), gdyż już każde stężenie wyższe niż 300ng/ml jest uznawane za oznakę nadużywania tej substancji (prosimy o zapoznanie się



z odpowiednim piśmiennictwem, np. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9788523>). Mając na uwadze powyższe, wnosimy o dopuszczenie jak na wstępie. Wyższa czułość testów zwiększy prawdopodobieństwo wykrycia narkotyków u osób przyjmujących je sporadycznie lub jednorazowo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy o większej czułości.

Pytanie 13

Pakiecie nr 7; Prosimy o podanie ilości roztworów kontrolnych przewidywaną do dostarczenia w Pakiecie nr 7 poz. 20.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy tj. „Wyspecyfikowana ilość oznaczeń zawiera jedynie badania pacjentów. Do podanej ilości należy doliczyć oznaczenia przewidziane na kontrole z zapisami w ulotkach producenta.” Ilość roztworów kontrolnych winien doliczyć samodzielnie Wykonawca zgodnie z zaleceniami producenta testu.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski