

Kielce, dnia 18.01.2023 r.

Znak sprawy: EZ/225/2022/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na „Dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w celu wypełnienia dyspozycji art. 135 ust. 2 oraz w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 (Pakiet nr 4 oraz 5)

Czy Zamawiający zamiast wymaganego aparatu do fakoemulsyfikacji z modułem zaćmy (pakiet nr 4) oraz aparatu do fakoemulsyfikacji z modułem do witrektomii (pakiet nr 5) wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego aparatu do fakoemulsyfikacji w ramach Pakiet nr 5 wyposażonego w moduły zarówno do zaćmy jak i witrektomii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednego aparatu, gdyż Klinika Okulistyki posiada dwie sale operacyjne, na których jednocześnie wykonywane są zabiegi.

Pytanie nr 2 (Pakiet nr 4, poz. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie pozycji nr 4 do pakiet nr 5?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 (Pakiet nr 4, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową, sferyczną tylnokomorową o poniższych parametrach:

- materiał: akryl hydrofobowy i PMMA na końcach haptarów-oba materiały chemicznie zintegrowane w jedną całość
- stopień uwodnienia <0,3 %
- filtr UV
- konstrukcja jednoczęściowa, 2 pełne hapytki C-loop zakończone niebieskim PMMA
- średnica całkowita 12,5mm
- średnica części optycznej 6,0 mm
- zabezpieczenia przed PCO
- dwuwypukła z ostrą krawędzią na części optycznej.
- zakres sferyczny: od +6,0 do +30,0D (co 0,5D)
- index refrakcji 1,522
- angulacja 5°



- stała A 118,4
- implantacja: soczewka fabrycznie zapakowana do cardriga oraz injectora typu Preloaded o średnicy tipa 1,93 mm, typ injectora wkręcany

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga soczewki oddzielnie ładowanej do cardriga, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia soczewki fabrycznie zapakowanej do cardriga oraz injectora typu Preloaded.

Pytanie nr 4 (Pakiet nr 4, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową toryczną, tylnokomorową o poniższych parametrach:

- materiał: akryl hydrofobowy
- stopień uwodnienia <0,7 %
- filtr UV, filtr światła niebieskiego
- konstrukcja jednoczęściowa, 2 pełne teksturowane haptki C-loop
- średnica całkowita 13,0mm
- średnica części optycznej 6,0 mm
- właściwości: -asferyczna, aberracja skorygowana -0,18 mikrona
- dwuwypukła
- tylna część optyki toryczna
- przednia część optyki asferyczna ze specjalnym profilem - skorygowany profil optyki, mający na celu zminimalizowanie oddziaływania aberracji optycznej wyższego rzędu, jaką jest koma, wpływającej negatywnie na jakość obrazu podczas każdorazowej decentracji układu.
- teksturowana i pocieniana krawędź optyki redukująca odbłaski na krawędzi- brak efektu dysfotopsji
- zabezpieczenia przed PCO:
 - dwuwypukła konstrukcja z ostrą krawędzią na części optycznej.
 - lepsza adhezja tylnej powierzchni optyki zapobiegająca migracji komórek epitelialnych dzięki obróbce aktywnym tlenem.
- zakres sferyczny od +10 do +30,0D (co 0,5D)
- index refrakcji 1,548
- zakres cylindryczny 1,0D oraz od 1,5D do 6,0D co 0,75 D
- angulacja 0°
- stała A 118,9
- implantacja soczewka fabrycznie zapakowana do jednorazowego cardriga oraz injectora typu Preloaded o średnicy tipa 1,7 mm. Injector multifunkcyjny: wkręcany-tłokowy.


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga soczewki oddzielnie ładowanej do cardriga, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia soczewki fabrycznie zapakowanej do jednorazowego cardriga oraz injectora typu Preloaded.

Pytanie nr 5 (Pakiet nr 4, poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści soczewkę trzyczęściową o poniższych parametrach:

- materiał: akryl hydrofilny, haptki wykonane z PES
- stopień uwodnienia 26 %
- filtr UV
- konstrukcja trzyczęściowa, 2 pełne haptki, elastyczne zbudowane z PES, kształt litera C
- średnica całkowita 13,0mm
- średnica części optycznej 6,0 mm
- właściwości: asferyczna tylna część optyki, bezaberracyjna
- zabezpieczenia przed PCO: ostra krawędź 360 st. na tylnej części optyki



- zakres sferyczny: od +10D do +30,0D (co 0,5D)
- angulacja 0°
- stała A optyczna 118,6
- injector jednorazowy z cardrigem typu motylek, cięcie 3,0 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia soczewki przy użyciu injectora jednorazowego z cardrigem typu motylek.

Pytanie nr 6 (Pakiet nr 4, poz. 4)

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw operacyjny do zaćmy złożony z kilku oddzielnych podzestawów o poniższej konfiguracji:

- serweta na pacjenta 135x120 cm z folia do nacięcia i torbą na płyny -1 szt.
- serweta na stół 100x120cm -1 szt.
- podłokietniki -2 szt.
- miseczka 60ml -1 szt.
- strzykawka Luer Lock BD 10 ml - 1 szt.
- strzykawka Luer Lock BD 5 ml - 2 szt.
- strzykawka Luer Lock BD 2 ml - 1 szt.
- kaniula o tępych końcach zagięta, jak do podawania wiskoelastyku - 2 szt.
- kaniula do hydrodysekcji- 1 szt.
- fartuch L - 1 szt.
- fartuch XL -1 szt.
- opatrunek na oko - 1 szt.
- osłonka na oko - 1 szt.
- gaziki bawełniane 7,5x7,5 - 20 szt.
- igła o rozm. 0,4x40 27Gx1 1/2 " - 1 szt.
- ręczniki - 2 szt.
- worek na tacę aparatu -- 1 szt.
- nóż Slit 2,4 mm - 1 szt.
- nóż do paracentezy 1,15 mm- 1 szt.
- cystotom - 1 szt.
- mikrospingi - 6 szt
- kaniula do hydrodysekcji 25G - 1 szt.
- zestaw do fakoemulsyfikacji w składzie: tip 2,2 30° kasetę/rękaw/komorę testową/klucz do fako/klucz zapasowy/zestaw do podaży/osłona na wyświetlacz – 1 kpl.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 (Pakiet nr 4, poz. 5)

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny BBS w plastikowej butelce pojemność 500 ml, długości szyjki 10mm, średnicy szyjki 15mm, kompatybilny z grawitacyjną i aktywną infuzją do oferowanego aparatu fako?


Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 (Pakiet nr 4, poz. 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie pozycji nr 6 do pakietu nr 2?

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 (Pakiet nr 4, załącznik nr 2a, aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy)

Czy Zamawiający wymaga nowego urządzenia, gwarantującego najnowocześniejszą technologię w zakresie fakoemulsyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10 (Pakiet nr 4, załącznik nr 2a, aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy, parametry techniczne pkt. 3)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym, pilot zdalnego sterowania jest bezprzewodowym sterownikiem nożnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 (Pakiet nr 4, załącznik nr 2a, aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy)

Czy Zamawiający wymaga urządzenia, które pozwoli na wykonanie zabiegu przeciwjaskrowego głębokiej sklerotomii z wykorzystaniem końcówki diatermicznej kompatybilnej z oferowanym urządzeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12 (Pakiet nr 4, załącznik nr 2a, aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy)

Czy Zamawiający będzie wymagał dwóch pomp: perystaltycznej i Venturii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 13 (Pakiet nr 4, załącznik nr 2a, aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy)

Czy Zamawiający będzie wymagał urządzenia pracującego stabilnie na infuzji grawitacyjnej, bez konieczności stosowania dedykowanych, kosztownych płynów BSS?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14 (Pakiet nr 5, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw operacyjny złożony z kilku oddzielnych podzestawów o poniższej konfiguracji:

Zestaw do witrektomii 23G :

- kasetę jednorazową wraz z drenami jednorazowymi ze zintegrowanym pojemnikiem na płyny
- światłowód panoramiczny 23 G
- linia infuzyjna do kroplówki
- witrektom pneumatyczny 10000 cięć na min 23 G
- zestaw trokarów z zastawkami one step 23 G
- folia na panel przedni aparatu
- zestaw do wymiany powietrze/ciecz z wbudowanym trójnikiem
- Zestaw operacyjny:
 - obłożenie stolika (140x140cm) - 1szt.
 - obłożenie na pacjenta (130x140cm), 500ml torba, folia do rozcięcia - 1szt.
 - osłonka plastikowa na oko - 1szt.
 - kieliszek 60ml - 1szt.
 - gaza (5x5cm) 8ply -5szt.



- gaza 7,5x7,5cm 8ply -5szt.
- strzykawka LL 3ml- 2szt
- strzykawka LL 5ml- 2szt
- strzykawka LL 1ml - 1szt.
- igła microlance 25Gx1.1/4in - 1szt.
- igła mikrolance 18Gx1.1/2in- 2 szt
- kaniula viscoflow zagięta 27 G (0.4mm) - 1szt.
- strzałki celulozowe -5sz.
- opatrunek na oko - 1szt.
- obłożenie Mayo 80x145cm - 1szt.
- fartuch + 2 rękawiczki (rozmiar XL)- 2szt
- fartuch + 2 rękawiczki (rozmiar M) - 1szt.
- kaniula Soft tip 23 G - 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 (Pakiet nr 5, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw operacyjny do zaćmy złożony z kilku oddzielnych podzestawów o poniższej konfiguracji:


- serweta na pacjenta 135x120 cm z folia do nacięcia i torbą na płyny -1 szt.
- serweta na stół 100x120cm - 1 szt.
- podłokietniki - 2 szt.
- miseczka 60ml - 1 szt.
- strzykawka Luer Lock BD 10 ml - 1 szt.
- strzykawka Luer Lock BD 5 ml - 2 szt.
- strzykawka Luer Lock BD 2 ml - 1 szt.
- kaniula o tęym końcu zagięta, jak do podawania wiskoelastyku - 2 szt.
- kaniula do hydrodyssekcji- 1 szt.
- fartuch L - 1 szt.
- fartuch XL - 1 szt.
- opatrunek na oko - 1 szt.
- osłonka na oko - 1 szt.
- gaziki bawełniane 7,5x7,5cm - 20 szt.
- igła o rozm. 0,4x40 27Gx1 1/2 " - 1 szt.
- rękawiczki - 2 szt.
- worek na tacę aparatu - 1 szt.
- nóż Slit 2,4 mm - 1 szt.
- nóż do paracentezy 1,15 mm - 1 szt.
- cystotom - 1 szt.
- mikrospingi - 6 szt.
- zestaw do fakoemulsyfikacji w składzie: tip 2,2 30°/kaseta/rękaw/komora testowa/klucz do fako/klucz zapasowy/zestaw do podaży/osłona na wyświetlacz - 1 kpl.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 (Pakiet nr 5, poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści wielorazowy tip oraz klucz do fakofragmentacji w ilości 1szt., kompatybilny



z każdą głowicą do fakoemulsyfikacji dedykowaną do oferowanego aparatu ? W przypadku zastosowania wielorazowego typu do fakofragmentacji konieczne jest użycie zestawu do witrektomii o składzie z pozycji 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 (Pakiet nr 5, poz. 7)

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw operacyjny do witrektomii złożony z kilku oddzielnych podzestawów o poniższej konfiguracji:

- serweta na pacjenta 135x120 cm z folia do nacięcia i torbą na płyny - 1 szt.
- serweta na stół 100x120cm - 1 szt.
- podłokietniki - 2 szt.
- miseczka 60ml - 1 szt.
- strzykawka Luer Lock BD 10 ml - 1 szt.
- strzykawka Luer Lock BD 5 ml - 2 szt.
- strzykawka Luer Lock BD 2 ml - 1 szt.
- kaniula o tępych końcach zagięta, jak do podawania wiskoelastyku - 2 szt.
- kaniula do hydrodyssekcji- 1 szt.
- fartuch L - 1 szt.
- fartuch XL - 1 szt.
- opatrunek na oko - 1 szt.
- osłonka na oko - 1 szt.
- gaziki bawełniane 7,5x7,5 - 20 szt.
- igła o rozm. 0,4x40 27Gx1 1/2 " - 1 szt.
- rękawiczki - 2 szt.
- worek na tacę aparatu - 1 szt.
- nóż Slit 2,4 mm- 1 szt.
- nóż do paracentezy 1,15 mm- 1 szt.
- mikrospingi - 6 szt.
- kasetę z drenami kompatybilna z oferowanym aparatem- 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej)

Czy Zamawiający wymaga nowego urządzenia, gwarantującego najnowocześniejszą technologię w zakresie fakowitrektomii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 19 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. A, poz. 3)


Czy Zamawiający dopuści tę samą głowicę do fakofragmentacji co do fakoemulsyfikacji w ilości 1szt., z dodatkowym wielorazowym typem do fakofragmentacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. A, poz. 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie aparatu bez dodatkowej sprężarki, gdyż dostarczone urządzenie do fakowitrektomii może pracować na linii powietrza, w której jest wyposażona sala operacyjna



o ciśnieniu roboczym 5bar? Takie rozwiązanie zmniejsza koszty zakupu, eliminuje hałas, który emituje dodatkowa sprężarka oraz sala operacyjna zyskuje dodatkowe miejsce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 21 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. I, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości noża 60-10000 cięć na minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. I, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości regulacji cyklu pracy noża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. I, poz. 6)
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem aktywnej infuzji utrzymujące stabilne ciśnienie w gałce ocznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. I, poz. 7)
Czy Zamawiający wymaga dwóch pomp: pompy perystaltycznej i Venturii, umożliwiając operatorowi dopasować pompę do przebiegu operacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 25 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. II, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści 2 ledowe źródła światła? Światło ledowe jest nowszą technologią, mniej toksyczną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. II, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego rozpoznawania rodzaju podłączonego światłowodu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. III, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści głowice generująca ultradźwięki tylko wzdłużne?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. IV, poz. 5)
Czy Zamawiający dopuści reflux stały, uruchamiany z przełącznika nożnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 29 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. IV, poz. 6)
Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości zapamiętywania średniej mocy ultradźwięków oraz czasu trwania witrektomii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. IV, poz. 8)
Czy Zamawiający dopuści aparat bez modułu wyświetlania informacji na ekranie zewnętrznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 (Pakiet nr 5, załącznik nr 2b, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej, pkt. IV, poz. 11)
Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości potwierdzeń głosowych w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź:



Cesja praw i obowiązków musi spełniać przesłanki wskazane w art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 10 ust. 1 pkt 2), wg poniższych zapisów:

„Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,1% wartości brutto zamówionego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,1% wartości brutto zamówionego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,



d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 0,1% wartości brutto zamówionego towaru, za stwierdzone uchybienie”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 35

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 13 ust. 3 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy, licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść ust. 1 w § 9 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak poniżej:

Było: Na dostarczony towar Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.

Jest: Na dostarczony towar Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.

Pytanie nr 37

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w Pakiecie 5 aparatu do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej oraz zabiegów usunięcia zaćmy, z datą produkcji nie starszą niż 2020 rok?


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby aparat był nowy lub używany, lecz nie starszy niż 3 lata.

Pytanie nr 38 (Dotyczy Pakietu 5)

Czy zamawiający dopuści aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej oraz zabiegów usunięcia zaćmy o poniższych parametrach:

	Aparat do fakoemulsyfikacji Stellaris Elite Combined
	Irygacja - aspiracja
	Pompa Venturii
	Maksymalne możliwe podciśnienie 660 mmHg
	Możliwość zmiany szybkości narastania podciśnienia
	Zamknięty system płynowy
	Sensor poziomu płynu w kasecie - sygnalizowane, dźwiękowo i wizualnie na ekranie lub poprzez ostrzeżenie głosowe w języku polskim
	Możliwość zastosowania równoczesnej infuzji grawitacyjnej oraz wymuszonej



Możliwość zastosowania dynamicznej kompensacji infuzji - wymuszona infuzja ciśnieniowa działająca poprzez stały, automatyczny monitoring wartości podciśnienia powiązany ze zmieniającą się wartością infuzji w każdym momencie zabiegu

Przepływ zwrotny - reflux

Możliwość wyboru spośród 3 różnych rodzajów refluxu zwrotnego

Ciągła irygacja w trybie fakoemulsyfikacji - uruchamiana z poziomu ekranu i sterownika nożnego

Fakoemulsyfikacja

Głowica ultradźwiękowa do fakoemulsyfikacji z 6 kryształowym elementem piezoelektrycznym

Częstotliwość pracy głowicy 28,5 kHz

Praca głowicy w trybie ultradźwięki: ciągłe, pulsy, pulsy stałe, burst

Zakres regulacji częstotliwości pulsów 1-250 pulsów/sek.

Zakres regulacji czasu trwania impulsu "burst" 2-600 ms

Możliwość zastosowania tipów o średnicy zewnętrznej 0,9 mm

Możliwość włączenia funkcji: modulacja fali ultradźwiękowej (sinusoidalny kształt fali ultradźwiękowej)

Możliwość zmiany trybu pracy głowicy za pomocą sterownika nożnego

Witrektomia przednia

Napęd pneumatyczny noża do witrektomii

Maksymalna częstotliwość cięć noża podczas witrektomii przedniej: 7500 cięć/min

Kompatybilność z nożami 20G, 23G, 25G oraz 27G

Diatermia

Diatermia zintegrowana z aparatem

Diatermia sterowana z przełącznika nożnego

Płynne programowanie w zakresie 0-100%

Koagulacja liniowa lub stała

Możliwość uruchomienia koagulacji przyciskiem bocznym sterownika nożnego niezależnie od fazy zabiegu

Witrektomia tylna


Pneumatyczny napęd noża

Infuzja wymuszona


Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego

Maksymalna prędkość pracy noża podczas witrektomii tylnej 15000 (cięć/min)


Maksymalne możliwe podciśnienie 660 (mmHg)

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Możliwość pracy z nożem: 20, 23, 25, 27 Ga
Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego
Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu
Oświetlacz światłowodowy
Ksenonowe źródło światła
2 porty światłowodów
Niezależne włączanie i regulacja natężenia
Laser
Wbudowany w aparat moduł lasera 532 nm
Maksymalna moc lasera 2000 mW
Możliwość włączenia funkcji lasera bezpośrednio z przełącznika nożnego
Tryb pojedynczego strzału oraz tryb ciągły
Czas trwania impulsu 10-3000 ms
Interwał 10-3000ms
Wspólny sterownik nożny do procedury zaćmowej, witrektomijnej, diatermii oraz lasera
Pozostałe
Bezprzewodowy, dwuliniowy sterownik nożny z możliwością kontroli pracy głowicy ultradźwiękowej, witrektomu oraz diatermii
Sterownik nożny wyposażony w ruchomą, kątowno nastawną płytkę ślizgową z możliwością regulacji oporu nacisku
Blokada kół podstawy jezdnej
Kolorowy ekran dotykowy do ustawiania i regulacji parametrów zabiegu o przekątnej 19"
Sterownik nożny z programowaniem długości zakresów poszczególnych pozycji (irygacja, aspiracja, ultradźwięki)
Sygnalizowanie przejścia pozycji przełącznika
Taca zintegrowana z aparatem z możliwością regulacji położenia oraz wysokości
Dodatkowy bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Statyw kroplówki zintegrowany z aparatem
Regulacja wysokości statywu kroplówki
Programowanie wysokości statywu kroplówki
Możliwość współpracy aparatu z zewnętrznym urządzeniem video do zapisu parametrów zabiegów
Komunikaty aparatu w języku polskim: potwierdzenia głosowe i teksty na monitorze aparatu
Pokrowiec na aparat
Instrukcja obsługi w języku polskim



	Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 100-240 V/50-60 Hz
Głowica do fakoemulsyfikacji	
	Głowica ultradźwiękowa do fakoemulsyfikacji z 6 kryształowym elementem piezoelektrycznym
	Częstotliwość pracy głowicy 28,5 kHz
	Moc głowicy 35 W
	Stroke Length (długość skokowa wyrzutu) igły do fakoemulsyfikacji 150 µm
	Przyłącze irygacyjne głowicy luer-lock w celu zapobiegania wypadania drenu irygacyjnego podczas zabiegu
Pęseta diatermiczna bipolarna	
	Przyłącze typu Lemos
	Wielorazowa, sterylizowalna
Diatermia punktowa bipolarna	
	Przyłącze typu Lemos
	Wielorazowa, sterylizowalna
Przewód do diatermii	
	Częstotliwość 1 MHz
	Przyłącze typu Lemos
	Wielorazowy, sterylizowalny
Zestaw do irygacji/aspiracji	
Głowica irygacyjna	Wielorazowa, sterylizowalna
Głowica aspiracyjna	Wielorazowa, sterylizowalna
Kluczyk do odkręcania tipa	
	Kompatybilny z tipami producenta
	Wielorazowy
Głowica do fakofragmentacji	
	Możliwość pracy z tipami 20Ga lub 23Ga

	Konfiguracja aparatu	Ilość
1.	Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki	1 szt.
2.	Sterownik nożny (bezprzewodowy)	1 szt.

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



3.	Instrukcja obsługi	1 szt.
4.	Pilot zdalnego sterowania (bezprzewodowy)	1 szt.
5.	Pokrowiec na aparat	1 szt.
6.	Czytelny dotykowy ekran sterujący i wyświetlający parametry pracy aparatu	1 szt.
7.	Głowica do fakofragmentacji	1 szt.
8.	Głowica do fakoemulsyfikacji	2 szt.
9.	Metalowy kluczyk do odkręcania tipów	1 szt.
10.	Filtr do lasera do mikroskopu	1 szt.
11.	Ładowarka + dodatkowa bateria do sterownika nożnego	1 szt.
12.	Sprężarka kompatybilna z aparatem	1 szt.
13.	Wielorazowa endopęseta do ILM	2 szt.
14.	Wielorazowe endonożyczki	2 szt.
15.	Wielorazowe uchwyty do igły fletowej	2 szt.
16.	Końcówki I/A bimanualne	2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 (dot. pakiet nr 4 poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga aby ukątowanie części haptycznych wynosiło 0 stopni? A zapis” ...brzeg części haptycznych 0 stopni ...” jest omyłką pisarską?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść poz. 1 w Pakiecie nr 4 (Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy), jak poniżej:

Było: Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, akrylowa, zwijalna, hydrofobowa, przednio dwuwypukła, o cienkim profilu, z filtrem UV; stopień uwodnienia 0,3 %; ukątowanie części optycznych 0 stopni; brzeg części haptycznych 0 stopni, brzeg części optycznej posiada nieobłe krawędzie na przedniej i tylnej powierzchni; moc optyczna od +6,0 D do +40,0 D; średnica całkowita 13,0 mm; średnica optyczna 6,0 mm; współczynnik refrakcji 1,55; do każdej soczewki dołączony jest kartridż.

Jest: Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, akrylowa, zwijalna, hydrofobowa, przednio dwuwypukła, o cienkim profilu, z filtrem UV; stopień uwodnienia 0,3 %; ukątowanie części haptycznych 0 stopni; brzeg części optycznej posiada nieobłe krawędzie na przedniej i tylnej powierzchni; moc optyczna od +6,0 D do +40,0 D; średnica całkowita 13,0 mm; średnica optyczna 6,0 mm; współczynnik refrakcji 1,55; do każdej soczewki dołączony jest kartridż.

Pytanie nr 40 (dot. pakietu nr 4 poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści dioptraż od +6 D do +30 D co 0.5 D oraz od +31 D do +34 D co 1 D?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 (dot. pakietu nr 4 poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo dioptraż od -5 D do +5 D ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 42 (dot. pakietu nr 4)

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga nieodpłatnego przekazania 2 wielorazowych zestawów do implantacji (injector wraz z pensetą) i 1 zestawu wielorazowych narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu wszczepu soczewki torycznej ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis pod tabelą w Pakiecie 4 (Załącznik nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-ceowy), jak poniżej:

Było: Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do fakoemulsyfikacji i zaćmy oraz 2 zestawów wielorazowych narzędzi do implantacji (injector wraz z pęsetą) i 1 zestawu wielorazowych narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu oraz wielorazowy injector.

Jest: Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz 2 zestawów wielorazowych narzędzi do implantacji (injector wraz z pęsetą) i 1 zestawu wielorazowych narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2a do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu użyczenia dla Pakietu 4, poprzez usunięcie nw. zapisu:

Wielorazowy injector

Lp.	opis	podać
1	Wykonawca/Producent	
2	Nazwa-model/typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Rok produkcji	
5	Wartość brutto	

Pytanie nr 43 (dot. zapisów SWZ w zakresie pakietu nr 5 poz. 1-2 (zestawy operacyjne))

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności w zakresie asortymentu zawartego w pakiecie nr 5 poz. 1-2 (zestawy operacyjne) z 12 miesięcy do $\frac{3}{4}$ ich nominalnego terminu ważności ze względu na proces sterylizacji w/w wyrobów medycznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44 (dot. umowy dostawy (załącznik nr 3))

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 3 ust. 6 umowy poprzez przyjęcie, że minimalny poziom zamówień wynosi 80% wartości umowy?

Uzasadnienie:

Zasadnym jest przyjęcie, że Zamawiający zamówi towary o wartości minimum 80% wartości umowy – wielkość ta umożliwi oszacowanie opłacalności przedsięwzięcia i prawidłowe skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na zmianę.

Pytanie nr 45 (dot. umowy dostawy (załącznik nr 3))

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 7 umowy poprzez przyjęcie, że:



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- 1) Kwota waloryzacji nie będzie pomniejszana o wzrost wynagrodzenia dokonany w trybie § 13 ust. 3;
- 2) Maksymalna zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

Uzasadnienie:

- Klauzula waloryzacyjna powinna przewidywać możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy niezależnie pod postanowień dotyczących zmiany wynagrodzenia z powodu innych okoliczności;
- Oferta jest składana w warunkach wysokiej inflacji, istnieje duże ryzyko, że w okresie 24 miesięcy zsumowana inflacja przekroczy wskazany w umowie wskaźnik 15%, dlatego zasadnym jest jego zwiększenie;

Odpowiedź:

Klauzula waloryzacyjna zaprojektowana przez Zamawiającego została wypracowana w oparciu o współpracę kilku merytorycznych komórek, pozostając nadto w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a w tym stanowiskami Urzędu Zamówień Publicznych. Z tych przyczyn, Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 46 (dot. umowy dostawy (załącznik nr 3))

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 9 ust. 2 umowy tak, aby termin usunięcia wad był liczony od dnia doręczenia reklamowanego towaru do Wykonawcy?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do wad jakościowych lub niezgodności towaru z umową, jeśli naocznie go nie zbada. Zasadnym jest, aby termin na usunięcie takich wad lub niezgodności biegł od momentu dostarczenia reklamowanych wyrobów do Wykonawcy. Dostarczenie reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na zmianę.

Pytanie nr 47 (dot. umowy dostawy (załącznik nr 3))

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 9 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „Jeżeli Wykonawca nie usunie uznanych przez siebie wad, braków albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę w cenie towarów. Zapis §10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”?

Uzasadnienie:

- Reklamacja powinna być uznana tylko w sytuacji, gdy okaże się zasadna, nie można bowiem wykluczyć sytuacji, że reklamacja okaże się nieuzasadniona;
- Wykonanie zastępcze powinno być dopuszczalne, jeśli Wykonawca uzna reklamację, a mimo to nie dostarczy wyrobów wolnych od wad lub zgodnych z umową. Co więcej, w przypadku wykonania zastępczego Wykonawca powinien być zobowiązany wyłącznie do zwrotu różnicy w cenie towarów. Nie wie on, jakie inne koszty może ponieść Zamawiający, czy będą one potrzebne, zasadne i racjonalne.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48 (dot. umowy dostawy (załącznik nr 3))

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 10 umowy poprzez:

- 1) Przyjęcie, że kary umowne za odstąpienie od umowy będą naliczane od wartości jeszcze niezrealizowanej części umowy;
- 2) Obniżenie kar umownych wskazanych w § 10 ust. 2 pkt 2) ppkt b)-d) o połowę;
- 3) Obniżenie górnego limitu naliczania kar umownych do 20% wartości umowy;
- 4) Ustanowienie limitu naliczania kar umownych dla danej zwłoki w wysokości 2.000 zł dla danej zwłoki?

Uzasadnienie:



- Kara umowna za odstąpienie powinna być naliczana od wartości jeszcze niezrealizowanej części umowy. W przeciwnym wypadku kara będzie taka sama, niezależnie od tego, czy Wykonawca zrealizuje ją w 1% czy 99%, a więc byłoby to dla niego krzywdzące;
- Górny limit naliczania kar umownych oraz same kary umowne powinny zostać obniżone do wartości bardziej odpowiadającej ewentualnej szkodzie, jakiej można doznać Zamawiający
- Konieczne jest ustanowienie osobnego limitu naliczania kar umownych dla danej zwłoki, tak aby suma kar nie przekroczyła wartości umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49 (dot. umowy użyczenia (załącznik nr 3a))

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 2 ust. 2 umowy tak, aby:

- 1) szkolenie było przeprowadzone jednorazowo;
- 2) termin na usunięcie awarii wynosił 3 dni robocze?

Uzasadnienie:

- W ramach umowy Wykonawca może przeprowadzić jednorazowe szkolenie pracowników Zamawiającego. Ewentualne dodatkowe szkolenia lub szkolenia nowych pracowników mogą być świadczone jako dodatkowe zlecenie na osobno ustalonych warunkach;
- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę zawiadomienia go o awarii;

Odpowiedź:

Ad. 1) Zgodnie z wzorem umowy użyczenia dla Pakietu nr 4 i 5.

Ad. 2) Zamawiający modyfikuje treść w § 2 ust. 2 pkt c) wzoru umowy użyczenia dla Pakietu nr 4 i 5, jak poniżej:

Było: „usunąć awarię w ciągu 3 dni od chwili jej zgłoszenia przez Biorącego do używania (zgłoszenie należy kierować do Pan/Pani, tel. mail)”

Jest: „usunąć awarię w ciągu 3 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia przez Biorącego do używania (zgłoszenie należy kierować do Pan/Pani, tel. mail)”

Pytanie nr 50 (dot. umowy użyczenia (załącznik nr 3a))

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 4 ust. 2 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „*Z momentem protokolarnego przekazania Przedmiotu użyczenia, na Biorącego w użyczenie przechodzi ryzyko jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.*”?

Uzasadnienie:

Zasadnym jest wyraźne sprecyzowanie momentu, w którym na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt d) wzoru umowy użyczenia dla Pakietu nr 4 i 5 przedmiot użyczenia „*posiada ubezpieczenie*”.

Pytanie nr 51 (dot. pakietu nr 4)

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści użyczenie aparatu do fakoemulsyfikacji wyprodukowanego w 2015 r.?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 52 (dot. pakietu nr 4 poz. 4)

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz.4 dopuści zestaw gdzie zamiast strzykawki 1 szt.X2 ml i 2 szt.X3 ml będą strzykawki 3 szt.X3 ml oraz prześcieradło o wymiarach 101X147 cm zamiast 112X152 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 (dot. pakietu nr 5 poz. 1)

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz.1 dopuści zestaw bez sączków oraz w którym zamiast strzykawki 1 szt.X2 ml i 2 szt.X3 ml będą strzykawki 3 szt.X3 ml i prześcieradło o wymiarach 101X147 cm zamiast 112X152 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 (dot. pakietu nr 5 poz. 2)

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz.2 dopuści zestaw bez sączków, kaniuli 25 G, fartucha L z ręcznikiem oraz w którym zamiast strzykawki 1szt.X2 ml i 2 szt.X3 ml będą strzykawki 3 szt.X3 ml i prześcieradło o wymiarach 101X147 cm zamiast 112X152 cm?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Wobec powyższego Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.bip.wszkielce.pl nowy Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy pod nazwą ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, nowy Załącznik nr 2a do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu użyczenia dla Pakietu 4 pod nazwą ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2a do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu użyczenia dla Pakietu 4, nowy Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz nowy Załącznik nr 3a do SWZ - Wzór umowy użyczenia dla Pakietu 4 i 5 pod nazwą ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3a do SWZ - Wzór umowy użyczenia dla Pakietu 4 i 5.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie oraz wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> lub ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> lub poczty elektronicznej edyta.slowinska@wszkielce.pl. Preferowany adres do korespondencji: edyta.slowinska@wszkielce.pl. Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na adres edyta.slowinska@wszkielce.pl.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w oparciu o art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ, co prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. W dniu 18.01.2023 r. Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej *Ogłoszenie o sprostowaniu*.

Zamawiający, w celu wypełnienia dyspozycji art. 137 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), niezwłocznie po publikacji *Ogłoszenia o sprostowaniu* przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, które nastąpi w dniu 23.01.2023 r., udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.bip.wszkielce.pl informację o zmianie treści SWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniowski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl