



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, ²⁵.....01.2023 r.

Znak: EZ/231/2022/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na **Sukcesywne dostawy zużywalnych elementów do zestawów automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**
EZ/231/2022/MW

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o przepisy art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp informuje, iż odrzuca ofertę firmy SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9, 40-273 Katowice w **zakresie Pakietu nr 1** na podstawie:

a) art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: W pozycji nr 2 Pakietu nr 1 Zamawiający wymagał - „Niskociśnieniowy dren T, długości 243 cm i wytrzymałości min. 350 PSI”, w złożonym Formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie handlowej - Medrad Stellant Low Pressure Connector Tubing with Prime Tube (SSS-LP-60-T), z załączonego do oferty katalogu produktu wynika, iż zaoferowany dren ma długość 152 cm. Zaoferowany przez Wykonawcę w pozycji nr 2 asortyment wchodzi w skład zestawu tj. pozycji nr 1 ww. Pakietu. Zamawiający wymagał dodatkowego drenu o większej długości tj. 243 cm. w celu użytkowania go w szczególnych przypadkach.

b) art. 226 ust. 1 pkt 2 c) ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca wezwany w dniu 19.01.2023 r. do złożenia przedmiotowych środków dowodowych tj. „*właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego.*” nie złożył kompletnych dokumentów.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 1

Jednocześnie Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 1 na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Postępowanie na Sukcesywne dostawy zużywalnych elementów do zestawów automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zostanie niezwłocznie powtórzone.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Szymplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl