



Kielce, dnia 17.02.2023 r.

Znak sprawy: EZ/16/2023/UG

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na „EZ/16/2023/UG na „wykonanie specjalistycznych testów kontroli jakości parametrów fizycznych aparatów RTG i monitorów diagnostycznych w miejscu ich zainstalowania w siedzibie Zamawiającego - Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zaproszenia do składania ofert prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

"Medikol Quality Sp. z o.o.
adres: ul. Polska 118, 60-401 Poznań województwo Wielkopolskie
REGON 366478198
NIP 9721270651
KRS 0000661584
Wartość oferty brutto: 35 620,80 zł

Pozostałe oferty:

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ "PP" Marek Zając i Artur Zając s. c.
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2,
30-348 KRAKÓW
NIP: 865-21-71-602
Wartość oferty brutto: 38 683,50 zł

Wyboru dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zaproszeniu do składania ofert.



Ponadto oferta Measure Laboratorium Badawcze Ewa Fabiszewska ul. G. Bruna 9/234, 02-594 Warszawa, nie spełnia wymagań Zaprośzenia do składania ofert gdyż:

- Zamawiający wymagał „Każdorazowe wykonanie testu zostanie zakończone wystawieniem protokołu w wersji papierowej i elektronicznej, w formacie pdf, zawierającego: miejsce wykonania testu i nazwę: a Wykonawca w szczegółowych warunkach oferty 23-088-JM w punkcie 6 zaoferował „przekazanie po wykonaniu testów specjalistycznych Protokołu w jednym oryginale dla każdego poddanego testom specjalistycznym aparatu i związanych z nim urządzeń pomocniczych i protokół będzie zawierał wyniki wszystkich przeprowadzonych testów.....”
- Zamawiający wskazał w Załączniku nr 3 do Zaprośzenia - harmonogramie testów, daty planowanych testów oraz w załączniku nr 4 do Zaprośzenia - projektowe postanowienia umowy § 3 Realizacja umowy ust. 4 „Jeśli dany aparat RTG lub monitor diagnostyczny przeznaczony do wykonania testów nie będzie mógł być skontrolowany w wyznaczonym dniu / np. nagła awaria/, Wykonawca przeprowadzi kontrolę w innym terminie w ramach tego samego zlecenia i tej samej ceny”; Wykonawca w szczegółowych warunkach oferty 23-088-JM w punkcie 11 wskazał, iż cena oferty obejmuje pięciokrotny koszt dojazdu do miejsca badania, a w przypadku konieczności powtórnego przyjazdu Wykonawcy przysługuje zapłata zryczałtowana, koszt dojazdu w wysokości 350zł +VAT.”

Wykonawca w zaoferowanej ofercie popełnił omyłkę rachunkową tj. w formularzu asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 2 do Zaprośzenia) po wykonaniu działania mnożenia ceny jednostkowej brutto wskazanej w formularzu asortymentowo cenowym kolumna nr 6 z ilością asortymentu kolumna nr 5, co skutkowałoby zmianą ceny oferty brutto i stanowiłoby kwotę: **28 900,00 zł. brutto**, było 35 547,00 zł

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska