

Kielce, dnia 24.02.2023 r.

Znak sprawy: EZ/29/2023/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na „Zakup i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 do poz. 2 – Pulsoksymetr stacjonarny

Prosimy o odstąpienie od zapisu: „Pulsoksymetr dla noworodków”.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

Pytanie 2 do poz. 2 – Pulsoksymetr stacjonarny

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o następujących parametrach:

Zakres pomiaru saturacji: 0-100%

Zakres pomiaru tętna: 30-250 ud/min.

Idealnie nadaje się do stosowania na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w przychodniach, izbach przyjęć, podczas transportu lądowego, w ratownictwie medycznym.

Ergonomicznie zaprojektowany, aby wygodnie mieścił się w dłoni.

Bateria polimerowa Li-ion 3,7V 4400mAh. Czas pracy powyżej 15 godzin po pełnym naładowaniu.

Jasny, czytelny 3,5 calowy wyświetlacz LCD wskazuje procentowy pomiar SpO₂, częstotliwość pulsu, pletysmograf i zestawienie trendów.

Wyposażenie opcjonalne: czujnik SpO₂ dla dzieci, dla dorosłych waga 250 gr z bateriami.

Stacja dokująca do mocowania urządzenia i ładowania w tym samym czasie.

Wyposażenie opcjonalne: czujnik SpO₂ dla dzieci, dla dorosłych.

Ochronny pokrowiec (opcja).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 do poz. 1 – Videolaryngoskop (dotyczy punktu 1, 11 tabeli technicznej)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie videolaryngoskopu z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,5`` bez funkcji dotykowego ekranu jako niekorzystnej przy intubacji.

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 do poz. 1 – Videolaryngoskop (dotyczy punktu 7, 8, 9 tabeli technicznej)

Czy Zamawiający dopuści videolaryngoskop z baterią umożliwiającą ciągłą pracę przez czas 250 minut bez możliwości ładowania baterii? Bateria w proponowanym urządzeniu jest hermetyczna i wymienna co ułatwia czyszczenie i jest łatwiejsze w obsłudze

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 5 do poz. 1 – Videolaryngoskop (dotyczy punktu 14, 15, 16 tabeli technicznej)

Prosimy o dopuszczenie videolaryngoskopu, który posiada regulację ekranu w zakresie 45° w osi pionowej, bez regulacji w osi poziomej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 do poz. 1 – Videolaryngoskop (dotyczy punktu od 23 do 29 i 33 tabeli technicznej)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zapisu zdjęć i przesyłu danych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 do poz. 1 – Videolaryngoskop (dotyczy punktu 31 tabeli technicznej)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, które posiada automatyczną funkcję ustawienia jasności. Jest to rozwiązanie łatwiejsze w użyciu i nie wymaga dodatkowych czynności podczas pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 do poz. 2 – Pulsoksymetr stacjonarny (dotyczy punktu 4 tabeli technicznej)

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający ma na myśli pulsoksymetr z możliwością rozbudowy o parametr nawodnienia pacjenta.

Odpowiedź:

Tak, zaszła omyłka pisarska, Zamawiający ma na myśli pulsoksymetr z możliwością rozbudowy o parametr nawodnienia pacjenta.

Pytanie 9 do poz. 2 – Pulsoksymetr stacjonarny (dotyczy punktu 5 tabeli technicznej)

Ponieważ screening jest aplikacją dla noworodków, czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający ma na myśli Pulsoksymetr bez screeningu, ale z możliwością o ewentualną rozbudowę o ten parametr.

Odpowiedź:

Tak, zaszła omyłka pisarska, Zamawiający ma na myśli pulsoksymetr z możliwością rozbudowy o aplikację do skreeningu.

Pytanie 10 do poz. 2 – Pulsoksymetr stacjonarny (dotyczy punktu 16 tabeli technicznej)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Pulsoksymetru o wymiarach 22,9 cm x 10,2 cm x 16,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 do poz. 2 – Pulsoksymetr stacjonarny (dotyczy punktu 31 tabeli technicznej)

Prosimy Zamawiającego rezygnację z pozycji 31 – czujniki. Czujniki kompatybilne z Pulsoksymetrem to produkt jednorazowy kupowany przez placówki medyczne zwykle osobnym postępowaniem przetargowym.


Odpowiedź:

Zaszła omyłka pisarska, Zamawiający ma na myśli potwierdzenie dostępności następujących czujników: wielorazowy czujnik klips na palec, na czoło, na ucho, typu Y lub opakowanie jednopacjentowych.

Pytanie 12 do poz. 1 – Videolaryngoskop

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, wideolaryngoskop:

- z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 3’’;



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- którego ekran nie jest zintegrowany na stałe z rękojęścią;
- którego waga wynosi 295g;
- z baterią o pojemności 2250 mAh;
- który nie ma możliwości ładowania baterii w trakcie użytkowania;
- którego maksymalny czas pracy na w pełni naładowanej baterii wynosi 210 minut;
- z rozdzielczością ekranu 720x480 pikseli;
- z regulacją kąta nachylenia ekranu w pionie w zakresie 0-110°;
- z natężeniem oświetlenia 150 lx;
- który do zamontowania łyżek jednorazowych w 5 różnych rozmiarach potrzebuje dwóch rodzajów rękojęści wielorazowych;
- który nie posiada portu HDMI;
- z transmisją danych poprzez WiFi;
- który jest wyposażony w port USB 2.0. do ładowania oraz transmisji danych;
- z zapisem video w standardzie MOV;
- bez możliwości wprowadzenia oznaczenia (np. nazwy oddziału lub użytkownika) w oprogramowaniu urządzenia;
- spełniający normy wodoodporności IPX3 dla wyświetlacza oraz IPX7 dla rękojęści.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Wobec powyższego Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.bip.wszkielce.pl nowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie oraz wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

Jednocześnie Zamawiający przesuwając termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na 01.03.2023 r. godz. 09:00.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl

