

EZ/ZP/34/2023/ES

Kielce dn. 04.03.2023r

**Do wszystkich zainteresowanych**

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na ukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Ś.C.P. w Kielcach,*

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

**dot. Pakietu nr 2**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 zestawu z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) wyposażonego w linię płuczącą z przesuwaną klemą zaciskową i aparatem kropłowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50-60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami przyłóżkowymi poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzafłamaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta, sterylne.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2**

**dot. Pakietu nr 9 poz. 5 i 6**

Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 pakiet 9 postępowania dopuści cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i długościach:

Dla pozycji 5 – długości 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm

Dla pozycji 6 – długości 20 cm?

Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex; - radiocieniujący szaft cewnika; - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu; - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów; - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry; - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się; - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość; - kompatybilny z MRI; - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,89 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg; - igła



wprowadzająca 18G; - rozszerzadło 12 Fr; - nasadki iniekcyjne Luer Lock; - wyprodukowany w Niemczech.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

**Dot. Pakietu nr 9 poz. 5 i 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 i 6 z pakietu 9 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

**Dot. Pakietu nr 4**

Prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 1, 2, 9 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia udziału w przetargu większej ilości wykonawców.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie opasek o następującej specyfikacji:

Opaska piankowa jednopacjentowa do mocowania czujników SpO2 o wymiarach: szerokość 2,6 cm, długość całkowita 17 cm (niebieska gąbka: 13,8 x 2,6 cm; biały rzep: 4 x 1 cm); z trzema otworami do mocowania czujnika (odl. między pierwszym i drugim 2,55 cm, odl. między pierwszym a trzecim 3,75 cm).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie plastrów adhezyjnych z bezpiecznym akrylowym klejem, który jest delikatny dla skóry noworodka i nie podrażnia jej podczas usuwania lub zmiany położenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie plastrów w kolorze srebrnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie plastrów o średnicy 26mm.


**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie elektrod przeznaczonych do monitorowania w okresie do 72 godzin.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga jak w opisie SWZ.



### Pytanie 10

#### Dot. Pakietu nr 4 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie elektrod wykonanych z tkaniny z plastikowych włókien polietylenowych, które gwarantują transpirację skóry, a jednocześnie odporność na działanie płynów, z którymi mogą mieć kontakt podczas użytkowania, pokrytych hydrożelem stałym klasy medycznej z czujnikiem Ag/Cl.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga jak w opisie SWZ.

### Pytanie 11

#### Dot. Pakietu nr 4 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie elektrod owalnych w rozmiarze 23x30 mm oraz elektrod okrągłych o wymiarach Ø32 mm do wyboru przez zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga jak w opisie SWZ.

### Pytanie 12

#### Dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

##### § 9 ust. 1

Dotyczy pakietu nr 7 – Maseczki neonatologiczne do respiratora Leoni Plus

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu udzielenia 24 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia opisany w pakiecie nr 7 ponieważ są to wyroby medyczne jednorazowego użytku, na które producent tj. Löwenstein Medical nie udziela gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis. Gwarancja na produkt jednorazowy upływa w momencie jego zużycia, jednakże występują sytuacje iż pomimo posiadania przez produkt prawidłowego terminu przydatności do użycia, produkty posiadają wady występujące w danej partii produkcyjnej, która uniemożliwia ich prawidłowe użytkowanie. W takich przypadkach mają zastosowanie postanowienia umowy w zakresie gwarancji na produkt.

### Pytanie 13

#### Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

##### § 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 pkt 2 lit. d

Dotyczy pakietu nr 7 - Maseczki neonatologiczne do respiratora Leoni Plus

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie korekty w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. d z 24 miesięcy na 12 miesięcy z uwagi na to, że Zamawiający w § 3 ust. 2 wymaga, iż dostarczony towar będzie miał co najmniej 12 miesięczny okres przydatności do użytku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza modyfikację do Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 10 ust. 1 pkt 2 lit. d

**BYŁO :** d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie.

**JEST:** d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcznym okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie.



**Pytanie 14**

**Dot. Pakietu nr 8 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie złączek w przedziale wagowym dla pacjentów 10-50 kg, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15**

**Dot. Pakietu nr 8 poz. 7**

Prosimy o określenie rozmiaru wagowego pacjenta dla którego mają być przeznaczone złączki. Do wyboru są przedziały: 1-5 kg, 5-15kg, 10-50 kg, powyżej 40 kg. Ewentualnie może Zamawiający ma na myśli opakowanie, w którym jest zestaw 5 rozmiarów opasek, po 4 sztuki z każdego z wymienionych rozmiarów (w sumie 20 sztuk).

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający ma na myśli opakowanie, w którym jest zestaw 5 rozmiarów opasek po 4 sztuki z każdego rozmiaru tj.: 1 – 5kg, 5 – 15kg, 10 - 50kg, powyżej 40kg.

**Pytanie 16**

**Dot. Pakietu nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie maseczek mikrobiologicznie czystych w standardowych rozmiarach

Maska nosowa S - 19.3 mm / 14.6 mm X / Y

Maska nosowa M - 20.7 mm / 15.0 mm X / Y

Maska nosowa L - 20.7 mm / 17.6 mm X / Y , oraz na czas przydatności min. 36 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga masek sterylnych z przydatnością do użycia min 58 miesięcy.

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r poz. 1710 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

**Nowe terminy otwarcia i składania ofert:**

**Termin składania ofert: 14.03.2023r. do godz. 09.00**

**Termin otwarcia ofert: 14.03.2023r. godz. 09.30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ – Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.04.2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kwaśniewska*

Z-ca Dyrektora  
ds. leczenia  
*Krzysztof Lidas*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Stefańska*  
inspektor

Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14  
[edyta.stefanska@wszkielce.pl](mailto:edyta.stefanska@wszkielce.pl)