

Kielce 16.03.2023 r.

znak sprawy EZ/43/2023/SN

Dotyczy Zaproszenia do składania ofert na: Zakup narzędzi operacyjnych dla Kliniki Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp. 1 Wziernik o długości części roboczej 35 mm, długość całkowita 140 mm

Odpowiedź: Nie, gdyż Zamawiający oczekuje części roboczej 20 mm

Lp. 2 Wziernik o długości części roboczej 55 mm, długości całkowita 140 mm lub wziernik o długości części roboczej 37 mm i długości całkowitej 140 mm.

Odpowiedź: Nie, gdyż Zamawiający oczekuje części roboczej 38mm.

Lp. 4 Kleszczyki o długości 170 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp. 5 Kleszcze o długości 190 mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zaproszeniem

Lp. 6 Nóż o szerokości 4 mm, długość 190 mm.

Odpowiedź: Nie, gdyż Zamawiający oczekuje długości 210 mm.

Lp. 7 Podważka o długości 190 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp. 9 Haczyk typu Aufricht-Walter o długości 135 mm lub haczyk Walter o długości 125 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza haczyk typu Aufricht- Walter o długości 135 mm

Lp. 10 Dłuto o długości 160 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga długości 150 mm

Lp. 14,15 Raszpla o długości 200 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp. 16 Haczyk o szerokości 3x3 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp. 17 Raspator o długości 175 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp. 18 Zacisk o długości 110 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp. 19 Pinceta Lucae lub pinceta o długości 150 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp. 21 Mikrokaniula o średnicy 1,5 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga średnicy 1,0 mm

Lp. 22 Mikrokaniula o średnicy 1,7 mm (Charr. 5)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga średnicy 1,3 mm



Pytanie nr 2

Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od daty zawarcia umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach

Odpowiedź: Nie, zgodnie z Zaproszeniem

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy

Odpowiedź: Nie, zgodnie z projektem umowy

Pytanie nr 4

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie oraz zmianę słów z „... od daty otrzymania pisemnej reklamacji” na „... od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z projektem umowy

Pytanie nr 5

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 2):

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
- 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru
 - c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową towaru
 - d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż 12 miesięcy, każdorazowo w wysokości 50,00zł za stwierdzone uchybienie

Odpowiedź: Nie, zgodnie z projektem umowy




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 przedłuża termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert:

Termin składania ofert: **22.03.2023 r. do godz. 11:00**

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Sylvia Nartowska
Inspektor

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

