

Kielce¹⁶.....03.2023 r.

Znak sprawy EZ/40/2023/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na **Dostawa pomp insulinowych dla III Oddziału Chorób Dziecięcych-Endokrynologiczno-Diabetologicznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**
znak sprawy: EZ/40/2023/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 1 pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy, które zostały wyprodukowane w grudniu 2021 roku?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie dot. Pakietu nr 1 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści dokładność bolusa szybkiego podawanego prosto z pompy, w przypadku braku pilota i szybkiego bolusa podawanego z pilota bez odblokowania pilota i wchodzenia w funkcje bolusa, która wynosi 0,1 j./bolus?


Ponadto nasz system oferuje dokładność 0,025j/bolus pozostałych bolusów – prostego, złożonego i przedłużonego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 dot. Pakietu nr 1 pkt 28

Czy Zamawiający dopuści zmianę w zapisie w parametrach wymaganych „Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia.” na „Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz szkolenie techniczne przy podłączeniu pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia”?



Prosimy o zmianę w zapisie zdania: „podłączenie pompy” na „szkolenie techniczne przy podłączeniu pompy” ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Z uwagi na podanie insuliny w momencie podłączenia pompy obok pożądaných efektów terapeutycznych możliwe jest wystąpienie różnego rodzaju niepożądanych działań. Ważnym elementem podczas podłączenia pompy insulinowej pacjentowi jest odpowiednia wiedza, doświadczenie w leczeniu cukrzycy za pomocą pomp insulinowych, ale co najważniejsze uprawnienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które posiada lekarz i pielęgniarka. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - Aneks 6 str. 124 podłączenie pompy insulinowej uważa się jako rozpoczęcie terapii a co za tym idzie udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 dot. Pakietu nr 1 – dot. „Wymogi dodatkowe” – pkt 1

Ze względu na możliwość zaoferowania pompy bezdrenowej prosimy o wykreślenie w wymogach dotyczących oprogramowania zapisów: „Historia wypełnień drenu” oraz „zaznaczenie momentu wypełnień drenu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie dokonuje zmian w Załączniku nr 1a do SWZ „Wymogi dodatkowe” pkt 1 poprzez wykreślenie zapisów: „Historia wypełnień drenu” oraz „zaznaczenie momentu wypełnień drenu”. Załącznik nr 1a „Wymogi dodatkowe” – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy:

- *Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka – z dokładnością podawania bazy przez pompę)*
- *Stosowane przeliczniki w kalkulatorach bolusów,*
- *Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, czas podania bolusa przedłużonego)*
- *Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:
stosowana w tym dniu baza podstawowa,
czasowa zmiana bazy -wskazane oznaczenie innym kolorem,
zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy
wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa przedłużonego– wskazane zaznaczenie bolusów innymi kolorami,*
- *Historia alarmów*
- *Udostępnienie programu pacjentom”*

Pytanie 5 - Pakietu nr 1 – dot. „Wymogi dodatkowe” – pkt 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu „Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuc, strzykawek, baterii itp.)” na „Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuc – rodzaje kaniuli, zbiorników na inulinę, baterii itp.)”.

Nasz system nie oferuje innych akcesoriów poza akcesoriami kompatybilnymi z pompą Equil i zalecanymi oraz oferowanymi przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie dokonuje zmiany w Załączniku nr 1a do SWZ tj. „Wymogi dodatkowe” – pkt 2, który otrzymuje brzmienie:



„Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej
- Telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy
- Zasady obsługi pompy insulinowej
- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuc-rodzaje kaniuli, zbiorników na insulinę, baterii itp.) „

Pytanie 6 dot. Ust. 11 pkt. 1 SWZ – zdolności techniczne lub zawodowe oraz ust. 13 pkt. 3 SWZ – wykaz wykonanych dostaw

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia wykazu wykonanych dostaw oraz referencji potwierdzających należyte ich wykonanie? Zestawy do pompy bezdrenowej znalazły się na liście wyrobów refundowanych w styczniu 2023r w związku z powyższym niemożliwym jest pozyskanie w tak krótkim okresie czasu referencji potwierdzających prawidłową realizację dostaw na pompy. W poprzednich latach ze względu na brak refundacji na osprzęt, pompy bezdrenowe nie były oferowane w ramach procedury przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ Pkt 11 ppkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„ 1) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:
zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowy/umów, której/których zakres obejmował:

Pakiet nr 1 - dostawę/dostawy materiałów medycznych,

Pakiet nr 2, 3 i 4 - dostawę/dostawy pomp insulinowych

na rzecz Zamawiającego/Zamawiających, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanych umów brutto minimum:

Pakiet nr 1 - 90.000,00 zł

Pakiet nr 2 - 70.000,00 zł

Pakiet nr 3 - 60.000,00 zł

Pakiet nr 4 - 30.000,00 zł”


Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w SWZ tj.:

1) Pkt 7 SWZ zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2023/BZP 00131415 otrzymuje brzmienie:

„ 7 Opis części zamówienia/oferty równoważne :

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Nr Pakietu	Nazwa Pakietu
1	Pompy insulinowe bezdrenowe dla dzieci od 0 do 18 roku życia -30 szt.
2	Pompy insulinowe dla dzieci od 0 do 18 roku życia dla dzieci z niedocukrzeniami i/lub nie sygnalizującymi objawów niedocukrzenia, funkcja predykcyjna z



	<i>możliwością wstrzymania i wznowienia podawania insuliny w oparciu o wskazania sensora z systemu monitorowania glikemii -20 szt.</i>
3	<i>Pompy insulinowe dla dzieci od 0 do 18 roku życia- pompy zintegrowane z systemem ciągłego monitorowania glikemii -20 szt.</i>
4	<i>Pompy insulinowe z możliwością automatycznego podawania insuliny na podstawie odczytu stężenia glukozy z systemu ciągłego monitorowania stężenia glukozy -10 szt.</i>

Ilekróć w treści SWZ, przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub przy użyciu norm, ocen technicznych specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne zgodnie z kryteriami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia w celu oceny równoważności lub postanowieniami art. 101 u.p.z.p.

2) Pkt 35 SWZ -Termin realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium - 8%”

*Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były realizowane zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Dział Realizacji i Magazynów w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze. Wykonawca w **interaktywnym formularzu ofertowym** może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia za który można otrzymać punkty wynosi 2 dni robocze. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 8 pkt.*

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:


- **4 dni robocze – 0 punktów**
- **3 dni robocze – 4 punktów**
- **2 dni robocze – 8 punktów**

Dostawy realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w godz. od 8:00 do 14:00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2020 poz. 1920).

*Brak wskazania/ wpisania w **interaktywnym formularzu ofertowym** terminu realizacji zamówienia, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje najdłuższy niepunktowany termin realizacji zamówienia.”*

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

Jednocześnie Zamawiający udostępnia na Platformie e-Zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl>) oraz na stronie internetowej www.bip.wszkielce.pl nowy załącznik nr 1a do SWZ pod nazwą Załącznik nr 1a do SWZ_parametry techniczne kalkulacja cenowa po modyfikacji docx oraz SWZ_40 po modyfikacji.doc.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Jednocześnie w celu wypełnienia dyspozycji art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert: 24...03.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 24...03.2023 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.04...2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kuciśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: [magdalena.wojcik@wszkielce.pl](mailto:magdalenawojcik@wszkielce.pl)

