




**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dn. 21.03.2023r.

**Dział Zamówień Publicznych**

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy: „Zakupu klipsownicy wielorazowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.**

**Odpowiedzi na pytania**

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsownicy ze szczękami zagiętymi pod kątem 25 stopni.

W przypadku braku takiej informacji w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający prawdopodobnie otrzyma oferty również na klipsownice ze szczękami prostymi, którymi znacznie trudniej pobiera się klipsy oraz zamyka je na naczyniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje klipsownicy ze szczękami zagiętymi pod kątem 25 stopni.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści klipsownice o długości 300-330mm, spełniające pozostałe wymogi opisane w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Stefańska*  
inspektor

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Słowińska*  
SPECJALISTA