



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 31.03.23r.

EZ/22/2023/AŁD

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na „Dostawy implantów, siatek, systemów, ostrzy i wiertel oraz różnych materiałów zużywalnych dla potrzeb Bloków Operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 2

Jaką jednostkę miary dla pakietu nr 2 miał na myśli Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy? Prosimy o doprecyzowanie, czy cena jednostkowa dotyczy sztuki czy opakowania?

Odpowiedź:

Cena jednostkowa dotyczy opakowania.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 5

Czy zamawiający dopuści ładunek artkulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 45 mm? Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 6

Czy zamawiający dopuści ładunek artkulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 60 mm? Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dział Zamówień Publicznych
Anna Łęcka-Dobrowolska
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szanicwski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski