



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 04.04.2023 r.

Znak sprawy: EZ/32/2023/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na „Wykonanie przebudowy Kliniki Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_3

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 44

Opublikowana przez Państwa specyfikacja dotycząca myjki chirurgicznej sugeruje zakup urządzenia tylko i wyłącznie jednego producenta. Chcąc spełnić rzetelnie Państwa wymogi oraz wesprzeć polskich przedsiębiorców prosimy o odstąpienie warunku „Misa wyposażona w jeden centralny odpływ z syfonem z funkcją automatycznej samo dezynfekcji rur i odpływów”. Pozwoli nam to oszacować czas wykonania zadania, ponieważ zaproponowane przez nas urządzenia pozwolą przyspieszyć pracy podczas realizacji zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie lamp o parametrach:

- Lampa główna z 108 diodami Led,
- lampa pomocnicza z 72 diodami,
- Obie czasze emitujące 160klux/1m
- Czasza główna z regulacją pola w zakresie 18-30cm,
- pomocnicza z regulacją w zakresie 18-28cm
- Regulacja natężenia w zakresie 30-100% dla obu czasz.
- Funkcja ENDO ze światłem o zminimalizowanym natężeniu załączana osobnym przyciskiem dla każdej z głowic. • Bezpieczna oprawa matryc – temperatura oprawy nieprzekraczająca 400 C w trakcie wielogodzinnych operacji
- Szczelność oprawy IP52
- Oprawy płaskie w kształcie wielokąta wpisanego w koło minimalizujące zakłócenia strumienia laminarnego
- Czasza główna o wymiarach 70x80mm, pomocnicza o wymiarach 60x70cm
- Grubość oprawy świetlnej max. 65mm
- Czasze sterowane z paneli membranowych

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Kielce, dnia 04.04.2023 r.
Dział Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniorowski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Szemplowski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl