



Kielce 12.04.2023 r.

znak sprawy EZ/56/2023/RL

**Do wszystkich zainteresowanych**

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022, poz. 1710) Przedmiotem zamówienia jest „**Sukcesywne dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy w powiązaniu z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1- Dotyczy Pakietu 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści siatkę rozpostartą na pętli o śr. 35 mm, do wyciągania ciał obcych? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 2- Dotyczy Pakietu 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ustniki jednorazowe pakowane po 100 sztuk w karton z otworem w jego górnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników?

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 3 - Dotyczy Pakietu 1, poz. 4**


Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań o śr. 0,6 mm, dł. ostrza 4 mm i 6 mm, długość robocza narzędzia 2300 mm, śr. narzędzia 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem; osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. pakowane po 10 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie nr 4 - Dotyczy Pakietu 1, poz.5**

Czy Zamawiający dopuści klipsownice jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego) z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



**Pytanie nr 5 - Dotyczy Pakietu 1, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, polietylenowa osłonka, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2,3 mm, dostępne długości narzędzia 1600 i 2300 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie nr 6 – Dotyczy Pakietu 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przelyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętkiem działającym w dwóch kierunkach i pokrętkiem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie nr 7 – Dotyczy Pakietu 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę do polipektomii, monofilament, owalna, rozmiar 10, 15, 30 mm, długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji, o śr. 2,4 mm, rękojeść skalowana co 5 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie nr 8 – Dotyczy Pakietu 1, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę czyszczącą do kanałów endoskopu, dwustronna z włosiem o śr. 6/6 mm, śr. cewnika 1,7 mm, długość robocza 2500 mm, niebieski cewnik?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie nr 9 – Dotyczy Pakietu 2**


Czy Zamawiający produkt pakowany w opakowaniu po 1 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych minimalnych wymagań postawionych przez Zamawiającego

**Pytanie nr 10 – Dotyczy Pakietu 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pułapki dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim; pakowane pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta, opakowanie handlowe = 20 sztuk?

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający dopuszcza



**Pytanie nr 11 – Dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 30mm x 60mm Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie, narzędzie kompatybilne z przewodnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem, możliwość podania kontrastu, długość robocza narzędzia 1950mm, średnica narzędzia 3,2 mm, pakowany pojedynczo, sterylnie?

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający dopuszcza.w

**Pytanie nr 12 – Dotyczy Pakietu nr 5**


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 samorozprężalnych stentów do protezowania zwężeń dróg żłciowych: w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej do stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości); w przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji (szczegółowe warunki usunięcia dokładnie opisane w instrukcji dołączonej do produktu); wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG; stenty o średnicy 8mm w długości: 60, 80, 100, 120 mm i 10mm w długości: 40, 60, 80, 100, 120 mm ; zamontowane na zestawie o średnicy od 8Fr, 8.5Fr, 9Fr, wyposażone w profilowane ucho do repozycji lub usunięcia, cewnik wprowadzający o długości 180 cm współpracujący z przewodnicą .035" zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści zestawu.

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

**Odpowiedź:** Każde zamówienie wysyłane do Wykonawców opatrzone jest indywidualnym numerem w formacie DRe-XXX-XX-XXXX/M/K/L, numerem i datą zawarcia umowy, a zamawiany asortyment wskazany jest poprzez podanie jego nazwy oraz nr katalogowego. Druk zamówienia zawiera także adres mailowy do kontaktu oraz inne dane umożliwiające identyfikację i kontakt z Zamawiającym.



**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z § 8 ust. 2. i 3. (Załącznik nr 3 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

**Pytanie nr 15 – Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie siatki nylonowej 32mm/ 2300 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie nr 16 – Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm i 0,7 mm (do wyboru), długość ostrza 5 mm, 6 mm, 7 mm, dostępne długości 1800 mm, 2100 mm i 2300 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie nr 17 – Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 6**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm..

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie nr 18 – Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 8**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarze 10, 15, 20, 25, 30 i 35 mm.

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19 – Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pułapek posiadających dwie wyjmowane szufladki oznaczone różnymi kolorami.

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20 – Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy narzędzia 2,3 mm z końcówką zwężoną do 1,67 mm, długość narzędzia 2000 mm.

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21 – Dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stenów wykonanych z drutu nitinilowego zamontowanych na zestawach wprowadzających o średnicy 7 Fr (stenty niepokrywane) oraz 8 Fr (stenty pokrywane częściowo i całkowicie), długości stenów od 40 mm do 100 mm z dostępnością długości co 10 mm, uchwyt typu Y z możliwością rozprężania stentu i zamykania częściowo rozprężonego stentu do 80 %



jego długości, znacznik cieniujący na cewniku zewnętrznym i znaczniki wizualne na popychaczu pozwalające uchwycić próg rozprężenia, pętla do dystalnej zmiany położenia na stentach pokrywanych całkowicie, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź:** : Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22 – Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie trójkanałowego papilotomu igłowego jednorazowego użytku; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej przewodnicy 0,035" (0,89mm); 1 sztuka w opakowaniu?

**Odpowiedź:** : Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23 – Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie protezy samorozprężalnej do dróg żółciowych, niepowlekanej, częściowo powlekanej, powlekanej z otworami w silikonowej membranie lub całkowicie powlekanej, wykonanej z nitynolu; posiadającej znaczniki radiologiczne dla lepszej widoczności w RTG oraz system antymigracyjny w postaci kołnierzy lub listów; średnice protez 6mm, 8mm lub 10mm; długość całkowita 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm lub 120mm; aplikator o długości 180 cm i średnicy maksymalnej 9Fr.; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa?

**Odpowiedź:** : Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24 – Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1**


Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego koszyka do usuwania złożeń, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zakończony zaokrągloną końcówką dystalną lub oczkiem do przeciągnięcia przewodnicy; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny.

**Odpowiedź:** : Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 25**

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 10, ustęp 1, podpunkt 2), pozycja b) i c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej o której mowa w pozycjach b) i c) do 50,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



**Pytanie nr 26**

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 10, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Jednocześnie Zamawiający w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

Termin składania ofert: 18.04.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 18.04.2023 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.05.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

**Renata Łastowska**  
Inspektor  
Łastowska

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr Ewelina Kwaśniewska

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski