

Kielce 24.04.2023 r.

znak sprawy EZ/78/2023/RŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Zakup narzędzi operacyjnych do kręgosłupa szyjnego dla Bloku Ogólnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1 poz. 1 Odgryzacz rozbieralny, uchwyt niebieski

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza odgryzacza rozbieralnego, dopuszcza jedynie uchwyt niebieski.

Pytanie nr 2 poz. 2,3 Odgryzacze o uchwytach stalowych, srebrnych

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 poz. 4,5 Odgryzacze o długości 185 mm.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 poz. 6 Rozwórka o długości 165 mm.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 poz. 9 Odgryzacz o długości 240 mm.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 poz. 13 Haczyk o długości 185 mm.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Szanowni Państwo, prosimy także o wydłużenie terminu dostawy 70 dni kalendarzowych daty od zawarcia umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający **modyfikuje treść:** Zaproszenia w pkt. IV ppkt. a oraz Załącznika nr 3 do Zaproszenia wzór umowy w § 2 pkt. 1 w następujący sposób:

IV. Termin wykonania zamówienia oraz termin płatności faktury

- a) Dostawa jednorazowa dostawa do magazynu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na koszt Wykonawcy do **70 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.

§ 2 Termin

1. Strony ustalają, że jednorazowa dostawa całości asortymentu umowy nastąpi w terminie **do 70 dni kalendarzowych** od daty zawarcia niniejszej umowy.

Pytanie nr 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin wykonania zamówienia wynoszący 70 dni kalendarzowych o daty zawarcia umowy (również §2 ust. 1 zapisów wzoru umowy)?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 7.



Pytanie nr 9 Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty tylko drogą elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail podany w zaproszeniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania kleszczy o długości 185mm zamiast 180mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania kleszczy o długości 185mm zamiast 180mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania kleszczy o wymiarach części roboczej 2x10mm zamiast 1,5x10mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania rozwórki typu Weitlaner-Loktite o długości 165mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania podważki typu Freer Yasargil o długości 18,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania haczyka do nerwów i naczyń o długości całkowitej 185mm zamiast 190mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 2, lit. a), iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.


Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania proponowanej zmiany. Nie jest to koniecznym, bowiem, tak jak to wynika z przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Pytanie nr 17 Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych, określonych w §8 ust. 1 pkt 2:

- Lit. b z 100zł na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru oraz dookreśli, iż łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego towaru
- Lit c z 100zł na 0,5% wartości reklamowanego towaru oraz dookreślenie, iż łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości reklamowanego towaru
- Lit d – usunięcie zwrotu „niestarannego” z uwagi na nie precyzyjne dookreślenie zobowiązania ewentualnie zmianę z 100zł na 50zł?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej , które może być uzasadnioną podstawą do



żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednocześnie umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 18 Czy Zamawiający dookreśli w §12 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź Z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego wynika obowiązek podjęcia próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu jako wymogu formalnego pozwu. Tym samym nie ma konieczności wyrażenia tego obowiązku w odrębnym postanowieniu umownym. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dopuści w pełni równoważny zestaw, zachowujący lub przewyższający wszystkie wskazane parametry użytkowe, oraz wszystkie wymagane warunki/parametry techniczne.

LP	Nazawa i opis
1	Odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.1mm góra 130°, nierozbieralny, cienka stopka, jeden uchwyt w kolorze złotym
2	Odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.2mm góra 130° ze sprężyną rozwierającą w rękojeści w kolorze złotym, nierozbieralny, cienka stopka
3	Odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.3mm góra 130° ze sprężyną rozwierającą w rękojeści w kolorze złotym, nierozbieralny, cienka stopka
4	Kleszcze do laminektomii nierozbieralne typ Caspar dł.180mm, proste szer. części roboczej 3mm
5	Kleszcze do laminektomii nierozbieralne typ Caspar dł.180mm, proste szer. części roboczej 2mm
6	Kleszcze do laminektomii nierozbieralne typ Cushing dł.180mm, proste szer. części roboczej 2x10mm
7	Rozwórka typ Beckmann Adson, ostra, 3x4 zęby, rozwarcie max.150mm, łamana dł. całkowita 16cm
8	Disector typ Olivecrona dł.18cm
9	Ogryzacz kostny typ Ruskin, z przegubem i dwoma sprężynkami, lekko zakrzywiony, szer. części roboczej 6mm, dł. całkowita 23cm
10	Łyżka kostna typ Bruns owalna prosta dł. 230mm fig 00 śr 3,9 mm
11	Łyżka kostna typ Bruns owalna prosta dł. 230mm fig.000 śr. 4,7 mm
12	Łyżka kostna typ Bruns owalna prosta dł. 230mm fig.000 śr. 3,3 mm



13	Haczyk do nerwów i naczyń końcówka z kulką, typ Krayenbühl dł. całkowita 190mm, końcówka 3,5mm
14	Łyżka kostna typ Bruns owalna zagięta dł. 230mm fig.000 śr. 3,3 mm
15	Łyżka kostna typ Bruns owalna zagięta dł. 230mm fig. 0 śr. 4,7mm
16	Łyżka kostna typ Bruns owalna zagięta dł. 230mm fig 00 śr 3,9 mm

Zwracam uwagę, że w żadnej firmie nie występuje Odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.1mm góra 130° z wyrzutnikiem, ponieważ, technicznie jest to niewykonalne.

Mając powyższe na uwadze, uznajemy to jako omyłkę pisarską.

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości opisu przedmiotu zamówienia, a jest wnioskiem o zmianę tabelaryczną przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Brak omyłki pisarskiej. Tak Zamawiający podtrzymuje zapisy w Zapiszeniu.

Pytanie nr 20 poz 1 Czy Zamawiający dopuści odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.1mm góra 130°, nierozbieralny z cienką stopką lub odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.1mm góra 130° z wyrzutnikiem, nierozbieralny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.1mm góra 130°, nierozbieralny z cienką stopką **pod warunkiem posiadania wyrzutnika**. Zamawiający dopuszcza odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.1mm góra 130° z wyrzutnikiem, nierozbieralny **pod warunkiem posiadania cienkiej stopki**.

Pytanie nr 21 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.2mm góra 130°, nierozbieralny z cienką stopką lub odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer. 2mm góra 130° z wyrzutnikiem, nierozbieralny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.2mm góra 130°, nierozbieralny z cienką stopką **pod warunkiem posiadania wyrzutnika**. Zamawiający dopuszcza odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer. 2mm góra 130° z wyrzutnikiem nierozbieralny **pod warunkiem posiadania cienkiej stopki**.

Pytanie nr 22 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.3mm góra 130°, nierozbieralny z cienką stopką lub odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.3mm góra 130° z wyrzutnikiem, nierozbieralny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.3mm góra 130°, nierozbieralny z cienką stopką **pod warunkiem posiadania wyrzutnika**. Zamawiający dopuszcza odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer.3mm góra 130° z wyrzutnikiem, nierozbieralny nierozbieralny **pod warunkiem posiadania cienkiej stopki**.

Pytanie nr 23 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści kleszcze do laminektomii nierozbieralne typ Caspar dł.190mm, proste szer. części roboczej 3mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kleszcze do laminektomii nierozbieralne typ Caspar dł.190mm, proste szer. części roboczej 2mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 Czy Zamawiający dopuści kleszcze do laminektomii nierozbieralne typ Cushing dł.180mm, proste szer. części roboczej 2x10mm?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny typ Ruskin, z przegubem i dwoma sprężynkami, lekko zakrzywiony, szer. części roboczej 6mm, dł. całkowita 20cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną typ Bruns, owalną, prostą dł. 230mm śr. 3,8mm lub 4,3mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza łyżki kostnej typ Bruns, owalną, prostą dł. 230mm śr. 3,8mm. Zamawiający dopuszcza łyżkę kostną typ Bruns, owalną, prostą dł. 230mm śr. 4,3mm **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Pytanie nr 28 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną typ Bruns, owalną, prostą dł. 230mm śr. 2,5mm lub 3,3mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łyżkę kostną typ Bruns, owalną, prostą dł. 230mm śr. 2,5mm **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.** Zamawiający nie dopuszcza łyżkę kostną typ Bruns, owalną, prostą dł. 230mm śr. 3,3mm.

Pytanie nr 29 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści haczyk do nerwów i naczyń końcówka z kulką, typ Krayenbühl dł. całkowita 185mm, końcówka 3,5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną typ Bruns, owalną, prostą dł. 230mm śr. 2,5mm lub 3,3mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną typ Bruns, owalną, prostą dł. 230mm śr. 3,8mm lub 4,3mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60-65 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 7.

Pytanie nr 33 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer. 1mm góra 40° z wyrzutnikiem, nierozbieralny, cienka stopka, jeden uchwyt w kolorze złotym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer. 2mm góra 40° z wyrzutnikiem, nierozbieralny, cienka stopka, jeden uchwyt w kolorze złotym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz typ Kerrison dł. szafu 200mm szer. 3mm góra 40° z wyrzutnikiem, nierozbieralny, cienka stopka, jeden uchwyt w kolorze złotym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 Poz. 7 Czy Zamawiający Rozwórka typ Adson, ostra, 3x4 zęby, rozwarcie max. 150mm, łamana dł. całkowita 16cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 37 Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści Disector typ Freer-Yasargil dł.18,5cm, tępo-tępy lub ostro-ostry?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38 Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści Ogryzacz kostny typ Ruskin, z przegubem i dwoma sprężynkami, lekko zakrzywiony, szer. części roboczej 7,5mm, dł. całkowita 23cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 39 Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści Łyżka kostna typ Bruns owalna prosta dł.230mm fig.1 śr. 3,8 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści Łyżka kostna typ Bruns owalna prosta dł.230mm fig.000 śr.2,5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41 Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści Haczyk do nerwów i naczyń końcówka z kulką, typ Krayenbühl dł. całkowita 185mm, końcówka 3,5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42 Poz 14. Czy Zamawiający dopuści Łyżka kostna typ Bruns owalna zagięta dł.230mm fig.000 śr.2,5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 43 Poz 16. Czy Zamawiający dopuści Łyżka kostna typ Bruns owalna zagięta dł.230mm fig.1 śr. 3,8 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert oraz powyższa modyfikacja są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR