



Kielce, dnia 24.04.2023 r.

Znak sprawy: EZ/68/2023/WS

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na „**Sukcesywnie wg potrzeb dostawy jednorazowych ostrzy wraz z akumulatorowymi strzygarkami chirurgicznymi z ruchomą głowicą wyposażonych w ładowarki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z ładowarką pasującej do ostrzy z poz. 1 z funkcją obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo jako rozwiązanie równoważne - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach). Prosimy o dopuszczenie strzygarki z czasem ładowania 120 min - krótszy niż oczekiwał tego Zamawiający i z czasem pracy 150 min. Strzygarka posiada wskaźnik naładowania baterii w postaci wyświetlacza cyfrowego LED.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga ruchomej głowicy w wielu płaszczyznach zgodnie z Zaproszeniem.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

ZATWIERDZAM

*Dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego
w Kielcach*

Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR