

Kielce, dnia 25.04.2023 r.

Znak sprawy: EZ/76/2023/ESL

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na „Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów i konserwacji respiratorów będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Wykonawca w celu uzyskania punktów w kryterium „*Posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta*” musi dołączyć do oferty dokument potwierdzający posiadanie przez niego autoryzacji producenta urzędów medycznych na wykonywanie przez niego usług serwisowych w podanym w załączniku nr 1c do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności serwisowych) zakresie.

UWAGA: Brak załączenia dokumentu skutkować będzie przyznaniem 0 punktów, bez względu na to czy Wykonawca dysponuje takim dokumentem.

Punktacja:

Wykonawca posiada autoryzację producenta urzędów medycznych	TAK	20 pkt
	NIE	0 pkt


Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „*Posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta*” wynosi – 20 pkt.

Pytanie 2

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i ukończyła pozytywnie kurs /szkolenie w zakresie usługi serwisu technicznego dla Pakietu 4 respiratorów wymienionych w Pakiecie 4, potwierdzone aktualnym, imiennym świadectwem/certyfikatem wystawionym przez producenta aparatury medycznej lub uprawnionego przedstawiciela lub wystawionym przez niezależny ośrodek szkoleniowy specjalizujący się w szkoleniach personelu w zakresie serwisu aparatury będącej przedmiotem zamówienia.



Pytanie 3

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 4

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga, aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie tzw. poszerzonych przeglądów jednocześnie informuje, że dotyczy to 7 aparatów z roku produkcji 2015.

Pytanie 5

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 m-ce (w Bennett 840) oraz co 36 m-cy (w Bennett 980). Czy Zamawiający wymaga, aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 6

Czy ze względu okres wsparcia producenta dla respiratorów HT70 który zakończy się z dniem 1.07.2025, Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie tych urządzeń umową do ww. dnia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym (wykaz urządzeń) w Pakiecie 4 obsługa serwisowa w zakresie przeglądów i konserwacji respiratorów f-my Covidien dla poz. 9 i 10 należy ilość przeglądów obliczyć dla okresu 24 miesięcy. Zamawiający w odpowiedni sposób zmodyfikuje termin obowiązywania umowy dla ww. urządzeń.

Pytanie 7


Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy zawarty w SWZ wymóg dotyczący zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej k.p.)

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:

- 1) wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu SWZ dotyczącego wymogu zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, że wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych.”

Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany SWZ polegającej na dopuszczeniu możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów



cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

UZASADNIENIE

Z aktualnego brzmienia ww. zapisów SWZ wynika, że wykonawca przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę. W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają wykonywać te usługi znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP zamawiający określa wymóg zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. **Oznacza to, że zamieszczenie w SWZ tego wymogu jest obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter.**

W art. 22 § 1 k.p. określono, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jako wykonywane w ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie przełożonemu nadzorującemu wykonywane pracy, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę i w czasie wskazanym przez pracodawcę. W przypadku ustalenia zatem, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do stosunku pracy.

Wykonywanie czynności z zakresu serwisu i przeglądów technicznych aparatury medycznej nie odpowiada definicji stosunku pracy, ponieważ:

- 1) serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania – podstawowego elementu stosunku pracy);
- 2) od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania przy wykonywaniu powierzonych czynności;
- 3) czas wykonywania czynności wynika z okoliczności, umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas nie jest określany przez wykonawcę - brak podstawowej cechy stosunku pracy).


Z powyższego wynika, że wykonanie usług przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami będzie zatem zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej art. 29 ust. 3a PZP wyrażono pogląd, że świadczenie usług informatycznych przez osoby o wysokim poziomie kompetencji, posiadających rzadkie specjalizacje (np.: przez programistów, integratorów systemów) nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Wskazać należy, że czynności obejmujące przeprowadzanie przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej będą mieć zbliżony charakter do usług informatycznych, zatem stosując analogię, można uznać, że również nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę postanowień ww. zapisów SWZ i ich usunięcie, jak również dopuszczenie możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 u.p.z.p., wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców osób wykonujących bezpośrednio usługę na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności



bezpośrednio związane z wykonywaniem usług w ramach realizacji zamówienia, czyli tzw. pracowników wykonujących czynności serwisowe przedmiotowej aparatury medycznej w siedzibie Zamawiającego. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Pytanie 8

SWZ, rozdział 11 pkt 2 lit. b

Dotyczy pakietu nr 5 oraz 6

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymagany certyfikat wystawiony przez niezależny ośrodek szkoleniowy specjalizujący się w szkoleniach personelu ma swoim zakresem obejmować konkretne modele respiratorów, tzn. dla pakietu nr 5 - Leoni Plus, Elisa 600 oraz dla pakietu nr 6 - Monnal T60.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i ukończyła pozytywnie kurs /szkolenie w zakresie usługi serwisu technicznego dla Pakietu 5 respiratorów wymienionych w Pakiecie 5 oraz dla Pakietu 6 respiratorów wymienionych w Pakiecie 6, potwierdzone aktualnym, imiennym świadectwem / certyfikatem wystawionym przez producenta aparatury medycznej lub uprawnionego przedstawiciela lub wystawionym przez niezależny ośrodek szkoleniowy specjalizujący się w szkoleniach personelu w zakresie serwisu aparatury będącej przedmiotem zamówienia.

Pytanie 9

Załącznik nr 1c do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakietu nr 5 i 6

Akumulatory w respiratorach opisanych w pakiecie nr 5 i 6 są wymieniane w interwałach czasowych bądź po upływie konkretnej liczby cykli ich ładowania i rozładowania. Czy z uwagi na ten fakt, Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę akumulatorów w respiratorach na odrębne zlecenia (naprawy) po ustaleniu terminu konieczności ich wymiany w trakcie przeglądu technicznego?

Odpowiedź:

Tak, ale w wycenie oferty należy przewidzieć koszt wymiany.

Pytanie 10

Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Dotyczy § 3 ust 7 tzw. wykonanie zastępcze

Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu w ust. 7 zgodnie z poniższym wzorem:

Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi konserwacji/przeglądu technicznego w terminie ustalonym w harmonogramie lub z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych posiadających autoryzację lub przeszkolenie serwisowe producenta urządzenia (tzw. wykonanie zastępcze) w celu przeprowadzenia przeglądu/konserwacji. Koszty przeprowadzenia przeglądu/konserwacji w trybie tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę.


Potencjalny wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, nie może ponosić odpowiedzialności zgodnie z § 3 ust. 9 oraz udzielić gwarancji jakości zgodnie z § 8 za zastępcze wykonanie. Wykonawca nie ma wpływu na wybór wykonawcy zastępczego i nie może zweryfikować jego kwalifikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 11

Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,



Dotyczy § 3 ust 7 tzw. wykonanie zastępcze

Wnosimy o dodanie do umowy zapisu po ust. 7 wg poniższego wzoru:

„Zamawiający przed zastosowaniem tzw. wykonania zastępczego, o którym mowa w § 3 ust 7, wezwie wykonawcę do należytego wykonania konserwacji / przeglądu technicznego w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania. „

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w § 3 ust. 7 umowy zapis o następującym brzmieniu: *„Zamawiający przed zleceniem wykonania zastępczego, wezwie wykonawcę do należytego wykonania konserwacji / przeglądu technicznego w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania. „*

Pytanie 12

Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dotyczy § 6 Wynagrodzenie, płatność oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. a

Zamawiający przewidział możliwość odstąpienia od umowy w przypadku gdy wystąpi zwłoka z uiszczeniem należności na rzecz Wykonawcy 2 miesiące ponad termin płatności faktury. Aby uniknąć odstąpienia od umowy wnosimy o umieszczenie zapisu umożliwiającego wykonawcy porozumienie się z Zamawiającym w celu negocjowania terminy płatności.

§

Postępowanie negocjacyjne

10. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za wykonany przedmiot umowy strony zastrzegają sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności.

11. Zamawiający przystąpi do negocjacji na wezwanie Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wezwania.

12. Z przebiegu negocjacji (także ustaleń telefonicznych) sporządzony jest protokół (porozumienie) odzwierciedlający w formie pisemnej wynik przeprowadzonych negocjacji. Protokół ten musi być podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia warunków postępowania negocjacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 13, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Obowiązki Wykonawcy, §3 ust. 10 lit. c)

Zważywszy na bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.


Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu stanowiącego przedmiot umowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu stanowiącego przedmiot umowy.

Pytanie 14, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Termin na przedłożenie dokumentów, §3 ust. 11 zdanie 2.

W związku z tym, że §3 ust. 11 odnosi się do szeregu dokumentów, jakich żądać może od Wykonawcy Zamawiający w celu wykazania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Wykonawca podnosi, że termin minimalny określony tym postanowieniem może okazać się w praktyce niemożliwy lub bardzo trudny do zrealizowania. Prosimy zatem o zmodyfikowanie zapisu poprzez wydłużenie terminu na realizację wezwania do „7 dni roboczych”.



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizację wezwania do 7 dni roboczych.

**Pytanie 15, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Gwarancja jakości, §8 ust. 3
Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia.**

W pierwszej kolejności wskazujemy, iż zapis stoi w sprzeczności z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, tj. art. 561 §3 k.c., jak i art. 472 k.c. Ponadto, tego rodzaju zastrzeżenia, mogące rodzić nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawców - będą wpływać na cenę ofert. Co zaś kluczowe, zasady ogólne oraz udzielona gwarancja/rękojmia w dostateczny sposób zabezpieczają interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 3 w § 8 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 16, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Termin na usunięcie wady, §8 ust. 5

Czas usuwania ewentualnych wad lub usterek, może być zależny od ich rodzaju, względnie potrzeby użycia części zamiennych (w tym pozyskiwanych z zagranicy). Termin wyznaczony przez Zamawiającego na podstawie omawianego zapisu powinien być możliwy do dotrzymania, zapewniać logistycznie i technicznie realizację obowiązków Wykonawcy.

Zwracamy się zatem o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że:

„Wykonawca dokona usunięcia wady asortymentu objętego gwarancją w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady lub 10 dni roboczych w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, tj. poprawia zapis w § 8 ust. 5 umowy i nadaje mu brzmienie:
„Wykonawca dokona usunięcia wady asortymentu objętego gwarancją w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady lub 10 dni roboczych w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.”

Pytanie 17, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Kara umowna, §9 ust. 1 pkt 2) lit. a)

Mając na uwadze, że przedmiotem umowy są usługi (świadczenie ciągłe) - ewentualne odstąpienie od umowy odnosi skutek na przyszłość. W ocenie Wykonawcy nie jest uzasadnione w takiej sytuacji wyliczanie kwoty kary umownej za zerwanie kontraktu w odniesieniu do usług już rozliczonych pomiędzy stronami - uznanych za wykonane prawidłowo, zwłaszcza w sytuacji, gdy do odstąpienia dojdzie po wielu miesiącach prawidłowej realizacji umowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 2 lit. a):

„a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 9,”?

Symetrycznie prosimy o zmianę punktu 1) lit. a).

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 18, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Kara umowna, §9 ust. 1 pkt 2) lit. b)

Specyfika realizacji przedmiotu Umowy polega na tym, że usługi świadczone są cyklicznie przez okres ustalony w kontrakcie. Kara umowna powinna być odnoszona do wartości należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danej usługi.

Ponadto, wszelkie ryzyka finansowe związane z naliczaniem kar Wykonawcy będą zmuszeni uwzględnić w cenach swoich ofert. W związku z tym, wysokość potencjalnej kary powinna stanowić kompromis pomiędzy: godnym zabezpieczenia interesem Zamawiającego, a ewentualnym ryzykiem kontraktowym Wykonawcy.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę lit. b):



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



“b) za zwłokę w wykonaniu czynności / prac objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym - w wysokości w wysokości 0,2% wartości usługi brutto, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 19, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Kara umowna, §5 ust. 1 pkt 1) lit. d)

Wykonawca wskazuje, że obowiązek polegający na dostarczeniu określonych dokumentów **nie wpływa** w żaden sposób na prawidłową realizację usług serwisowych czy przeglądu, zastrzeżona kara może natomiast determinować wartość ofert Wykonawców, stąd też powinna zostać obniżona do 100,00 zł za dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 20, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Limit kar umownych, §9 ust. 2

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy ze **30% na 20%**. Kumulowanie ryzyk będzie musiało zostać uwzględnione w kalkulacjach cenowych wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 21, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Siła wyższa, §11 ust. 2

Wykonawca wskazuje, iż w okolicznościach siły wyższej dochowanie ustalonych na sztywno terminów lub formy pisemnej może być niemożliwe lub technicznie utrudnione. Obowiązki informacyjne powinny być realizowane, o ile jest to wykonalne ze względu na okoliczności. Jednocześnie, ze względu na ryzyko negatywnych konsekwencji związanych z niedochowaniem terminu zaproponowanego przez Zamawiającego, Wykonawca zwraca się o zmianę brzmienia §11 ust. 2: „*Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej wtedy, gdy poinformuje o nich pisemnie lub mailowo drugą stronę w ciągu 5 dni roboczych, od kiedy poinformowanie drugiej strony stało się możliwe.*”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §11 ust. 2 i nadaje mu następujące brzmienie: „*Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie lub mailowo drugą stronę w ciągu 5 dni roboczych od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie drugiej strony jest w tym terminie możliwe.*”

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Kielce, dnia 14.01.2014 r.
Dział Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szankowski

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl

