

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 25.04.2023 r.

Znak sprawy: EZ/79/2023/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na „Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów i konserwacji aparatów do znieczulenia z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

SWZ, rozdział 11 pkt 2 lit. b

Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymagany certyfikat wystawiony przez niezależny ośrodek szkoleniowy specjalizujący się w szkoleniach personelu ma swoim zakresem obejmować konkretne modele urządzeń, tzn. dla pakietu nr 1 – Leon Plus z kardiomonitorem z serii BSM.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i ukończyła pozytywnie kurs /szkolenie w zakresie usługi serwisu technicznego dla Pakietu 1 aparatów do znieczulenia wymienionych w Pakiecie 1, potwierdzone aktualnym, imiennym świadectwem/certyfikatem wystawionym przez producenta aparatury medycznej lub uprawnionego przedstawiciela lub wystawionym przez niezależny ośrodek szkoleniowy specjalizujący się w szkoleniach personelu w zakresie serwisu aparatury będącej przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2

Załącznik nr 1b do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy

Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o udzielenie informacji o modelu oraz producencie parowników stanowiących wyposażenie aparatów do znieczulenia z poz. 1 i 2.

Odpowiedź:

Th Interlock Parownik do Sevofluranu, złącze selectatec.

Pytanie 3

Załącznik nr 1c do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia lit. e


Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę akumulatorów w aparatach oraz kardiomonitorkach na odrębne zlecenia (naprawy) po ustaleniu terminu konieczności ich wymiany w trakcie przeglądu technicznego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że wartość akumulatorów będzie wliczona w cenę oferty.

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl



Pytanie 4

Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Dotyczy § 3 ust 7 tzw. wykonanie zastępcze

Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu w ust. 7 zgodnie z poniższym wzorem:

Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi konserwacji/przeglądu technicznego w terminie ustalonym w harmonogramie lub z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych posiadających autoryzację lub przeszkolenie serwisowe producenta urządzenia (tzw. wykonanie zastępcze) w celu przeprowadzenia przeglądu/konserwacji. Koszty przeprowadzenia przeglądu/konserwacji w trybie tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę.

Potencjalny wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, nie może ponosić odpowiedzialności zgodnie z § 3 ust. 9 oraz udzielić gwarancji jakości zgodnie z § 8 za zastępcze wykonanie. Wykonawca nie ma wpływu na wybór wykonawcy zastępczego i nie może zweryfikować jego kwalifikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5

Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Dotyczy § 3 ust 7 tzw. wykonanie zastępcze

Wnosimy o dodanie do umowy zapisu po ust. 7 wg poniższego wzoru:

„Zamawiający przed zastosowaniem tzw. wykonania zastępczego, o którym mowa w § 3 ust 7, wezwie wykonawcę do należytego wykonania konserwacji / przeglądu technicznego w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania.”

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w § 3 ust. 7 umowy zapis o następującym brzmieniu: *„Zamawiający przed zleceniem wykonania zastępczego, wezwie wykonawcę do należytego wykonania konserwacji / przeglądu technicznego w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania.”*

Pytanie 6

Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Dotyczy § 6 Wynagrodzenie, płatność oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. a

Zamawiający przewidział możliwość odstąpienia od umowy w przypadku gdy wystąpi zwłoka z uiszczeniem należności na rzecz Wykonawcy 2 miesiące ponad termin płatności faktury. Aby uniknąć odstąpienia od umowy wnosimy o umieszczenie zapisu umożliwiającego wykonawcy porozumienie się z Zamawiającym w celu negocjowania terminy płatności.

§

Postępowanie negocjacyjne


10. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za wykonany przedmiot umowy strony zastrzegają sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności.

11. Zamawiający przystąpi do negocjacji na wezwanie Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wezwania.

12. Z przebiegu negocjacji (także ustaleń telefonicznych) sporządzony jest protokół (porozumienie) odzwierciedlający w formie pisemnej wynik przeprowadzonych negocjacji. Protokół ten musi być podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia warunków postępowania negocjacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



Pytanie 7, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Obowiązki Wykonawcy, §3 ust. 10 lit. c)
Zważywszy na bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu stanowiącego przedmiot umowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu stanowiącego przedmiot umowy.

Pytanie 8, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Termin na przedłożenie dokumentów, §3 ust. 11 zdanie 2.

W związku z tym, że §3 ust. 11 odnosi się do szeregu dokumentów, jakich żądać może od Wykonawcy Zamawiający w celu wykazania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Wykonawca podnosi, że termin minimalny określony tym postanowieniem może okazać się w praktyce niemożliwy lub bardzo trudny do zrealizowania. Prosimy zatem o zmodyfikowanie zapisu poprzez wydłużenie terminu na realizację wezwania do „7 dni roboczych”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizację wezwania do 7 dni roboczych.

Pytanie 9, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Gwarancja jakości, §8 ust. 3 Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia.

W pierwszej kolejności wskazujemy, iż zapis stoi w sprzeczności z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, tj. art. 561 §3 k.c., jak i art. 472 k.c. Ponadto, tego rodzaju zastrzeżenia, mogące rodzić nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawców - będą wpływać na cenę ofert. Co zaś kluczowe, zasady ogólne oraz udzielona gwarancja/rękojmia w dostateczny sposób zabezpieczają interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 3 w § 8 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 10, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Termin na usunięcie wady, §8 ust. 5

Czas usuwania ewentualnych wad lub usterek, może być zależny od ich rodzaju, względnie potrzeby użycia części zamiennych (w tym pozyskiwanych z zagranicy). Termin wyznaczony przez Zamawiającego na podstawie omawianego zapisu powinien być możliwy do dotrzymania, zapewniać logistycznie i technicznie realizację obowiązków Wykonawcy.

Zwracamy się zatem o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że:


„Wykonawca dokona usunięcia wady asortymentu objętego gwarancją w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady lub 10 dni roboczych w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, tj. poprawia zapis w § 8 ust. 5 umowy i nadaje mu brzmienie:
„Wykonawca dokona usunięcia wady asortymentu objętego gwarancją w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady lub 10 dni roboczych w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.”

Pytanie 11, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Kara umowna, §9 ust. 1 pkt 2) lit. a)

Mając na uwadze, że przedmiotem umowy są usługi (świadczenie ciągłe) - ewentualne odstąpienie od umowy odnosi skutek na przyszłość. W ocenie Wykonawcy nie jest uzasadnione w takiej sytuacji wyliczanie kwoty



kary umownej za zerwanie kontraktu w odniesieniu do usług już rozliczonych pomiędzy stronami - uznanych za wykonane prawidłowo, zwłaszcza w sytuacji, gdy do odstąpienia dojdzie po wielu miesiącach prawidłowej realizacji umowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 2 lit. a): „,a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10% niezrealizowanej** kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 9,”?
Symetrycznie prosimy o zmianę punktu 1) lit. a).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 12, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Kara umowna, §9 ust. 1 pkt 2) lit. b)

Specyfika realizacji przedmiotu Umowy polega na tym, że usługi świadczone są cyklicznie przez okres ustalony w kontrakcie. Kara umowna powinna być odnoszona do wartości należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danej usługi.

Ponadto, wszelkie ryzyka finansowe związane z naliczaniem kar Wykonawcy będą zmuszeni uwzględnić w cenach swoich ofert. W związku z tym, wysokość potencjalnej kary powinna stanowić kompromis pomiędzy: godnym zabezpieczenia interesem Zamawiającego, a ewentualnym ryzykiem kontraktowym Wykonawcy.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę lit. b):

“b) za zwłokę w wykonaniu czynności / prac objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym - w wysokości w wysokości 0,2% wartości usługi brutto, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki,”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 13, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Kara umowna, §5 ust. 1 pkt 1) lit. d)

Wykonawca wskazuje, że obowiązek polegający na dostarczeniu określonych dokumentów **nie wpływa** w żaden sposób na prawidłową realizację usług serwisowych czy przeglądu, zastrzeżona kara może natomiast determinować wartość ofert Wykonawców, stąd też powinna zostać obniżona do 100,00 zł za dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 14, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Limit kar umownych, §9 ust. 2

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy ze **30% na 20%**. Kumulowanie ryzyk będzie musiało zostać uwzględnione w kalkulacjach cenowych wykonawców.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 15, dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Siła wyższa, §11 ust. 2

Wykonawca wskazuje, iż w okolicznościach siły wyższej dochowanie ustalonych na sztywno terminów lub formy pisemnej może być niemożliwe lub technicznie utrudnione. Obowiązki informacyjne powinny być realizowane, o ile jest to wykonalne ze względu na okoliczności. Jednocześnie, ze względu na ryzyko negatywnych konsekwencji związanych z niedochowaniem terminu zaproponowanego przez Zamawiającego, Wykonawca zwraca się o zmianę brzmienia §11 ust. 2: „*Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej wtedy, gdy poinformuje o nich pisemnie lub mailowo drugą stronę w ciągu 5 dni roboczych, od kiedy poinformowanie drugiej strony stało się możliwe.*”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §11 ust. 2 i nadaje mu następujące brzmienie: „*Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie lub mailowo drugą*”



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



stronę w ciągu 5 dni roboczych od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie drugiej strony jest w tym terminie możliwe.”

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szanicwski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl

