



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 25.04.2023r.

Znak sprawy: EZ/81/2023/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy fartuchów chirurgicznych oraz pieluchomajtek dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 3 ust. 3.

Pytanie nr 2- dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3- dotyczy Pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4- dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5- dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze M o chłonności minimum 2300g wg ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6- dotyczy Pakietu 2 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze L o chłonności minimum 2600g wg ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7- dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze XL o chłonności minimum 2600g wg ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 8- dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9- dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga w przedmiocie zamówienia złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10- dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11- dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania narzuca Zamawiającemu na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12- dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13- dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki z elastycznymi falbankami wykonanymi z innego, elastycznego materiału niż przędza elastyczna, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 14- dotyczy Pakietu 1

Czy można zaoferować sterylne fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny typu spunlace (mieszanka polioester-celuloza) w kolorze turkusowym o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Dostępne rozmiary: S/M-120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-150L, XLL-170cm. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety rękawów, wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym (włóknina SMS) z 2 ręcznikami 30x40cm.

Alternatywnie:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze turkusowym. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Dostępne rozmiary: S/M-120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-150L, XLL-170cm. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety rękawów wykonane z poliestru. Wzmocnienia są połączone z materiałem bazowym przy użyciu kleju topliwego. Elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone poprzez zgrzewanie ultradźwiękami. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poniższe fartuchy:

sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny typu spunlace (mieszanka poliestru-celuloza) w kolorze turkusowym o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Dostępne rozmiary: S/M-120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-150L, XLL-170cm. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety rękawów, wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym (włóknina SMS) z 2 ręcznikami 30x40cm.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 15- dotyczy Pakietu 3

Czy można zaoferować sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny typu spunlace (mieszanka poliester-celuloza) w kolorze turkusowym o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo.

Dostępne rozmiary: S/M-120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-150L, XLL-170cm.

Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym (włóknina SMS) z 2 ręcznikami 30x40cm.

Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy EN13795 oraz klasy palności wg CFR 1610. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty w wersji elektronicznej lub przesunięcie terminu składania ofert, ponieważ termin na złożenie oferty w formie pisemnej jest zbyt krótki do dotrzymania (ofertę należałoby wysłać w dniu dzisiejszym).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. X Zaproszenia do składania ofert.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kąszewska
INSPEKTOR

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski