

Kielce dn. 25.04.2023 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) „*Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I*”, dofinansowanego z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad)* w formule „*zaprojektuj i wybuduj*”  
**Znak sprawy:** EZ/45/2023/MW

### ZMIANA TREŚCI SWZ + ZMIANA TERMINÓW


Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) udostępnia „ogłoszenie o sprostowaniu” o numerze 2023/S 081-245846 z dnia 25.04.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zmiany treści SWZ dotyczą:

#### **I. Pkt 11 ppkt 2 b I), który otrzymuje następujące brzmienie**

**b) „ dysponuje zespołem projektowym i wykonawczym, który będzie brał udział w realizacji zamówienia tj:**

##### **I. zespołem projektowym tj.**

- min. 1 osobą która posiadająca od co najmniej 10 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.), w zakresie projektowania - bez ograniczeń w branży architektonicznej, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - wskazana osoba musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert był członkiem zespołu opracowującego projekt budowlany, lub zespołu projektującego budowę lub rozbudowę obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” wyposażonego w min. 5 sal operacyjnych, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego i na podstawie wykonanego projektu lub projektów budowlanych doszło do realizacji zadania,
- min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,



- min. 1 osobą technologa medycznego, który opracował co najmniej jeden projekt technologii medycznej obejmujący min. 5 sal operacyjnych, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego dla obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” i na podstawie wykonanego projektu lub projektów budowlanych doszło do realizacji zadania,

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia ww. funkcji przez jedną lub dwie osoby. Wymaga zespołu pięcioosobowego. Zamawiający dopuszcza uzyskanie doświadczenia przez członków zespołu projektowego w ramach opracowania jednego lub kilku projektów / projektów technologii medycznej na podstawie, których doszło do realizacji inwestycji o ww. charakterze.”**

## **2. Pkt 26, 31 i 32 SWZ**

**Nowe terminy otwarcia i składania ofert:**

Termin składania ofert: **09.05.2023 r. do godz. 9.00**

Termin otwarcia ofert: **09.05.2023 r. o godz. 9:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 26 SWZ – **Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie:

*„Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.08.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.*

**Jednocześnie Zamawiający zgodnie z informacją zawartą w „Odpowiedzi na pytania + Modyfikacja SWZ +Informacja o zmianie terminów” z dnia 21.04.2023 udziela odpowiedzi na Pytanie nr 70 tj:**

### **„Pytanie nr 70 do SWZ**


W SWZ, pkt 11 2) b) I, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że dysponuje zespołem projektowym, który będzie brał udział w realizacji zamówienia, m. in. tj:

– min. 1 osobą posiadającą od co najmniej 10 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.), w zakresie projektowania -bez ograniczeń w branży architektonicznej, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Wskazana osoba musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu opracowującego projekt budowlany lub zespołu projektującego budowę lub rozbudowę obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” wyposażonego w min. 5 sal operacyjnych, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego i na podstawie wykonanego projektu lub projektów budowlanych doszło do realizacji zadania;

– min. 1 osobą technologa medycznego, który opracował co najmniej jeden projekt technologii medycznej obejmujący min. 5 sal operacyjnych, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego dla obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” i na podstawie wykonanego projektu lub projektów budowlanych doszło do realizacji zadania.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę warunków dla wskazanych powyżej osób w taki sposób, by osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie



zawodowe nabyte podczas realizacji różnych usług projektowych/projektów technologii medycznej dla budowy lub rozbudowy obiektów wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”, które łącznie spełniają wszystkie wymienione przez Zamawiającego elementy, ale w ramach nie jednego, a dwóch różnych zadań inwestycyjnych mogły zostać wskazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zdaniem Wykonawcy, realizacja wymaganych przez Zamawiającego elementów w ramach dwóch różnych usług projektowych/projektów technologii medycznej w żaden sposób nie umniejsza doświadczeniu takich osób i nie czyni ich niezdolnymi do wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

**„Zamawiający dopuszcza uzyskanie doświadczenia przez członków zespołu projektowego w ramach opracowania jednego lub kilku projektów / projektów technologii medycznej na podstawie, których doszło do realizacji inwestycji o ww. charakterze.**

**Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SWZ pkt 11 ppkt 2 b I), który otrzymuje brzmienie - zgodnie z Pkt 1 niniejszego pisma.**

**Jednocześnie, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zdanie w dniu 24.04.2023r.**

**Pytanie z dnia 24.04.2023 r.**

Czy Zamawiający w odpowiedziach na pytania dotyczące Załącznika nr 8.3 może doprecyzować czy w lampach operacyjnych z osłoną radiologiczną będzie wymagał możliwości ustawienia pola światła w kształcie elipsy oraz lampy wyposażone w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatycznie aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED?

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.04.2023 r. nr 34, nr 35, nr 105, nr 175, nr 186, nr 239, nr 247, nr 255 – nie są jednoznaczne i wzajemnie się wykluczają.

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 35 „**Odpowiedzi na pytania + Modyfikacja SWZ +Informacja o zmianie terminów**” zamieszczone w dniu 21. 04.2023 r. na stronie prowadzonego postępowania

**Było:**

**Pytanie nr 35 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNA –3 szt.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ustawiania kształtu pola operacyjnego w postaci elipsy?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ**

**Jest:**

**Pytanie nr 35 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNA –3 szt.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ustawiania kształtu pola operacyjnego w postaci elipsy?

**Odpowiedź: Tak zamawiający zrezygnuje z wymogu ustawienia kształtu pola operacyjnego w postaci elipsy.**

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

Kierownik  
Biura Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniewicz*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr Magdalena Wójcik*  
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych  
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [magdalena.wojcik@wszkielce.pl](mailto:magdalena.wojcik@wszkielce.pl)

