

Kielce dn. <sup>24</sup>...04.2023 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad) w formule „zaprojektuj i wybuduj”  
Znak sprawy: EZ/45/2023/MW**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA + ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ prowadzonego postępowania. Zmiany treści SWZ dotyczą:

**1) Pkt 37 SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

**„ 37. Składniki ceny:**

*Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w **interaktywnym formularzu ofertowym**, udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.*


*Cena ofertowa winna zawierać łączną cenę usług projektowych, robót budowlanych i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym za przeniesienie praw własności intelektualnej, przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu, wszelkie koszty dotyczące robót budowlanych, robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń, szkolenia i wdrożenia systemów IT i inne niezbędne do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy, w tym w szczególności świadczeń wynikających z postanowień §14 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.*

*Wykonawca określi w Formularzu oferty cenę realizacji Przedmiotu Zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto, tj. cena za całość realizacji zamówienia, w tym cenę za wykonanie robót budowlanych i spełnienie pozostałych świadczeń wskazanych w umowie, cenę za wykonanie dokumentacji projektowej.*

*Zamawiający wskazuje pod rygorem odrzucenia Oferty, iż cena za wykonanie dokumentacji projektowej nie może być wyższa niż 5% sumy ceny brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz ceny brutto za wykonanie robót budowlanych i spełnienie pozostałych świadczeń wskazanych w umowie.*

*Cena ofertowa zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj.: Dz.U. z 2023r. poz. 168 ze zm.) stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.*

*Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.*



Do porównania i oceny Ofert brana będzie pod uwagę cena całkowita brutto za wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest również ujawnić w Załączniku nr 1 do SWZ czynniki cenotwórcze na podstawie których dokonywał kalkulacji oferty tj.

- stawka roboczogodziny netto  $R_g$  – ..... zł/godz.
- koszty pośrednie  $K_p$  - ..... %R, S
- zysk  $Z$  – .....% (R+Kp(R),S+Kp(s))

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć. Informacja winna być zawarta w **interaktywnym formularzu ofertowym**.

Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego (art. 225 ust. 2 u.p.z.p.) w zakresie:

- że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.”

## 2) Załącznik nr 1 do SWZ -Formularz Ofertowy, który otrzymuje brzmienie:

„Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/45/2022/MW w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zaprojektowanie oraz wykonanie przez Wykonawcę robót budowlano-montażowych oraz dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „**Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I**”

1) oferujemy wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ):

**ŁĄCZNA CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO:** ..... PLN w tym:


- a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w wysokości ..... zł brutto  
(uwaga: nie więcej niż 5% sumy ceny brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz ceny brutto za wykonanie robót budowlanych i spełnienie pozostałych świadczeń wskazanych w umowie)
- b. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz spełnienie pozostałych świadczeń wskazanych w umowie wysokości ..... zł brutto

Wykonawca do kalkulacji ceny ofertowej użył następujących stawek oraz narzutów:

- stawka roboczogodziny netto  $R_g$  – ..... zł/godz.
- koszty pośrednie  $K_p$  - ..... %R, S
- zysk  $Z$  – .....% (R+Kp(R),S+Kp(s))”

Jednocześnie, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 25.04.2023 r.





**Pytanie nr 1 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.**

Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę z 16 diodami LED zapewniającymi oświetlenie do 160klx?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt.**

**Dot. pkt. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z możliwością zamontowania wyposażenia na dwóch stronach głowicy.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 294 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 3 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt.**

**Dot. pkt. 30**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami wyposażonymi w szuflady z opływowymi uchwytami.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 299 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 4 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.**

**Dot. pkt. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z możliwością zamontowania wyposażenia na dwóch stronach głowicy.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 306 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 5 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.**

**Dot. pkt. 30**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami wyposażonymi w szuflady z opływowymi uchwytami.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 311 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 6 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERAŁ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNAŁ – 3 szt.**

**Dot. pkt. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy R13=97

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 317 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 7 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERAŁ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNAŁ – 3 szt.**

**Dot. pkt. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z głębokością oświetlenia L1+L2 dla Ec: 20%: 120 [cm]

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 318 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 8 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERAŁ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNAŁ – 3 szt.**


**Dot. pkt. 31**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z szybą wykonaną ze szkła akrylowego.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 324 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 9 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERAŁ HD – 6 szt.**

**Dot. pkt. 10**



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy Ra=97  
**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 327 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 10 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.**

**Dot. pkt. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy R9=97

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 328 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 11 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.**

**Dot. pkt. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy R13=97

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 329 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 12 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.**

**Dot. pkt. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z głębokością oświetlenia L1+L2 dla Ec: 20%: 120 [cm]

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 330 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 13 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.**

**Dot. pkt. 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z kształtem pola operacyjnego w postaci koła.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 331 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 14 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.**

**Dot. pkt. 31**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z szybą wykonaną ze szkła akrylowego.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 336 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 15 LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT**

**Dot. pkt. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z temperaturą barwową równą 4350°K.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 340 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 16 LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT**

**Dot. pkt. 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z płaską oprawą zapewniającą małe zakłócenie nawiewu. Średnica głowicy 670mm. Grubość głowicy 80mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 341 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 17 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt.**

**Dot. pkt. 11 i 12**


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z uchwytami do zwalniania hamulców wyposażonymi w przyciski oznaczone kolorem i symbolem odpowiadającym dedykowanemu przegubowi. Uchwyty montowane na tylnej ścianie głowicy. Możliwość zwalniania hamulców poprzez przycisk jednej ręki.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 343 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 18 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt.**

**Dot. pkt. 21**





Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z możliwością zamontowania wyposażenia na dwóch stronach główicy.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 346 z dnia 21.04.2023**

**Pytanie 19 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt.**

**Dot. pkt. 38**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z półkami o ładowności 50 kg każda.

**Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 350 z dnia 21.04.2023**

### **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 27.04.2023 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o sprostowaniu” w poniższym zakresie:

- ✓ Zmianie ulegnie treść punktu 31 i 32 Rozdziału I SWZ (Termin składania i otwarcia ofert).
- ✓ Zmianie ulegnie treść punktu 26 Rozdziału I SWZ (Termin związania ofertą).

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępni zmianę treści SWZ na stronie internetowej [bip.wszkielce.pl](http://bip.wszkielce.pl) w dniu **02.05.2023 r.** po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Jednocześnie Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany *Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji*

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

MIECZYSŁAW  
Dział Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian S. Janowski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr Magdalena Wójcik*  
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych  
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [magdalena.wojcik@wszkielce.pl](mailto:magdalena.wojcik@wszkielce.pl)

