


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce ...11.05.2023r.

EZ/59/2023/MK

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, informuje, iż działając na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) unieważnia postępowanie w zakresie **Pakietu nr 3- Materiały kontrolne do osmometru 800 CLG TridentMed** gdyż, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Wadą w postępowaniu jest opis przedmiotu zamówienia (w tym ilość oznaczeń) nieopowiadający celowi zamówienia tj. wykonywania badań na minimum dwóch poziomach.

Zamawiający wymagał materiałów kontrolnych do wykonywania badań: w ilości 532 oznaczeń oraz w ilości 266 oznaczeń. Aby prawidłowo wykonać badania kontroli na dwóch poziomach Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym powinien uwzględnić podwójną ilość kontroli.

Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania tj. po otwarciu ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR