



EZ/ZP/70/2023/ES

Kielce dn. 15.05.2023r

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na Dostawę materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań immunochemicznych dla potrzeb Pracowni Serologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, nr EZ/ZP70/2023/ES

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. załącznika nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 1 – Materiały zużywalne do oznaczania grupy krwi.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość rozbudowy tabeli asortymentowo-cenowej w celu umieszczenia i wyceny odczynnika do dekontaminacji analizatorów oraz końcówek do pipet.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. załącznika nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 1- Materiały zużywalne do oznaczania grupy krwi, wymagania pod tabelą „Odczynniki mikrokarty i inne materiały powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej”.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający certyfikatów jednostki notyfikowanej wyłącznie dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż będzie wymagał certyfikatów jednostki notyfikowanej wyłącznie dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 3


Dot. załącznika nr 2a do SWZ, zestawienie parametrów technicznych, pakiet 1: Materiały zużywalne do oznaczania grup krwi, wymagane parametry techniczno-jakościowe oferowanych kart oraz oferowanego (do użyczenia na 24 miesiące) analizatora do badań serologicznych w ilości 2 sztuk, tabela, punkt nr 2.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie do użyczenia analizatora głównego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2021 roku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. załącznika nr 2a do SWZ, zestawienie parametrów technicznych, pakiet 1: Materiały zużywalne do oznaczania grup krwi, wymagane parametry techniczno-jakościowe oferowanych kart oraz oferowanego (do użyczenia na 24 miesiące) analizatora do badań serologicznych w ilości 2 sztuk, tabela, punkt nr 10.



Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając zaoferowania analizatora z funkcją wykrywania skrzepów oraz zakorkowanych probówek oczekuje rozwiązania dającego operatorowi pewność, że w momencie napotkania przez igłę korka (detekcją przeszkody) igła nie zostanie uszkodzona lub też złamana. Rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność, że zgodnie z jego oczekiwaniami wykryty zostanie każdy korek w próbówce niezależnie od jego wyglądu oraz budowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 2a do SWZ, zestawienie parametrów technicznych, pakiet 1: Materiały zużywalne do oznaczania grup krwi, wykaz do oceny parametrów technicznych, tabela, punkt nr 1.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna warunek za spełniony i przyzna 5 punktów dla rozwiązania, w którym następuje pojedyncze nakłuwanie i jednocześnie dozowanie materiału badanego do mikrokolumn gwarantujące całkowite wykorzystanie mikrokart.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Dot. załącznika nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 1- Materiały zużywalne do oznaczania grupy krwi, wymagania pod tabelą „okres przydatności odczynników 6 miesięcy, krwinki i zestawy kontrolne – 4 tygodnie.” oraz Załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego §10 ust. 1 pkt. 2 lit. d

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby okres przydatności odczynników wynosił 6 miesięcy, krwinki i zestawy kontrolne – 4 tygodnie zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia i tym samym prosimy o modyfikację §10 ust. 1 pkt. 2 lit. d.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż wymaga aby okres przydatności odczynników wynosił 6 miesięcy, a krwinek i zestawów kontrolnych – 4 tygodnie zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i tym samym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 - *projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego §10 ust. 1 pkt. 2 lit. d.*

BYŁO:

„d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie”

JEST:

„d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 6 miesięcy okresu przydatności do użycia dla odczynników oraz 4 tygodni dla krwinek i zestawów kontrolnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie”

Pytanie 7

Dot. Załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 3 ust. 3

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści pipety, końcówki oraz środek do dekontaminacji analizatora - niesklasyfikowane jako wyroby medyczne i tym samym nie posiadające deklaracji zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Zmodyfikowany załącznik Zamawiający załącza pod nazwą „ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Ponadto, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 15.05.2023 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o sprostowaniu” w poniższym zakresie:

- Zmianie ulegnie treść punktu 30 i 31 SWZ (Termin składania i otwarcia ofert).
- Zmianie ulegnie treść punktu 25 SWZ (Termin związania ofertą).

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępni zmianę treści SWZ na stronie internetowej bip.wszkielce.pl w dniu **19.05.2023r.** po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kuśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14
edyta.stefanska@wszkielce.pl

