



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 24 05 2023 r.

EZ/69/2023/UG

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy EZ/ZP/69/2023/UG,

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1

dot. wymogu referencji: Czy Zamawiający zgodzi się na poświadczenie zdolności technicznej lub zawodowej dla pakietu 12 referencją opiewającą na 206 000,00 zł brutto ?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją warunków udziału w postępowaniu z dnia 23.05.2023r.

Pytania 2

Pakiet 12, poz. 7: Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji włókniyny SMS w kolorze niebieskim oraz zielonym, do wyrobu Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza włókninę SMS w kolorze niebieskim oraz zielonym.

Pytania 1

do przedmiotowych środków dowodowych (próbki – pakiet 2,4,7,12,13,14) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz modyfikacją wykazu próbek z dnia 23.05.2023r.

Pytania 1

do przedmiotowych środków dowodowych (próbki – pakiet 2,4,7,12,13,14) Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu zamierzamy zaoferować preparaty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiającemu, a więc wymóg potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być bezzasadny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz modyfikacją wykazu próbek z dnia 23.05.2023r.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski