



Kielce, dnia 26.05.2023 r.

Znak sprawy: EZ/94/2023/WS

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na „**Zakup i dostawę aparatów EKG dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet 1-Aparat do wykonywania EKG 12-kanalowy wraz z oprogramowaniem -1 komplet:

Pytanie 1 do Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG podemonstracyjny w pełni sprawny z pełną gwarancją wyprodukowany w 2022 roku? Odpowiedź:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym ekranem graficznym – dotykowym w technologii LED?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści aparat o przekątnej ekranu 8.9”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści ekran o rozdzielczości 892 x 558 pixeli?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści aparat bez złącza Interfejs RS232?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 370 x 325 x 125 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 3,6 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Pkt 13. Czy Zamawiający dopuść aparat EKG z szerokością papieru 209,5 mm x 150mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z rodzajem papieru – składanka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 10 Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z podajnikiem na papier?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 Pkt 16. Czy Zamawiający dopuści aparat o prędkości przesuwu papieru 5, 12.5, 25, 50 mm/s?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści aparat z ilością kanałów 3, 6, 12 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13 Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści aparat w ilości drukowanych odprowadzeni 3, 6, 12, 1x3, 1x6, 2x3 lub 2x3 Simult, 2x6, 2x6 Simult, 4x3, 4x3 Simult?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z czułością 2.5, 5, 10, 20 mm/mV i wzmocnieniu dzielonym 10/5 mm/mV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15 Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści dodatkowe filtry 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz lub 300 Hz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 Pkt 27. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne automatyczny filtr ADS (filtr izolacji elektrycznej)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 Pkt 29. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez sygnału dźwiękowego tętna?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18 Pkt 33. Czy Zamawiający dopuści aparat ekg z możliwością ustawienia do 100 profili użytkownika ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 Pkt 34. Czy Zamawiający dopuści aparat bez trybu LONG ale z rytmem cyfrowym do 5 minut ciągłego zapisu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20 Pkt 35. Czy Zamawiający dopuść aparat EKG bez 10 progili LONG?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21 Pkt 47. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z częstotliwością próbkowania 500, 1000 Hz (analiza krzywych EKG) 75 000 Hz krzywych stymulatora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22 Pkt 48. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 23 Pkt 49. Czy Zamawiający dopuści aparat o częstotliwość wzorcowa – 0,04 Hz - 300 Hz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24 Pkt 50. Czy Zamawiający dopuści aparat rozdzielczość cyfrowa - 1,22 μ V?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25 Pkt 51. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym A/D 24 bitowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26 Pkt 53. Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem dynamiki różnicowe napięcie przemiennie +/- 10mV, przysunięcie napięcia stałego +/- 600mV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 Pkt 56. Czy Zamawiający dopuści aparat z impedancją wejściową > 50M Ω ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28 Pkt 57. Czy Zamawiający dopuści aparat z tłumieniem sygnału wejściowego > 125dB?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2 - Aparat do wykonywania EKG:

Pytanie 29 Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG podemonstracyjny w pełni sprawny z pełną gwarancją wyprodukowany w 2022 roku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwi minimum 180 minut monitorowania podczas akwizycji i drukowania jednostronicowego raportu EKG co 15 min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści wymiary urządzenia 120 mm x 325 mm x 270 mm, co stanowi niewielkie odstępstwo od wymaganego parametru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza


Pytanie 32 Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG wyposażony w klawiaturę dotykową na ekranie dotykowym, bez klasycznej klawiatury funkcyjnej i alfanumerycznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33 Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści CMRR >125 dB?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34 Pkt 20. Czy Zamawiając dopuści aparat EKG z formatem wydruku 1p.10s@25mm/s, 1p.10s@50mm/s, 2p.5sp25mm/s, 2p5s@50mm/s, 2x5s+1 odpr.rytmu, 2p.10s, 4p2.5s, 4x2.5s+1odpr.rytmu, 4x2.5s+3odpr.rytmu, 4p.10s ?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35 Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści czułość 2,5/5/10/20 mm/mV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 36 Pkt 32. Czy Zamawiający dopuści zapis do 300 badań w pamięci wewnętrznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 37 Pkt 36. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne – podłączenie drukarki laserowej za pośrednictwem sieci LAN?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38 Pkt 38. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z systemem do archiwizacji i analizy badań CardioSoft?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39 Pkt 40. Czy Zamawiający dopuści mobilny wózek aparaturowy na czterech kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40 do Zaproszenia do składania ofert, rozdział III pkt. 6

Katalogi / ulotki / foldery producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia parametru w katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41 do wzoru umowy § 2 ust 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy oraz montażu przedmiotu umowy do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 do wzoru umowy § 7 ust 2a

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu:

„a) usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza UE i w terminie 7 dni roboczych przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza UE od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w § 7 ust. 2 a) w następujący sposób:

2. „W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:



- a) usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski do 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub,”

Pytanie 43 do wzoru umowy § 7 ust 3

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności naprawy zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas trwania napraw, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44 do wzoru umowy § 7 ust 6

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 45 do wzoru umowy § 7 ust 11

Wnosimy o dodanie następującego zapisu: „oraz wyłączone zostaje prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie rękojmi”.

a) Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia.



Pytanie 46 do wzoru umowy § 7

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalań, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 47 do wzoru umowy § 8 ust. 1, pkt 2) ppkt b, c

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/.

W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu i zmianę w/w ustępów na:

- b) za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,1% wartości brutto urządzenia licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 0,1% wartości brutto urządzenia licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 48 do wzoru umowy § 8 ust. 2

Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 30% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Wobec tego proponujemy zmianę treści w par. 7 ust. 6 i nadanie mu następującej treści:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 49 do wzoru umowy § 8 ust. 3

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.



Pytanie 50 dotyczące umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy powierzenia danych osobowych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności z uwagi na stwierdzenie, że z realizacją umowy jest związane przetwarzanie tych danych. Umowa zostanie w takiej sytuacji opracowana i uzgodniona na podstawie zgodnych oświadczeń stron – dopuszczalnym jest przedłożenie projektu umowy przez Wykonawcę do zaopiniowania Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stępielewski

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

