

Kielce, ...19.06.2023...

Znak: EZ/98/2023/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Sukcesywnie dostawy obłożeń, jednorazowych zestawów operacyjnych, fartuchów operacyjnych, pieluchomajtek oraz jednorazowych narzędzi itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r poz. 1710) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1- dotyczy Pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z osłonkami bocznymi skierowanymi do wewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek M o obwodzie 70-110 cm oraz XL o obwodzie 110-170 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie rozmiar M o obwodzie 70-110 cm, a nie dopuszcza rozmiaru XL o obwodzie 110-170 cm.

Pytanie nr 3- dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlance 68g/m², posiadający wzmocnienie od wewnątrz z przodu fartucha oraz na rękawach wykonane z dwuwarstwowego laminatu 40 g/m² (włóknina polipropylenowa 25g/m² + folia PE 15g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4- dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5- dotyczy Pakietu 3, pozycja 1


Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową z celulozy w rozmiarze 50cm x 70cm o gramaturze 54g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6- dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową 75cm x 80cm z otworem przylepnym 6cm x 15cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 7- dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową 50cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8- dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze igłę 0,5 x 40mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9- dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3 komorowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10- dotyczy Pakietu 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11- dotyczy Pakietu 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

5 x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm

1 x Pęseta plastikowa 13cm

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwową, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm o gramaturze 60g/m²

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwową, z warstwą celulozową o gramaturze 54g/m² (owinięcie zestawu)

1 x Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy Pakietu 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 120ml z podziałką?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13- dotyczy Pakietu 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pean plastikowy z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14- dotyczy Pakietu 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową w rozmiarze 50cm x 60cm o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15- dotyczy Pakietu 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową w rozmiarze 50cm x 60cm z centralnym otworem o średnicy 7cm i rozcięciem o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 16- dotyczy Pakietu 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17- dotyczy Pakietu 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?



Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18- dotyczy Pakietu 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na jałowe strzykawki wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19- dotyczy Pakietu 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowce sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20- dotyczy Pakietu 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogi wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m² w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21- dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, taśma lepna o szerokości 5cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, taśma lepna o szerokości 5cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, taśma lepna o szerokości 5cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22- dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety główne samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m², o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23- dotyczy Pakietu 5, pozycja 1, 2, 3


Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z niepiaskowanej folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24- dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Header Bag?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 25- dotyczy Pakietu 5, pozycja 1-15

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zestawy posiadały opakowanie pośrednie typu dispenser?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26- dotyczy Pakietu 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27- dotyczy Pakietu 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m², wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28- dotyczy Pakietu 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29- dotyczy Pakietu 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30- dotyczy Pakietu 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Serwety wyposażone w taśmę lepłą o szerokości 2,5cm, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 31- dotyczy Pakietu 5, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32- dotyczy Pakietu 5, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści rękawy wszyte standardowo na prosto?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33- dotyczy Pakietu 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro 80,6kpa/76kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34- dotyczy Pakietu 5, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy oznaczone tylko literowo o następujących długościach: M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35- dotyczy Pakietu 5, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36- dotyczy Pakietu 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² posiadający dodatkowe wzmocnienie wykonane z laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37- dotyczy Pakietu 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 102cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro 107,74kpa/110,8kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38- dotyczy Pakietu 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z niepiaskowanej folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39- dotyczy Pakietu 5, pozycja 7, 9

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na rozerwanie na sucho i mokro 109/99,4 kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40- dotyczy Pakietu 5, pozycja 8, 10


Czy Zamawiający dopuści serwety trójwarstwowe o odporności na przenikanie cieczy 102cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho i mokro 100/99 kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41- dotyczy Pakietu 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 42- dotyczy Pakietu 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwi podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43- dotyczy Pakietu 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm, z perforowaną (nie samouszczelniającą) końcówką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44- dotyczy Pakietu 5, pozycja 14, 15

Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii polietylenowej o gramaturze 0,035mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45- dotyczy Pakietu 5, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści osłonę o średnicy 85cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46- dotyczy Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlance 68g/m², posiadający wzmocnienie od wewnątrz z przodu fartucha oraz na rękawach wykonane z dwuwarstwowego laminatu 40 g/m² (włóknina polipropylenowa 25g/m² + folia PE 15g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47- dotyczy Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 48- dotyczy Pakietów 1 oraz 12

Czy można zaoferować fartuchy ze wstawką 2-warstwową wykonaną z białej folii polietylenowej oraz włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze wynoszącej 40g/m², dostępne w rozmiarach: S/M – 120cm, L–130cm, XL-150cm, XXL-150cm large i XLL-170cm, z mankietami wykonanymi z miękkiej dzianiny poliestrowej? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane fartuchy w Pakiecie nr 12, nie dopuszcza fartuchów w Pakiecie nr 1.

Pytanie nr 49- dotyczy Pakietu 7, pozycja 2

Czy można zaoferować zestaw z osłoną na kończynę w rozmiarach 33cm x 110 cm?



Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50- dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający w cenniku rozróżni, jakie jest jego zapotrzebowanie na pieluchy poszczególnych rozmiarów, tj. M, L oraz XL ? Wtedy Zamawiającemu zostanie podana cena za pieluchę poszczególnego rozmiaru, co pozwoli Zamawiającemu uzyskać lepszą cenę, niż w przypadku oferowania jednej ceny za każdy rozmiar pieluchy.

Odpowiedź: Zamawiający nie rozróżni pieluchomajtek na poszczególne rozmiary, jednocześnie informuje, iż, orientacyjnie zamówienie procentowo będzie wynosiło: rozm. M-10%, rozm. L- 80%, rozm XL-10%.



Pytanie nr 51

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od dystrybutora transportu produktów zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie nr 53

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izo-terma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 54

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż skoro Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/45 z dnia 5 kwietnia 2017r. obowiązek w zakresie spełnienia warunków transportu nakłada na dystrybutorów, to oni winni ocenić czy wykonywanie dostaw spełni wymogi w/w przepisów prawa.

Pytanie nr 55- dotyczy Pakietu nr 10


Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ..

Pytanie nr 56- dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego pa-ska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozpływa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 57- dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte paroprzepuszczalnym laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58- dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59- dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pielucho-majtki w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60- dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 1) pielucho-majtki w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61- dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 1) pielucho-majtki w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62- dotyczy Pakietu 1


Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny celulozowo-poliestrowej o gramaturze minimum 68 g/m². Wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu składającego się z polietylenu i polipropylenu o gramaturze 38 g/m². Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej 100% antyalergiczny, długość mankietów 7,5cm.

Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na 4 wszywane troki. Zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 9,5x3 cm na jednej części fartucha i 5x3 cm na drugiej części fartucha. Szwy przesyte dwoma ściegami z zachodzącą na siebie krawędzią dla lepszego efektu barierowego. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43x30 cm.

Fartuch wraz z ręcznikami jest zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier), posiadające 2 naklejki typu TAG, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Kolor niebieski.

Fartuchy dostępne są w następujących rozmiarach :

wymiary w cm - tolerancja +/-2cm	M	L	XL	XXL
----------------------------------	---	---	----	-----



Długość przód (od najwyższego punktu)	120	130	140	152
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63- dotyczy Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny celulozowo-poliestrowej o gramaturze minimum 68 g/m². Wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu składającego się z polietylenu i polipropylenu o gramaturze 38 g/m². Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej 100% antyalergiczny, długość mankietów 7,5cm.

Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na 4 wszywane troki. Zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 9,5x3 cm na jednej części fartucha i 5x3 cm na drugiej części fartucha. Szwy przesyte dwoma ściegami z zachodzącą na siebie krawędzią dla lepszego efektu barierowego. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43x 30 cm.

Fartuch wraz z ręcznikami jest zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier), posiadające 2 naklejki typu TAG, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Kolor niebieski.

Fartuchy dostępne są w następujących rozmiarach :

wymiary w cm - tolerancja +/-2cm	M	L	XL	XXL
Długość przód (od najwyższego punktu)	120	130	140	152

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64- dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o min. gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym w części krytycznej o łącznej gramaturze min. 110 g/m², odporności na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 200 cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro w części krytycznej min. 330/350 kPa i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (wzmocnienie min. 75 x 190 cm; łączna gramatura min. 90 g/m²)- opakowanie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie min. 60 x 145 cm; łączna gramatura 90 g/m²)

1 x serweta przylepna wzmocniona 240 x 150 cm (wzm. min. 75 x 50 cm) pasek kleju 2,5 cm bez organizatorów przewodów

1 x serweta przylepna wzmocniona 175 x 200 cm (wzm. min.75 x 50 cm) pasek kleju 2,5 cm bez organizatorów przewodów

2 x serweta przylepna wzmocniona 90 x 75 cm (wzm. min.90 x 37,5 cm) pasek kleju 2,5 cm bez organizatorów przewodów

1 x pojemnik plastikowy 60 ml przezroczysty niebieski

1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski


1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC/Folia. Wewnątrz opakowania, w dobrze widocznej części umieszczony spis komponentów wraz z 4 repozycjonowanymi etykietami samoprzylepnymi zawierającymi m.in. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Opakowanie pośrednie worek foliowy oraz karton transportowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 65- dotyczy Pakietu 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu 2- warstwowego (polipropylen -polietylen o grubości min. 60 μm) o min. gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym w części krytycznej o łącznej gramaturze min. 110 g/m², odporności na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 200 cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro w części krytycznej min. 330/350 kPa i następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (wzmocnienie min. 75 x 190 cm; łączna gramatura min. 90 g/m²)- opakowanie zestawu
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie min. 60 x 145 cm; łączna gramatura 90 g/m²)
- 1 x serweta przylepna wzmocniona 240 x 150 cm (wzm. min. 75 x 50 cm)
- 1 x serweta przylepna wzmocniona 175 x 170 cm (wzm. min. 75 x 50 cm)
- 2 x serweta przylepna wzmocniona 90 x 75 cm (wzm. min. 90 x 37,5 cm)
- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml przezroczysty niebieski
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski
- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC/Folia. Wewnątrz opakowania, w dobrze widocznej części umieszczony spis komponentów wraz z 4 repozycjonowanymi etykietami samoprzylepnymi zawierającymi m.in. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66- dotyczy Pakietu 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu 2- warstwowego (polipropylen -polietylen o grubości min. 60 μm) o min. gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym w części krytycznej o łącznej gramaturze min. 110 g/m², odporności na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 200 cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro w części krytycznej min. 330/350 kPa i następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (wzmocnienie min. 75 x 190 cm; łączna gramatura min. 90 g/m²)- opakowanie zestawu
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie min. 60 x 145 cm; łączna gramatura 90 g/m²)
- 1 x serweta przylepna wzmocniona 240 x 150 cm (wzm. min. 75 x 50 cm) pasek kleju 2,5 cm
- 1 x serweta przylepna wzmocniona 175 x 200 cm (wzm. min. 75 x 50 cm) pasek kleju 2,5 cm
- 2 x serweta przylepna wzmocniona 90 x 75 cm (wzm. min. 90 x 37,5 cm) pasek kleju 2,5 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml przezroczysty niebieski
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml czerwony
- 10 x tupfer z gazy RTG Nr 3, 20 x 20 cm 20 nitek (kartonik)
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm przezroczysta
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC/Folia. Wewnątrz opakowania, w dobrze widocznej części umieszczony spis komponentów wraz z 4 repozycjonowanymi etykietami samoprzylepnymi zawierającymi m.in. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Opakowanie pośrednie worek foliowy oraz karton transportowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67- dotyczy Pakietu 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z ręcznikami do rąk, pełnobarierowego, wykonanego z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMS o min. gramaturze 35 g/m². Rękawy o kroju prostym zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o



długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na taśmę dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu nadrukowana informacja o rozmiarze oraz rodzaj fartucha w postaci kolorowej lamówki pod szyją. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy $\geq 40\text{cm H}_2\text{O}$, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: $\geq 135\text{kPa}$.

Fartuch oznaczony literowo. Długości: M - 115cm, L - 125cm, XL - 140cm, XXL - 155cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk 30 x 33cm owinięty we włókninę i zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą producenta, kodem kreskowym; opakowanie pośrednie foliowe oraz karton transportowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68- dotyczy Pakietu 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z rękawkami do rąk, pełnobarierowego, wykonanego z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMS o gramaturze minimum 35 g/m² z dodatkowym wzmocnieniem o gramaturze min. 42 g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy o kroju prostym zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na taśmę dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu nadrukowana informacja o rozmiarze oraz rodzaj fartucha w postaci kolorowej lamówki pod szyją. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy $\geq 100\text{cm H}_2\text{O}$, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: $\geq 200\text{kPa}$.

Fartuch oznaczony literowo: Długości: M - 115cm, L - 125cm, XL - 140cm, XXL - 155cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk 30 x 33cm owinięty we włókninę i zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą producenta, kodem kreskowym; opakowanie pośrednie foliowe oraz karton transportowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69- dotyczy Pakietu 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stół Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm wykonanej z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej o grubości min. 60 μm z dodatkowym wzmocnieniem 60 x 145 cm o łącznej gramaturze 90g/m²). Osłona składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki. Opakowanie jednostkowe papier-folia, opakowanie pośrednie - dyspenser kartonowy zawierający 25 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 70- dotyczy Pakietu 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej w rozmiarze 50 x 60 cm, z otworem przylepnym w części środkowej o średnicy 7 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 55g/m², o odporności na penetrację płynów $> 150\text{cm H}_2\text{O}$ oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 132 kPa Opakowanie jednostkowe papier-folia, opakowanie pośrednie - dyspenser kartonowy zawierający 70 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71- dotyczy Pakietu 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu (PP-PE) o min. gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym w części krytycznej (stanowiącym trzecią warstwę) (zgodne z EN 13795-1:2019) o łącznej gramaturze min. 110/m², w części krytycznej o odporności na penetrację płynów $> 165\text{cm H}_2\text{O}$ oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 180



kPa. Opakowanie jednostkowe papier-folia, opakowanie pośrednie - dyspenser kartonowy zawierający 28 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72- dotyczy Pakietu 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej w rozmiarze 50 x 50 cm z przylepcem na dłuższym boku, wykonanej z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + włóknina polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019) o min. gramaturze 55g/m², o odporności na penetrację płynów > 150 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 132 kPa. Opakowanie jednostkowe papier-folia, opakowanie pośrednie - dyspenser kartonowy zawierający 90 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73- dotyczy Pakietu 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 200 x 200 cm z przylepcem na krótszym boku, wykonanej z 2-warstwowego laminatu (PP-PE) o min. gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym w części krytycznej (stanowiącym trzecią warstwę) (zgodne z EN 13795-1:2019) o łącznej gramaturze min. 110/m², o odporności na penetrację płynów > 165cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 180 kPa . Opakowanie jednostkowe papier-folia, opakowanie pośrednie - dyspenser kartonowy zawierający 12 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74- dotyczy Pakietu 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy w rozmiarze 10 x 50 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75- dotyczy Pakietu 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej torba na płyny w rozmiarze 56 x 90 cm wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej o grubości min. 60 mikronów, posiadająca w górnej części taśmę przylepną oraz sztywnik, w dolnej części port do podłączenia drenu. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności; opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem + karton transportowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76- dotyczy Pakietu 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm składanej teleskopowo, bez elastycznej, samouszczelniającej się końcówki, z 1 zintegrowaną taśmą przylepną oraz dodatkowym wewnętrznym kartonikiem. Wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości min. 50µm. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, kodem kreskowym; opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem + karton transportowy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77- dotyczy Pakietu 5, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na aparaturę w kształcie kuli w rozmiarze 50 x 100cm, wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej o grubości min. 45 µm, ściągniętej elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, kodem kreskowym; opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem + karton transportowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 78- dotyczy Pakietu 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na aparaturę w kształcie kuli w rozmiarze 85 x 150cm, wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej o grubości min. 45 µm, ściągniętej elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, kodem kreskowym; opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem + karton transportowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79- dotyczy Pakietu 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mikronożyczek zagiętych, ostro-ostrych o długości 11,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80- dotyczy Pakietu 11, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowana kleszczyków do materiałów opatrunkowych prostych (korcang) o długości 16 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81- dotyczy Pakietu 11, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowana kleszczyków chirurgicznych, prostych typu Kocher, metalowych, o długości 14 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82- dotyczy Pakietu 11, pozycja 6-13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi chirurgicznych spełniających wymagania normy EN ISO 15223-1:2017, posiadających oznaczenie „jednorazowości” w postaci przekreślonej cyfry 2 z jednej strony narzędzi oraz dodatkowo kolorowe oznaczenie ułatwiające odróżnienie ich od narzędzi wielorazowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


Pytanie nr 83- dotyczy projektu umowy- § 10, ust. 1-2

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §10 ust. 1 pkt. 1a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §10 ust. 1 pkt. 2a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §10 ust. 1 pkt. 2b do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- §10 ust. 1 pkt 2c do kwoty 0,2% wartości wadliwej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki
- §20 ust. 1 pkt 2d do kwoty 0,2% wartości dostawy z uchybieniem

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany względem wysokości kar umownych.



**Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Pytanie nr 83- dotyczy Pakietu 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 4 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 83- dotyczy Pakietu 12

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 4 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska