



EZ/ZP/109/2023/ES

Kielce dn. 20.06.2023r

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,*

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 modyfikuje treść SWZ i udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

**Dotyczy § 9 ust. 2 a) wzoru umowy**

Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji do 14 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2**

**Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2 a) wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 10% na 5% oraz wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3**

**Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2 b) wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową z 200,00 zł na 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4**


**Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2 c) wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi ze 100,00 zł na 50,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5**

**Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2 d)**



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia ze 100,00 zł na 50,00 zł każdorazowo za stwierdzone uchybienie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 6

##### Dot. Pakietu nr 5 poz. 1


Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na igłę Pencil Point w rozm 22G bez prowadnicy. Igła w tym rozmiarze nie wymaga prowadnicy do wprowadzania. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza igłę Pencil Point w rozmiarze 22G bez prowadnicy. Pozostałe rozmiary i parametry bez zmian.

#### Pytanie 7

##### Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, PE,, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym oddzielnym stabilnie i szczelnie wkręcanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem (zatyczką 22mmF).  
Iop=25szt?



Odtączalna rura do  
wpięcia nebulizatora

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Zaproponowany opis nie odpowiada wymogom Zamawiającego.

#### Pytanie 8

##### Dotyczy pakietu nr 7 – Adapter do pomiaru CO2. Załącznik 3 do SWZ – Projekt umowy, § 9 ust. 1

Wykonawca wnosi o odstąpienie od wymogu udzielania 12 -miesięcznej gwarancji. Asortyment, tj. adapter do pomiaru CO2 jest asortymentem jednorazowego użytku i nie podlega gwarancji producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis. Gwarancja na produkt jednorazowy upływa w momencie jego zużycia, jednakże występują sytuacje iż pomimo posiadania przez produkt prawidłowego terminu przydatności do użycia, produkty posiadają wady występujące w danej partii produkcyjnej, która uniemożliwia ich prawidłowe użytkowanie. W takich przypadkach mają zastosowanie postanowienia umowy w zakresie gwarancji na produkt.



### Pytanie 9

#### Dot. Pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie w pakiecie nr 4 końcówek do pipet bez oznaczenia CE, jako, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dla produktów ogólnolaboratoryjnych (nie będących wyrobami medycznymi) procedura oceny zgodności nie jest wymagana?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w pakiecie nr 4 końcówek do pipet bez oznaczenia CE.

### Pytanie 10

#### Dot. Pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie czy wymóg dot. pakietu nr 4 „Odczynniki mikrokarty i materiały powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej”, dotyczy wyłącznie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w których ocenie zgodności musi wziąć udział jednostka notyfikowana?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza wymóg, „Certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy wyrobów zaklasyfikowanych do listy A lub B wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro”.

### Pytanie 11

#### Dot. Pakietu nr 4

Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym wymaganych wyrobów, Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 4 odbywała się średnio raz na miesiąc, zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem dostaw na dany rok, natomiast kryterium oceny ofert „termin realizacji zamówienia” w zakresie pakietu 4 dotyczyć będzie dostaw pilnych "na cito" do 5 dni roboczych, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

### Pytanie 12

#### Dot. Pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w pkt 3 pod formularzem asortymentowo-cenowym Zamawiający miał na myśli firmę DiaMed marka BioRad?


**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w pkt 3 pod formularzem asortymentowo-cenowym miał na myśli firmę DiaMed marka BioRad.

### Pytanie 13

#### Dot. Pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z zapisem punktu nr 3 pod formularzem asortymentowo-cenowym, Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były przewidziane instrukcją użycia sprzętu DiaMed, zgodnie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) w szczególności wirówek będących na wyposażeniu Pracowni firmy DiaMed: ID-Centrifuge 6S i ID-Centrifuge 12SII (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi: rozdz. 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania: „Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”  
rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty: „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart:

- ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów);
- ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anti-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anti-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa);



• ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były przewidziane instrukcją użycia posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed, zgodnie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974), do którego Zamawiający oczekuje produktów w zakresie zadania 4, tj. w szczególności wirówek będących na wyposażeniu Pracowni firmy DiaMed: ID-Centrifuge 6S i ID-Centrifuge 12SII (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011) zgodnie z jej brzmieniem.

#### Pytanie 14

##### Dot. Pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 5 Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał w kolumnie 4 formularza asortymentowo-cenowego „j.m” Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań zamiast sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy w pozycji 5.

##### Było:

5.	Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał,	Szt.	26			0,00			Tak/Nie
----	---	------	----	--	--	------	--	--	---------

##### Jest:

5.	Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał, op. = 3 fiołki x 10ml	Op.	26			0,00			Tak/Nie
----	---	-----	----	--	--	------	--	--	---------

#### Pytanie 15

##### Dot. Pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 9 Mikrokarty do PTA na odczynniku monospecyficznym w kolumnie 4 formularza asortymentowo-cenowego „j.m” Zamawiający wymaga zaoferowania sztuk zamiast opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy w pozycji 9.

##### Było:

9.	Mikrokarty do PTA na odczynniku monospecyficznym anty - IgG	Op.	96			0,00			Tak/Nie
----	---	-----	----	--	--	------	--	--	---------

##### Jest:

9.	Mikrokarty do PTA na odczynniku monospecyficznym anty - IgG	Szt.	96			0,00			Tak/Nie
----	---	------	----	--	--	------	--	--	---------



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Zmodyfikowany załącznik Zamawiający załącza pod nazwą „ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 – Formularze asortymentowo-cenowe”.**

Ponadto, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r poz. 1710 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Nowe terminy otwarcia i składania ofert:

Termin składania ofert: 27.06.2023r. do godz. 09.00  
Termin otwarcia ofert: 27.06.2023r. godz. 10:00

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ – Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie:  
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.07.2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stępiński*

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kwaśniewska*

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Stefańska*  
inspektor

Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14  
[edyta.stefanska@wszkielce.pl](mailto:edyta.stefanska@wszkielce.pl)

