



Kielce, dnia 29.06.2023 r.

Znak sprawy: EZ/112/2023/UG

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na „Świadczenie usług w zakresie wykonywania naprawy, przeglądów okresowych kalibracji i regulacji urządzeń Systemu AGFA CR dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak sprawy: EZ/112/2023/UG”

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 4 do zaproszenia – projekt umowy, paragraf nr 8, ust 1 pkt 2 lit b i c.

Zamawiający w projektowanych zapisach umowy w paragrafie nr 8 ust. 1, pkt 2 ustala kary umowne na poziomie:

1) w przypadku zwłoki w realizacji postanowień umownych w stosunku do terminów określonych w umowie lub ustalonych w Zamawiającym w wysokości 1 000,00 pln za dzień zwłoki

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu przeglądu okresowego ustalonego w harmonogramie przeglądów w wysokości 500,00 pln za każdy dzień zwłoki.

W naszej opinii są to kary o rażąco wysokiej wartości. W zakresie podobnych umów serwisowych niejako przyjętym standardem w sytuacji zwłoki są wartości zdecydowanie niższe. W związku z tym wnosimy o zmiarkowanie kar umownych do poziomu:

1) w przypadku zwłoki w realizacji postanowień umownych w stosunku do terminów określonych w umowie lub ustalonych w Zamawiającym w wysokości 400,00 pln za dzień zwłoki

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu przeglądu okresowego ustalonego w harmonogramie przeglądów w wysokości 200,00 pln za każdy dzień zwłoki.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 3 „Wzór umowy” par. 3 pkt 5

Czy zamawiający poprzez wymóg posiadania certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przeszkolenia w obsłudze urządzeń objętych przedmiotem umowy, rozumie pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia z zakresu przeprowadzania przeglądów oraz konserwacji systemu Agfa CR, wydane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela urządzenia?

Zwracamy uwagę, że brak doprecyzowania w praktyce umożliwia przedstawienie jakiegokolwiek zaświadczenia przez dowolny podmiot, jednak niestanowiących rzeczywistej wartości, zatem w praktyce wymóg jest iluzoryczny i nie zabezpiecza interesów Zamawiającego, gdyż nie gwarantuje realizacji przez odpowiednio wykwalifikowanych serwisantów posiadających wiedzę, doświadczenie



oraz bieżący dostęp do informacji, a także realizujących aktualizacje oprogramowania systemu będący w wykazie czynności okresowych przeglądów producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie certyfikat jako dokument wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub wystawiony przez niezależny ośrodek szkoleniowy specjalizujący się w szkoleniach personelu w zakresie serwisu będącego przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1

Czy Zamawiający w ramach wykonania okresowego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta wymaga również przeprowadzenia kopii zapasowej stacji NX ?

Odpowiedź: Zamawiający w ramach wykonania okresowego przeglądu technicznego oczekuje wykonania kopii zapasowej stacji NX.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 5

Czy Zamawiający w ramach przeglądania historii zgłoszeń, napraw i przeglądów rozumie pełną historię serwisową począwszy od daty instalacji?

Odpowiedź: Zamawiający w ramach przeglądania historii zgłoszeń, napraw i przeglądów rozumie historię serwisową od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi serwisowej do dnia wykonania przeglądu.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Kielce
Dział Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski