

EZ/134/2023/RŁ

Kielce dn. 24.07.2023.

*Do wszystkich zainteresowanych*

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 1710) Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup i dostawa aparatu USG dla potrzeb Wojewódzkiej Poradni Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”.**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1 –dotyczy załącznika nr 2 SWZ VIII Gwarancja i serwis**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia do 12 miesięcy, który jest zgodny z przepisami gwarancji dla firm.

Chcemy nadmienić, iż zaoferowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego w wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji i z proponowanym przez Zamawiającego 24-miesięcznym okresem gwarancji, podwyższy cenę oferty. Zaoferowanie aparatu z 12-miesięcznym okresem gwarancji pozwoli Wykonawcom na złożenie tańszej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**


#### **Pytanie nr 2- dotyczy załącznika nr 2 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf Vivid T8 o konfiguracji tożsamej z wymaganą jednakże o parametrach znacznie przewyższające opisane w postępowaniu ?

| Parametry ogólne |   |     |
|------------------|---|-----|
| 1.               | Waga aparatu max 60 kg  | TAK |
| 2.               | Rok produkcji min. 2023 r.  | TAK |
| 3.               | Zasilanie aparatu sieciowe 220-240 V  | TAK |
| 4.               | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 950 000   | TAK |
| 5.               | Dynamika systemu min. 410 dB  | TAK |
| 6.               | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) nie mniejszy niż od 1,5 MHz do 12 MHz | TAK |
| 7.               | Wbudowany moduł ekg i kable ekg   | TAK |
| 8.               | Ilość aktywnych uniwersalnych gniazd dla głowic obrazowych USG - nie mniej niż 4  | TAK |
| 9.               | Monitor LCD o przekątnej ekranu min 21”   | TAK |


**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



|                         |  |     |
|-------------------------|--|-----|
| 10.                     | Regulacja obrotu i pochylenia monitora: do przodu o min 90 stopni, do tyłu o min 25 stopni   | TAK |
| 11.                     | Panel dotykowy z interaktywnym menu o przekątnej ekranu min. 10"   | TAK |
| 12.                     | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim   | TAK |
| 13.                     | Dysk twardy HDD min. 500 GB  | TAK |
| 14.                     | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów  | TAK |
| 15.                     | Cyfrowa drukarka termiczna (video printer) czarno-biała  | TAK |
| 16.                     | Transmisja danych obrazowych w standardzie DICOM   | TAK |
| 17.                     | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |
| 18.                     | Wbudowany system podtrzymania baterijnego do szybkiego restartu w czasie <10 s   | TAK |
| <b>Tryb obrazowania</b> |  |     |
| 19.                     | Tryb 2D / B-mode z maksymalną głębokością penetracji min. 30 cm  | TAK |
| 20.                     | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego min. 8x   | TAK |
| 21.                     | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie min. od 1 do 16 mm   | TAK |
| 22.                     | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D min. 18 000 obrazów  | TAK |
| 23.                     | Maksymalny czas zapisu w „Cine loop” dla prezentacji Doppler Pulsacyjny min. 1200 sek.   | TAK |
| 24.                     | Regulacja wzmocnienia dla B-mode, Doppler kolorowy oraz Doppler spektralny   | TAK |
| 25.                     | Technologia całkowicie cyfrowa łącznie z układem formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej   | TAK |
| 26.                     | Funkcja „Cine Loop” możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazu   | TAK |
| 27.                     | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie B-mode z min. 1000 obrazów/s w zależności od sondy, ustawień, aplikacji   | TAK |
| 28.                     | Obrazowanie harmoniczne  | TAK |
| 29.                     | Tryb M-Mode  | TAK |
| 30.                     | Tryb Color-Mode  | TAK |
| 31.                     | Częstotliwość odświeżania obrazu (max Frame Rate) dla Dopplera kolorowego min. 150 obr./s  | TAK |
| 32.                     | Tryb Power Doppler   | TAK |
| 33.                     | Tryb Doppler Ciągły sterowany pod kontrolą głowic sektorowych  | TAK |
| 34.                     | Obrazowanie w trybie CWD z prędkością min. 22m/s   | TAK |
| 35.                     | Tryb Doppler pulsacyjny  | TAK |
| 36.                     | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) – Doppler Pulsacyjny Spektralny oraz zapis prędkości min. do 10 m/s   | TAK |
| 37.                     | Tryb Doppler Spektralny Tkankowy   | TAK |
| 38.                     | Tryby mieszane: Duplex-Mode ( np.: B/CD, B/PWD ) Triplex-Mode ( np.: B/CD/PWD )  | TAK |

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel: 41/36-71-269 fax: 41/366-00-14  
[magdalena.kuszevska@wszkielce.pl](mailto:magdalena.kuszevska@wszkielce.pl)



| Sonda sektorowa |  |     |
|-----------------|--|-----|
| 39.             | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 MHz do 4,0 MHz  | TAK |
| 40.             | Maksymalny kąt skanowania w zakresie min. 120 stopni | TAK |

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza aparat o powyższych parametrach z zastrzeżeniem.:**

**A) iż pkt. 4, 5, 9, 17 tabeli otrzymują następujące brzmienie (parametry punktowane):**

|     |   |           |  |
|-----|---|-----------|--|
| 4   | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 950 000   | TAK       | 950000 – 4 500 000 kanałów 0 pkt.<br>> 4500000 kanałów 10 pkt. |
| 5   | Dynamika aparatu min. 300 dB  | TAK       | 300 – 310 dB 0 pkt.<br>> 310 dB 10 pkt.                        |
| 9   | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 21", o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, | TAK       | 21" 0 pkt.<br>> 21" 10 pkt.                                    |
| 17. | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne.        | TAK / NIE | TAK 20 pkt.<br>NIE 0 pkt.                                      |


**B) oraz aparat będzie spełniał dodatkowe funkcje o które należy rozbudować zaakceptowaną powyżej tabelę:**

|   |   |                                  |                        |
|---|---|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy, nierekondycjonowany, nieregenerowany, niepodemonstracyjny | TAK                              | Bez punktacji          |
| 2 | Głowica convex do badań jamy brzusznej  | Możliwość rozbudowy              | Bez punktacji          |
| 3 | Głowica liniowa do badań małych narządów  | Możliwość rozbudowy              | Bez punktacji          |
| 4 | Głowica przezprzełykowa do badań kardiologicznych   | Możliwość rozbudowy              | Bez punktacji          |
| 5 | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych                  | Możliwość rozbudowy              | Bez punktacji          |
| 6 | Głowica mikrosektorowa  | Możliwość rozbudowy              | Bez punktacji          |
| 7 | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesiące   | <b>TAK 24 miesiące gwarancji</b> | okres gwarancji będzie |



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym |  | <i>punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ</i> |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | <b>TAK</b>  |  | Bez punktacji   |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi..... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

**Pytanie nr 3- dotyczy zapisów umowy § 7 ust 1**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o dodanie zapisu w § 7:



Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (z wyłączeniem głowicy).

Gwarancja nie obejmuje defektów lub osłabień działania (włączając niedopasowanie do opisu produktu bądź jego specyfikacji), które są całkowicie lub częściowo spowodowane:

- niewłaściwym przechowywaniem lub transportem produktu przez Kupującego, osoby przez niego zatrudnione lub inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- nie przygotowanie przez Kupującego miejsca, nie zapewnienie dostaw prądu lub nie zabezpieczenie warunków działania wymienionych w odpowiednich instrukcjach lub przedstawionych przez Sprzedawcę lub producenta,
- nie posiadanie któregoś z produktów, podzespołów lub akcesoriów zalecanych przez Sprzedawcę lub producenta, a pominiętych na polecenie Kupującego,
- warunkami, specyfikacjami, instrukcjami wydanymi przez Kupującego, jego pracowników inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- zmianami w produkcie wprowadzone przez osoby inne niż Sprzedawca,
- łączeniem produktu Sprzedawcy z innymi produktami,
- łączeniem niekompatybilnych produktów Sprzedawcy,
- niewłaściwym bądź niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu, niewłaściwą obsługą produktu, nie wykonaniem instrukcji i zaleceń Sprzedawcy lub producenta lub użytkowaniem sprzętu niezgodnym z jego przeznaczeniem,
- uszkodzeń sprzętu spowodowanych korzystaniem przez Kupującego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- zaistnieniem siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania modyfikacji, jednakże dopuszcza wprowadzenie ww treści do dokumentu gwarancji przekazanej wraz z urządzeniem, za**

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel: 41/36-71-269 fax: 41/366-00-14  
[magdalena.kuszevska@wszkielce.pl](mailto:magdalenakuszevska@wszkielce.pl)



wyjątkiem postanowień nakładających na Zamawiającego dokonywania aktów staranności ponad ogólnie przyjęte standardy.

**Pytanie nr 4- dotyczy zapisów umowy § 7 ust 1**

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”?

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.**

**Pytanie nr 5- dotyczy zapisów umowy § 7 ust 2**

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 4 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje brzmienie §7 ust 2 Załącznika nr 3 do SWZ w następujący sposób:**

„2. W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:


- usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych/7 dni roboczych<sup>1</sup> od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub,
- przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższych terminów.”

**Pytanie nr 6- dotyczy zapisów umowy § 7 ust 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację: Po okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewnia, sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

**Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust 9 i nadaje mu nowe brzmienie: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat”.**

<sup>1</sup> W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.



**Pytanie nr 7- dotyczy zapisów umowy § 7 ust 11**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

**Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.**

**Pytanie nr 8- dotyczy zapisów umowy § 9 ust 4**

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 14 dniowy termin”.

**Odpowiedź: zgodnie § 9 ust 4 wzoru umowy Załącznik nr 3 do SWZ**

**Pytanie nr 9- dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 2**

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęła się wysokość kary 0,1-0,2%

-za dzień zwłoki w przypadku uchybienia terminowi określone w Umowie, w § 8 ust. 2b;

-za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określone w § 8 ust 2c

W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu i zmianę/w ustępów na:


1) 0,2 % wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie urządzenia zgodnego z umową

2) 0,2 % wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową,


**Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.**

**Pytanie nr 10- dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 2**

Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 30% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Wobec tego proponujemy zmianę treści w par. 7 ust. 6 i nadanie mu następującej treści:  
„Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 10 % całkowitej wartości Brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy (...).”

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.**

#### **Pytanie nr 11- dotyczy Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

**Odpowiedź: zgodnie § 12 ust 3 wzoru umowy Załącznik nr 3 do SWZ**

*Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.*

### **MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Ponadto Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wprowadza modyfikację zapisów SWZ w zakresie **Załącznika nr 2 do SWZ** – parametry techniczne (rok produkcji, pkt. 1, 3, 69 tabeli) oraz w zakresie **Załącznika nr 3 do SWZ wzór umowy**.

#### **W załączeniu:**

1. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – parametry techniczne
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy.

### **PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

### **NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

Termin składania ofert: 28.07.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 28.07.2023 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 24 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.08.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Wprowadzona powyżej modyfikacja jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.**

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska  
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwasniewska

Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/36-71-269 fax: 41/366-00-14  
[magdalena.kuszewska@wszkielce.pl](mailto:magdalena.kuszewska@wszkielce.pl)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski

