




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielece.pl
www.wszkielece.pl



Kielce, dnia 31.07.2023r

Znak sprawy: EZ/139/2023/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Zakup i dostawa aparatów EKG dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej oraz Klinicznego Oddziału Nefrologii i Transplantologii Nerek WSZZ w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z rozdzielczością ekranu 892x558?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 120x325x270 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 4,5 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z szerokością papieru 209,5 mm x 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 5- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z rodzajem papieru w formie składanki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 6- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 16

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z prędkością przesuwu 5, 12,5, 25, 50 mm/s?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 18

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z ilością kanałów 3, 6, 12 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 21



Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z drukowanymi odprowadzeniami: 1x10x12_25; 1xx10x12_50 ; 2x10x6_25; 1x10x3_25 ; 2x5x6_25 ; 2x5x6_50 ; 2x5x6_25_R1; 4x2,5x3_25 ; 4x2,5x3_25_R1; 4x2,5x3_25_R3; 4x2.5x3_25_R2_P ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z czułością 2.5, 5, 10, 20 mm/mV i wzmocnieniu dzielonym 10/5 mm/mV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 26

Czy Zamawiający dopuści dodatkowe filtry 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz lub 300 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 11- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 27

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze, nowocześniejsze - automatyczny filtr linii izoelektrycznej – ADS – AntiDrift-System ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 29

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez sygnału dźwiękowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 30

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z bazą danych do 200 zapisów EKG w pamięci aparatu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 14- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 33

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością ustawienia do 100 profili użytkownika ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 34

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat bez trybu LONG ale z rytmem cyfrowym do 5 minut ciągłego zapisu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 16- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 35


Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez 10 profili LONG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 17- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 45

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z częstotliwością próbkowania 500, 1000 Hz (analiza krzywych EKG) 75 000 Hz krzywych stymulatora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 18- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 46

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 47

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG aparat o częstotliwość wzorcowa – 0,04 Hz - 300 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 20- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 48

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z rozdzielczością cyfrową - 4,88 μ V?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 49

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym A/D 24 bitowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 22- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 51

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z zakresem dynamiki różnicowe napięcie przemienne +/- 10mV, przysunięcie napięcia stałego +/- 600mV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 54

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z impedancją wejściową > 50M Ω ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 55

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z tłumieniem sygnału wejściowego > 125dB?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 25- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 56

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wydajnością akumulatora do 3 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 63

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z papierem w formie składanki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.



Opcjonalnie

Pytanie nr 27- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z rozdzielczością ekranu 800x480?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 6



Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z klawiaturą membranową kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z interfejs RS232, LAN?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 30- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 200x390x330 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 31- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 5 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z szerokością papieru 215mm x 280mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 33- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru formatu raportu: 1x10x12_25; 1x10x12_50; 2x10x6_25; 1x10x3_25; 2x5x6_25; 2x5x6_50; 2x5x6_25_R1; 4x2,5x3_25; 4x2,5x3_25_R1; 4x2,5x3_25_R3; 4x2,5x3_25_R2_P; H1; H2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z czułością 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mv?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 26

Czy Zamawiający dopuści dodatkowe filtry 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 36- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 33

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością ustawienia do 100 profili użytkownika ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 35

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez 10 profili LONG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 38- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 45

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z częstotliwością próbkowania 16 000 Hz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 39- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 47

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG aparat o częstotliwość wzorcowa – 0,04 Hz – 150 Hz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 49

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym A/D 32bitowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 41- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 51

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z zakresem dynamiki różnicowe napięcie przemienne +/- 15mV, przysunięcie napięcia stałego +/- 300mV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 54

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z impedancją wejściową >10MOhm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 55

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z tłumieniem sygnału wejściowego > 135 dB?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 44- dotyczy przedmiotu zamówienia Pkt 56

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wydajnością akumulatora do 6 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45- dotyczy Zaproszenia do składania ofert, rozdział III pkt. 6

Katalogi / ulotki / foldery producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia parametru w katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46- do wzoru umowy § 7 ust 2a

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej.



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu:

„a) usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza UE i w terminie 7 dni roboczych przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza UE od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 47- do wzoru umowy § 7 ust 3

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności naprawy zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić



nie o czas trwania napraw, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48- do wzoru umowy § 7 ust 6

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 49- do wzoru umowy § 7 ust 11

Wnosimy o dodanie następującego zapisu: „oraz wyłączone zostaje prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie rękojmi”.

a) Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 50- do wzoru umowy § 7

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);



- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 51- do wzoru umowy § 8 ust. 1, pkt 2) ppkt b, c

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/.

W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu i zmianę w/w ustępów na:

- b) za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,1% wartości brutto urządzenia licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 0,1% wartości brutto urządzenia licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 52- do wzoru umowy § 8 ust. 2

Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 30% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Wobec tego proponujemy zmianę treści w par. 7 ust. 6 i nadanie mu następującej treści:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 53- do wzoru umowy § 8 ust. 3

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 54- dotyczy umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy powierzenia danych osobowych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności z uwagi na stwierdzenie, że z realizacją umowy jest związane przetwarzanie tych danych. Umowa zostanie w takiej sytuacji opracowana i uwzględniona na podstawie zgodnych oświadczeń stron- dopuszczalnym jest przedłożenie projektu umowy przez Wykonawcę do zaopiniowania Zamawiającego.

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bielas

