

Kielce, .....09.08.2023 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

## Znak sprawy EZ/147/2023/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na **Dostawy stymulatorów przeciwbólowych rdzenia kręgowego o stałym natężeniu prądu na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”


### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu i przedłuża termin składania ofert.


#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 1:

- 1) stymulator dwukanałowy, przeciwbólowy rdzenia kręgowego nieładowalny, stałonatężeniowy, 16 kontaktowy, warunkowo dopuszczony do bezpiecznego badania MRI całego ciała niezależnie od poziomu implantacji elektrody w kanale kręgowym, wyposażonego w technologię niezależnej kontroli każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC) oraz algorytm Ilumina 3D, umożliwiającego ustawienie 64 obszarów stymulacji w ramach 16 programów, stosowania stymulacji tonicznej oraz bez parestezji: salwami (typu Burst), wysokiej częstotliwości, Contour, FAST oraz kombinacyjnej, maksymalnej amplitudzie 25.5 mA, rozmiarze 70,9mm x 49,5mm x 11,6 mm, umożliwiającego stosowanie elektrod przezskórnych lub chirurgicznych i podłączenia elektrody bezpośrednio lub za pomocą łącznika, wyposażony w bezprzewodową łączność Bluetooth i baterię o pojemności 7Ah;
- 2) elektrody chirurgiczne 16-kontaktowe dwukolumnowe o długości przewodu 50 lub 70 centymetrów, warunkowo dopuszczone do bezpiecznego badania MRI całego ciała niezależnie od poziomu implantacji w kanale kręgowym, w zestawie z weryfikatorem szczeliny;
- 3) elektrody przezskórne 8-kontaktowe o rozstawie kontaktów do wyboru 1, 4 lub 6 milimetrów, o długości całkowitej 50 lub 70 centymetrów, warunkowo dopuszczone do bezpiecznego badania MRI całego ciała w polu magnetycznym o indukcji 1.5T niezależnie od poziomu implantacji w kanale kręgowym;
- 4) bezprzewodowy pilot Pacjenta w technologii Bluetooth do kontroli stymulacji, obsługa m.in. w języku angielskim oraz przy pomocy piktogramów;
- 5) łączniki 8-kontaktowe o długości do wyboru 25, 35 lub 55 centymetrów;



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



- 6) zamiast jednorazowej głowicy do stymulatora próbnego bezpłatnego użyczenia stymulatora zewnętrznego do stymulacji próbnej (produkt niesterylny, wielokrotnego użytku), w ramach pozycji 6 – 20 sztuk akcesoriów Pacjenta na czas etapu próbnego;
- 7) sterylny, jednorazowy kabel do testowania śródoperacyjnego;
- 8) tunelizator o długości 28 lub 35 cm;
- 9) kotwicę mechaniczną Klik X Anchor;

**Odpowiedź:**

*Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie treści SWZ, a jest wnioskiem o zmianę SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe parametry.*

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych?

W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

**Odpowiedź:**

*Treść niezbędnych informacji zwartych w wezwaniu do uzupełnienia depozytu zostanie uzgodniona pomiędzy stronami na etapie realizacji umowy.*

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z §8 ust. 3 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia wzoru umowy o zamówienie publiczne.*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr Magdalena Wójcik*  
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych  
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [magdalena.wojcik@wszkielce.pl](mailto:magdalena.wojcik@wszkielce.pl)