



Kielce 11.08.2023 r.

EZ/145/2023/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na „**Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Bloków Operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

dot. Pakiet 2, poz.1

Prosimy o potwierdzenie, że kabel ma być przystosowany do sterylizacji parowej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

dot. Pakiet 2, poz.2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pierścienia ekwipotencjalnego i dopuści elektrody o wymiarach 150 x 108 mm, powierzchni aktywnej 107 cm² i powierzchni całkowitej 162 cm² oraz dopuści elektrody pakowane indywidualnie w opakowaniach zbiorczych a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 130 op. a'100 szt. w przypadku spełniania pozostałych wymogów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 3

dot. Pakiet 2, poz.3

Czy Zamawiający dopuści dopuszczenie uchwytów pakowanych indywidualnie w opakowaniach zbiorczych a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 160 op. a'50 szy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

dot. Pakiet 2, poz.3

Czy Zamawiający potwierdzi, że chodzi o uchwyty z pojedynczym złączem typu Erbe 5mm, wpinanym do generatora bez potrzeby stosowania adapterów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno uchwyty wpinane za pomocą adaptera jak i bez jego potrzeby.

Pytanie nr 5

dot. Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 5m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie nr 6

Pakiet 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową dzieloną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych o powierzchni aktywnej 105cm² i całkowitej 168cm², elektroda pokryta hydrożelem z zakończeniem na klips, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę

Pytanie 7

Pakiet 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści op. 100 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W celu wypełnienia dyspozycji z art. 284. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowy postępowaniu.

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 22.08.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.08.2023 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminów zmianie ulega treść **pkt. 23 SWZ – Termin związania ofertą:**
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.09.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Wskazane powyżej zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część i należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

ZATWIERDZAM

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski