




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/151/2023/RL

Kielce dn. 25.08.2023r

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 1605) Przedmiotem zamówienia jest **„Zakup i dostawa aparatu USG z trzema głowicami na potrzeby Kliniki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Wzór umowy par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający zmieni zapis § 7 ust. 2 z „W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do: usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji.” na „W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do: usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

Wzór umowy par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni zapis § 7 ust. 3 z „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy.” na „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/36-71-269 fax: 41/366-00-14
renata.lastowska@wszkielce.pl



Wzór umowy par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni zapis z „W przypadku gdy wady sprzętu nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej urządzenie/podzespoł dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia/podzespołu na nowe wolne od wad.” na „W przypadku gdy wady elementu/podzespołu nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej element/podzespoł dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementu/podzespołu na nowe wolny od wad.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Wzór umowy par. 7 ust. 9

Czy Zamawiający zmieni zapis § 7 ust. 9 z „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat” na „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat od daty instalacji”?

Odpowiedź: : Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust 9 i nadaje mu nowe brzmienie: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat od daty instalacji”

Pytanie nr 5

Wzór umowy par. 8 ust. 2b)

Czy Zamawiający zmieni wysokość kary umownej z 1.000,00 zł na 500,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Wzór umowy par. 3 ust. 5

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu USG wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń, które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.” na „Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu USG wraz z pełnym oprogramowaniem.”

W najnowocześniejszych aparatach ultrasonograficznych nie funkcjonują kody serwisowe stałe, jedynie kody dynamiczne/zmienne do których dostęp w momencie serwisowania posiadają jedynie autoryzowani przedstawiciele producenta za pomocą specjalistycznej aplikacji. Autoryzowani przedstawiciele producenta nie mają możliwości przekazania tego typu kodów osobom trzecim.

Nieusunięcie tego zapisu spowoduje, że do przetargu będą mogli przystąpić producenci posiadający przestarzałe rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 3ust. 5

Pytanie nr 7


Wzór umowy par. 7 ust. 10

Prosimy o rezygnację z zapisu par. 7 ust. 10 wzoru umowy.

Nowoczesne urządzenia ultrasonograficzne posiadają blokady serwisowe wymagające użycia dynamicznych (zmiennych) kodów serwisowych wraz z loginem autoryzowanego przedstawiciela serwisowego. Zgodnie z zasadami producenta, login taki nie może być udostępniony osobom trzecim, a tym samym dostęp do pełnych procedur serwisowych mogą mieć jedynie autoryzowani przedstawiciele.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Tego typu procedury stosuje się w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa stosowania sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 7 ust. 10. W przypadku braku możliwości przekazania Zamawiającemu kodów serwisowych Wykonawca zobowiązany jest po upływie daty gwarancji do deinstalacji systemu umożliwiającego swobodne serwisowanie oraz naprawy aparatu przez dowolny podmiot świadczący takie usługi.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą:

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 31.08.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 31.08.2023 r. godz. 09:30

Termin związania ofertą: 29.09.2023 r

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Łastowska
Inspektor

Łastowska

m. Sebastian Szamawski
Dział Zamówień Publicznych
Kielce

ZATWIERDZAM:

Krzysztof Bidas
Z-CA DYREKTORA
ds. leczenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
W Kielcach

Krzysztof Bidas
Z-CA DYREKTORA
ds. leczenia
Kielce

