

Kielce, dnia 28.08.2023r.

Znak sprawy: EZ/ZP/167/2023/ES

**Dot. Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

**Nowe terminy otwarcia i składania ofert:**

Termin składania ofert: 11.09.2023r. do godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 11.09.2023r. godz. 10:00

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ – Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie:


„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.10.2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo-cenowy w Pakiecie nr 3:

**BYŁO:**


L.p.	Producent*	Nazwa Handlowa	Opis	Ilość	j.m.
1	2	3	4	5	6
1			Dializator wysokoprzepływowy z błoną syntetyczną, sterylizowany para wodna bez wypełnienia płynem o powierzchni $\geq 2.1m^2$ o wysokim klirensie dla mocznika wynoszącym $\geq 284$ ml/min., dla kreatyniny 272 ml/min., dla fosforanów 261 ml/min. mierzone przy przepływie krwi $Q_b=300$ , dializatu $Q_d=500$ ;		szt

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**JEST:**

L.p.	Producent*	Nazwa Handlowa	Opis	Ilość	j.m.
1	2	3	4	5	6
1			Dializator wysokoprzepływowy z błoną syntetyczną, sterylizowany para wodna bez wypełnienia płynem o powierzchni $\geq 2.1m^2$ o wysokim klirensie dla mocznika wynoszącym $\geq 284$ ml/min., dla kreatyniny 272 ml/min., dla fosforanów 261 ml/min. mierzone przy przepływie krwi $Q_b=300$ , dializatu $Q_d=500$ ;	3 000	szt

Zmodyfikowany załącznik Zamawiający załącza pod nazwą „Zmodyfikowany załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy”

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kłosańska*

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Stefańska*  
inspektor

**Dział Zamówień Publicznych**  
Tel.: 41/30-33-516, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [edyta.stefanska@wszkielce.pl](mailto:edyta.stefanska@wszkielce.pl)

## ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 2

zał.nr. ... do umowy

## Pakiet nr 3 - Dializator wysokoprzepływowo z błoną syntetyczną

L.p.	Producent*	Nazwa Handlowa	Opis	Ilość	j.m.	stawka% Vat	cena jednostkowa brutto	wartość zamówienia brutto	Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			Dializator wysokoprzepływowo z błoną syntetyczną , sterylizowany para wodna bez wypełnienia płynem o powierzchni $\geq 2.1m^2$ o wysokim klirensie dla mocznika wynoszącym $\geq 284$ ml/min., dla kreatyniny 272 ml/min., dla fosforanów 261 ml/min. mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500;	3 000	szt			0,00 zł	
razem wartość brutto								0,00 zł	
<b>* Uzupelnic</b>									
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie.									
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.									