


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/ZP/158/2023/ES

Kielce dn. 29.08.2023r

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) na Zakup i dostawy materiałów zużywalnych do terapii nerkostępczej dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Zamawiający w opisie zaznaczył, iż wymaga produktu dwukomorowego - mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml. Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianów 18 mmol/l, zarejestrowany jako lek występuję tylko jako worek jednokomorowy, gotowy do użycia. Zatem czy Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. załącznika nr 2a punkt 29

Czy Zamawiający w zakresie użyczenia aparatów do terapii nerkostępczej CRRT szt. 4, zgodzi się na zaferowanie aparatu do ciągłej terapii nerkostępczej spełniający wszystkie wymagania w zakresie OPZ a jedynie bez opcji współpracy z aparatami MARS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor