




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel. 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce 30.08.2023 r.

znak sprawy EZ/162/2023/EK

*Do wszystkich zainteresowanych*

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023, poz. 1605) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „**Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach**”.

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy w powiązaniu z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

##### **Pytanie nr 1**

1. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o pojemności 150 l, wymiarach 600x600x835 mm z trzema półkami?

**Odpowiedź:** Nie, zgodne z SWZ.

##### **Pytanie nr 2- Dotyczy Pakietu 1**

Czy zamawiający dopuści lodówkę o pojemności 271 litrów, wymiarach 595x630x2000 mm z pięcioma półkami?

**Odpowiedź:** Nie, zgodne z SWZ.

##### **Pytanie nr 3 - Dotyczy Pakietu 1**

Czy zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o pojemności: chłodziarka 240L, zamrażarka 105L , wymiary 200,3x60,1x60,8 cm , zakres temperatury: chłodziarka od +3°C do +16°C, zamrażarka od -9°C do -30°C, chłodziarka 5 półek, zamrażarka 3 półki?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

##### **Pytanie nr 4 - Dotyczy Pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści boks termiczny o pojemności 13 litrów, wymiarach 235x562x380 mm, zakres temperatur od +20°C do -18°C?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5 - Dotyczy Pakietu 3,**

Czy Zamawiający dopuści produkty, które nie są klasyfikowane jako wyroby medyczne?  
Oferowane urządzenia są urządzeniami profesjonalnymi przeznaczonymi do użytku w placówkach medycznych

**Odpowiedź:** Nie, zgodne z SWZ.

**Pytanie nr 6 – Dotyczy Pakietu 2,**

Jakiej pojemności toreb Zamawiający wymaga?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga max 5 litrów pojemności toreb.

**Pytanie nr 7 – Dotyczy Pakietu 2,**

Czy Zamawiający wymaga specjalnych wkładów PCM dedykowanych do utrzymywania konkretnych zakresów temperatury? Jakich zakresów?

**Odpowiedź:** Wkłady winny utrzymywać temperaturę max + 8°C.

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski