

Kielce, dn. 01.09.2023r

EZ/160/2023/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy produktów do przygotowywania i podaży leków cytostatycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach”.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści, nakłuwacz posiadający bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, nasadka zabezpieczająca ostrze nakłuwające (polipropylen). Zawór posiada dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające. Filtr hydrofobowy 0,2 mikrona znajdujący się w kanale powietrznym zapobiega wyciekowi płynów. Niewielkie wymiary kolca umożliwiają pobranie leku z uniwersalnych fiolek. Możliwość stosowania do 7 dni (100 aktywacji). Objętość wypełnienia 0,09 ml, długość 6,5 cm, klasa wyrobu medycznego IIa. Nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 1 poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści system do pobierania leków - uniwersalny (długość 8,9 cm) o parametrach: połączenie luer i luer-lock, objętość wypełnienia 0,12 ml, filtr hydrofobowy, przepływy 350 ml/min, łącznik bezigłowy z kolcem, kołec dwukanałowy o dł. 2 -2,5 cm, jeden kanał biorczy, drugi wyrównujący ciśnienie. Ilość aktywacji 100, czas stosowania do 7 dni. Nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 1 poz. 9 i 10

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system z ostrzem nakłuwającym do fiolek z lekiem, przeznaczony do przygotowywania i rozcieńczania leków, wyposażony w hydrofobowy filtr 0,2 um, zewnętrzny balonik automatycznie wyrównujący ciśnienie w trakcie podawania do/pobierania z fiołki, kołnierz obejmujący na fiołkę o średnicy 20 mm, oraz łącznik bezigłowy. Objętość wypełnienia około 0,11 ml, ilość aktywacji 100 w okresie 7 dni. Nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 1 poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści objętość napełnienia 0,2 ml. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami,



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 1 poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści łącznik do transferu leków między strzykawkami, dwukierunkowe żeńskie złącze typu LUER i LUER LOCK, wykonany jest z polipropylenu i zapewnia bezpieczne połączenie urządzeń tyłu LUER i LUER LOCK, w celu bezpiecznego mieszania leków lub roztworów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do podaży cytostatyków- linia boczna bursztynowa (długość systemu 34 - 35 cm) z dodatkowym portem bezigłowym, kolec typu spike - wentylowany z filtrem hydrofobowym. Koniec dystalny zabezpieczony zatyczką z membraną wyrównująca ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu. Zawór zwrotny na końcu drenu zapobiega cofaniu się płynu do drenu. Objętość wypełnienia 2,6 ml. Nie zawiera DEHP, lateksu, PCV i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Przeznaczony do połączenia z linią główną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przygotowania cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości 39-40 cm, bez PCV. Zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, zacisk zatraskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Posiada zastawkę anty zwrotną uniemożliwiającą cofanie się płynu. Objętość wypełnienia systemu – 4,2 ml. Na drenie filtr z membraną filtrującą 0,2µm wykonaną z PES oraz z dwoma otworami wentylacyjnymi w obrębie hydrofobowej membrany PTFE 0,02µm. Zestaw umożliwia podawanie zarówno z worka jak i butelki. Nie zawiera DEHP, lateksu, pcv i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Przeznaczony do połączenia z linią główną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer - Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085ml, przepływ 312ml/min; przezroczysty, sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania 600 aktywacji lub w ciągu 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer -



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer - Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,04 ml, przepływ 160ml/min; przezroczysty, sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania 200 aktywacji, neutralne ciśnienie przy odłączeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik fiołki przezroczysty 13 mm z silikonową membraną, 600 aktywacji, bez PCV, DEPH i lateksu, długość 3,0 cm, objętość napełnienia 0,070ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łącznik fiołki przezroczysty 20 mm z silikonową membraną, 600 aktywacji, bez PCV, DEPH i lateksu, długość 3,0 cm, objętość napełnienia 0,070ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek worków i fiołek z bezigłowym zaworem, o przezroczystej obudowie, dwutorowy, z zamykanym odpowietrznikiem i wbudowanym filtrem. Długość 5,5 cm. Ilość aktywacji 600, nie zawierający ftalanów PCV i lateksu, odporny na lipidy i cytostatyki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek i worków z bezigłowym zaworem, objętość wypełnienia 0,55ml, przepływ min. 315 ml, długość min. 7,5 cm. Ilość aktywacji 600?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor