



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



EZ/140/2023/UG

Kielce dn. ...04.09...2023r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) na **Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych, materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy EZ/140/2023/UG**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 1, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 10/0, igła szpatuła o długości 6mm z nitką o długości 30cm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 1, pozycja 1** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 1.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 1, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła 7mm, szpatuła podwójna o średnicy 200 mikronów bez określania krzywizny ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 1, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6mm bez określania krzywizny i średnicy?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 1, pozycja 2** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 1.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.



---

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna” o długości 12mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 1, pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 1, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 1, pozycja 13** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 1, pozycja 13** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12**

**Pytanie nr Pakiet 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów poliamidowych?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13**

**Pakiet 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów w kolorze granatowym?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów w kolorze granatowym.

**Pytanie nr 14**

**Pakiet 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów w kolorze czarnym?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów w kolorze czarnym.

**Pytanie nr 15**

**Pakiet 2, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna” o długości 12mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



---

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 2, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 17**

**Pakiet 2, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej.

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 2, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 19**

**Pakiet nr 2, pozycja 8, pozycja 10,** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna”?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 2, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 2, pozycja 10, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 2, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowane igły odwrotnie tnącej o długości 26mm bez określenia „kosmetyczna”?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 2, pozycja 14** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę

---

klipsownicy oraz wewnętrzną rzeźbę, rozmiar S. Długość otwartego klipsa: 2,87mm, długość zamkniętego klipsa: 3,6-3,7 mm, szerokość otwartego klipsa: 1,98 mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na równoważny oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy naczyniowe tytanowe posiadające zewnętrzną mikrostrukturę odpowiadającą kształtem branszom klipsownicy, zapobiegającą wypadaniu klipsa z klipsownicy oraz wewnętrzną rzeźbę, rozmiar M. Długość otwartego klipsa: 4,68 mm, długość zamkniętego klipsa: 5,89 mm, szerokość otwartego klipsa: 3,02 mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 26**

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Należy przez ten fakt rozumieć, iż ustawodawca uznał, iż wyroby medyczne klasy III musi cechować wyższy poziom bezpieczeństwa niż wyrobów medycznych klasy IIB, ponieważ zastosowanie ich na najważniejszych naczyniach w organizmie ludzkim niesie ze sobą większe ryzyko związane z ich użyciem. Dlatego też, implant medyczny zastosowany przy zamknięciu tego typu naczyń musi spełniać jak najwyższe normy i być bardzo dokładnie przebadany pod kątem zapewnienia jak najdalej idącego bezpieczeństwa jego zastosowania nawet na tak ważnych naczyniach. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pakiecie 16 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III.


#### **Pytanie nr 27**

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w pakiecie 16 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynek), która zawiera wszystkie wymagane informacje



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynka), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający w pakiecie 16 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na równoważny oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsownica wielorazowego użytku wykonana ze stali chirurgicznej do klipsów w rozm. S, M rękojeść jednostronnie znakowana kolorystycznie kompatybilnie z kolorem magazynku, dł. 20cm, zgodnie z podanymi ilościami?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr29**

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 1 dopuści klips o szerokości 4,2 mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 2 dopuści klips o szerokości 4,8 mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 31 Dot. Pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew 10/0 USP?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 32 Dot. Pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ½ koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 33 Dot. Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniający, jednowłóknowy, poliamidowy?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 34 Dot. Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, pleciony, powlekany mieszką kopolimeru glikolidu i l-laktydu oraz stearynianem wapnia, wchłaniający, z mieszaniny kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekowego (10%), o okresie wchłaniania 60-70 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym, po 2 tyg. 75%, po 3 tyg. 50%?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.



---

**Pytanie nr 35 Dot. Pakietu nr 6, poz. 8**

Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycję z pakietu?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 36 Dot. Pakietu nr 6, poz. 46, 47**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 1/4 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 37 Dot. Pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłóknowy, wykonany z polidiodksanonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 38 Dot. Pakietu nr 10, poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści szew nie-pakowany na mokro?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr Dot. 39 Pakietu nr 10, poz. 14-19**

Czy Zamawiający dopuści szew bez powłoki antybakteryjnej?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 40 Dot. Pakietu nr 10, poz. 20-21**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłóknowy, wykonany z polidiodksanonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 41 Dot. Pakietu nr 10, poz. 22-25**

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 42 Dot. Pakietu nr 10, poz. 31-34**

Czy Zamawiający dopuści szew bez powłoki antybakteryjnej?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 43 Dot. Pakietu nr 10, poz. 43-44**

Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycje z pakietu?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 44 Dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga 70 cm?



---

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 10 długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga 70 cm.

**Pytanie nr 45 Dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklesłej?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 46 Dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklesłej?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 47 Dot. Pakietu nr 10, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 48 Dot. Pakietu nr 10, poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 1/4 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 49 Dot. Pakietu nr 10, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 1/2 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 50 Dot. Pakietu nr 10, poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści nici w kolorze czarnym?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 51 Dot. Pakietu nr 11, poz. 1-38**

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 52 Dot. Pakietu nr 11, poz. 39-44**

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniaalny, syntetyczny, poliester pleciony, powlekany silikonem?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 53 Dot. Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga 70 cm?

---

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 11 długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga 70 cm.

**Pytanie nr 54 Dot. Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą z tnącym końcem wszędzie tam gdzie wymaga igły okrągło tnącej?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 55 Dot. Pakietu nr 11, poz. 14, 21**

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą 37 mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 56 Dot. Pakietu nr 12, poz. 1-6**

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 57 Dot. Pakietu nr 12, poz. 7-8**

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniający, syntetyczny, poliester pleciony, powlekany silikonem?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 58 Dot. Pakietu nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą z tnącym końcem, powlekaną silikonem?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 59**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?


**Odpowiedź:** Zgodnie z § 8 ust. 3 projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego.

**Pytanie nr 60**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.





---

### Pytanie nr 61

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każde 1 dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy,

d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcznym okresem przydatności do użycia każdorazowo w wysokości 50,00 zł za stwierdzone uchybienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §3 ust. 2 oraz um. użyczenia)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, w postępowaniu jest już wzór umowy użyczenia.

### Pytanie nr 63

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), pleciony, powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego (Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 92%, po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%. Czas całkowitej absorpcji 56-70 dni ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.



---

**Pytanie nr 64**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 8 dopuści podwiązkę w rozmiarze „0” o dł. nici 50cm ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 8 dopuści podwiązkę w rozmiarze „0” o dł. nici 50cm

**Pytanie nr 65**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 13 dopuści igłę okrągło-tnącą wzmocnioną ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 13 dopuści igłę okrągło-tnącą wzmocnioną. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 66**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 17 dopuści igłę okrągło-tnącą wzmocnioną ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 17 dopuści igłę okrągło-tnącą wzmocnioną. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 67**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 39 dopuści igłę odwrotnie tnącą ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w poz. 39 dopuści igłę odwrotnie tnącą. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 68**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 46,47 dopuści igłę bez katalogowego opisu krzywizny igły 100-115° ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 69**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 47 dopuści igłę szpatułkową z mikroostrzem podwójną? Pozostałe parametry bez zmian. Zaproponowana igła jest rozwiązaniem nowocześniejszym technologicznie.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 70**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz.1-38 dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), pleciony,



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszzkielce.pl](mailto:szpital@wszzkielce.pl)  
[www.wszzkielce.pl](http://www.wszzkielce.pl)



---

powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego (Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 92%, po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%. Czas całkowitej absorpcji 56-70 dni ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 71**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 39-44 dopuści szew niewchłaniający, syntetyczny, poliester pleciony, powlekany silikonem?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 72**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 dopuści dł. nici 75cm we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest dł. nici 70 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszczają w pakiecie nr 11 dopuści dł. nici 75cm we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest dł. nici 70 cm.

**Pytanie nr 73**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 8 dopuści dł. igły 20mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszczają w pakiecie nr 11 w poz. 8 dopuści dł. igły 20mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 74**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 9 dopuści dł. igły 20mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszczają w pakiecie nr 11 w poz. 9 dopuści dł. igły 20mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 75**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 30 dopuści dł. igły 75mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszczają w pakiecie nr 11 w poz. 30 dopuści dł. igły 75mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 76**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 33 dopuści igłę okrągło-tnącą wzmocnioną. Pozostałe parametry bez zmian.



---

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 11 w poz. 33 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 77**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 41 dopuści nić o dł. 90cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 11 w poz. 41 dopuści nić o dł. 90cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 78**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 42 dopuści dł. igły 20mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 11 w poz. 42 dopuści dł. igły 20mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 79**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 w poz. 1-6 dopuści szew syntetyczny, niepowlekany, niewchłaniający, jednowłóknowy wykonany z polipropylenu ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 80**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 w poz. 7-8 dopuści szew syntetyczny, niewchłaniający, pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 81**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 w poz. 1 dopuści igłę CC (okrągła z mikroostrzem) ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 82**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 w poz. 2 dopuści igłę CC (okrągła z mikroostrzem) ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.


**Pytanie nr 83**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 w poz. 11-13 dopuści nić o dł. 75cm ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 12 w poz. 11-13 dopuści nić o dł. 75cm.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



---

**Pytanie nr 84**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 w poz. 13 dopuści dł. igły 31mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 12 w poz. 13 dopuści dł. igły 31mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 85**

Czy Zamawiający dopuści dla pakietu 6 złożenie referencji o łącznej wartości minimum 280 tys. zł brutto ? Z racji, że nasza firma funkcjonuje na rynku szwów chirurgicznych stosunkowo krótki okres czasu, trudne jest uzyskanie referencji o wartości, która przewidziana jest dla przedmiotowego pakietu.

Chcielibyśmy również dodać, że obecnie dostarczamy dla Państwa produkty z pakietu 1, których realizacja odbywa się z należytą starannością przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 86**

Czy Zamawiający dla pakietu 6 uzna za wystarczające przedstawienie referencji na ogólnie rozumiany sprzęt medyczny jednorazowego użytku? Nasza firma realizuję bądź zrealizowała szereg umów o wartości przewidzianej dla przedmiotowego pakietu w zakresie sprzętu medycznego jednorazowego użytku, lecz na rynku szwów chirurgicznych funkcjonuje stosunkowo krótko i trudne było w tym czasie uzyskać referencje o wartości przewidzianej dla danego pakietu.

Chcielibyśmy również dodać, że obecnie dostarczamy dla Państwa produkty z pakietu 1, których realizacja odbywa się z należytą starannością przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dział Zamówień Publicznych  
*mgr Urszula Gierada*  
SPECJALISTA

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kwaśniewska*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

