



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce¹⁹09.2023 r.

Znak sprawy EZ/184/2023/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania na „*Sukcesywne dostawy jednorazowych systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu na potrzeby Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, w plastikowej osłonce (brak osłonki w środku taśmy na odcinku min 2 cm), jednorodną, niewchłaniającą, białą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², grubość nici 0,08 mm, wielkość porów 976 23 14 μm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, bez wypustki środkowej, posiadającą na środku znaczniki ułatwiające pozycjonowanie podczas zabiegu oraz igły spiralne wielorazowego użytku /2 szt. Prawa+Lewa/, z ergonomicznymi uchwytami do implantacji przez otwory zasłonięte,?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lubTVT.

Wykonana jest niewchłaniającego polipropylenomonofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm (+/- 0,1 cm)
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm.

Taśma w plastikowej osłonce, wyjątek odcinek środkowy taśmy. Brzegi taśmy zakończone pętelkami. W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Oferowane przez nas taśmy stosowane są w wielu jednostkach szpitalnych w całej Polsce. Dopuszczenie naszego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kozłowska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplowski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl