

EZ/198/2023/WS

Kielce dn. 03.10.2023 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 1605) Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”**”

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:


#### **Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 3 – wieża artroskopowa (opis przedmiotu zamówienia)**

Czy w związku z faktem, że aktualnie wszystkie opisane parametry techniczne w pakiecie nr 3 spełnia wyłącznie sprzęt marki Arthrex – Czy Zamawiający dopuści do oceny sprzęt o następujących parametrach, co umożliwi zachowanie konkurencyjności w prowadzonym postępowaniu? Jednocześnie informujemy, że proponowane rozwiązanie w żadnym stopniu nie odbiega funkcjonalnością i konfiguracją od opisanego przez Zamawiającego systemu a różnice w parametrach są minimalne i wynikają wyłącznie z rozwiązań technologicznych stosowanych przez różnych producentów, które nie mają znaczenia klinicznego.

W związku z powyższym zwracamy się o dopuszczenie alternatywnej tabeli dotyczącej wymagań i parametrów technicznych dla pakietu 3 jak poniżej

#### **Przedmiot zamówienia: Wieża artroskopowa – 1szt.**


Lp.	Parametry wymagany aparatu	Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE	Parametry – potwierdzenia spełniania wymogów
<b>Endoskopowa kamera 4K – 1 szt.</b>			
1.	Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS. Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie)	TAK	
2.	Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu	TAK	

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



	(regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli)		
3.	Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy	TAK	
4.	Rozdzielczość kamery 4K UHD	TAK	
5.	System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz	TAK	
6.	Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa	TAK	
7.	Wbudowane programy specjalistyczne	TAK	
8.	Wyświetlanie obrazu w trybie światła białego	TAK	
9.	Współpraca ze źródłem światła LED	TAK	
10.	Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła	TAK	
11.	Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160))	TAK	
12.	Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt.	TAK	
13.	Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych	TAK	
14.	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia.	TAK	
15.	Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery	TAK	
16.	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej	TAK	
17.	Waga głowica kamery - 0,5 kg	TAK	
18.	Waga konsoli kamery - 5,44 kg	TAK	



19.	Przewód głowicy kamery - długość 3,05m	TAK	
<b>Monitor medyczny 4K – 1 szt.</b>		TAK	
20.	Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160	TAK	
21.	Matryca monitora LCD z podświetleniem OLED	TAK	

**Odpowiedź:** Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ, a jest wnioskiem o zmianę zapisów SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

**Pytanie nr 2 - dotyczy §7 ust. 2 - Projektowane postanowienia umowy zał. nr 3 do SWZ – ZADANIE 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie poniższych terminów?

- a) usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych/ 14 dni roboczych (W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy) od daty otrzymania pisemnej reklamacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3 - dotyczy §7 ust. 3 - Projektowane postanowienia umowy zał. nr 3 do SWZ – ZADANIE 3**

Prosimy o usunięcie z treści umowy w/w paragrafu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wymagany przez niego okres w którym zobowiązuje się do wszelkich napraw w ramach udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4 - dotyczy §7 ust. 9 - Projektowane postanowienia umowy zał. nr 3 do SWZ – ZADANIE 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 7 lat?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 5 - dotyczy §8 ust. 2b - Projektowane postanowienia umowy zał. nr 3 do SWZ – ZADANIE 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową do 500,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6 - dotyczy §8 ust. 2c - Projektowane postanowienia umowy zał. nr 3 do SWZ – ZADANIE 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi do 250,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7 - dotyczy Załącznika nr 2.2 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Pakiet 2 - Automatyczny wstrzykiwacz CO2.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowanie urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane z końcem 2022 r, które ma pełną gwarancję? Automatyczny wstrzykiwacz CO2 jest urządzeniem o standardowej konfiguracji, nie musi być produkowane pod specyficzne zamówienie, urządzenia wyprodukowane w grudniu 2022 roku są dokładnie takie same jak te produkowane od stycznia 2023. Dodatkowo gwarancja na to urządzenie będzie zawsze od podpisania protokołu instalacji urządzenia, tak więc sam rok czy miesiąc produkcji nie ma tu większego znaczenia.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

*Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.*

### ***MODYFIKACJA TREŚCI SWZ***

Ponadto Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) wprowadza modyfikację zapisów SWZ w zakresie CZEŚCI I – WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW, pkt 35 - dot. Pakiet 2-3 w następujący sposób:

#### **Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium - 20%**

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia za który można otrzymać punkty wynosi 30 dni. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 20 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

**50 dni kalendarzowych – 0 punktów (zgodnie z pkt 6 SWZ)**

**40 dni kalendarzowych– 10 punktów**

**30 dni kalendarzowych – 20 punktów**

### **PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

#### **NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

Termin składania ofert: 11.10.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.10.2023 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 24 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.11.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

**Wprowadzona powyżej modyfikacja jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.**

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*Wioleta Stróżyk*  
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Kwaśniewska*  
Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/30-33-517  
[wioleta.strozyk@wszkielce.pl](mailto:wioleta.strozyk@wszkielce.pl)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*