



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel. 41/36-71-301,
Fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/197/2023/AŁD

Kielce 03.10.2023 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert w oparciu o delegację wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.1605 ze zm.) na „Usługę bezprzewodowego, automatycznego dostępu do systemu monitoringu temperatury i wilgotności w Pracowni Leku Cytostatycznego i magazynach Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, udziela odpowiedzi na zadawane pytania.

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika 3 - wzoru umowy §3 punkt 1.1 - "dostarczenia 31 czujników (12 termometrów i 19 termohigrometrów) oraz niezbędnej do prawidłowego działania systemu transponderów GSM"

Czy Zamawiający w przypadku oferty utrzymania nadzoru nad posiadany przez Zamawiającego systemem w punkcie tym (§3 punkt 1.1) wymaga zgodnie z załącznikiem "2 opis przedmiotu zamówienia" zapewnienia dostępu do systemu monitoringu (nadzór i monitorowanie)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostępu do bezprzewodowego, automatycznego systemu monitoringu temperatury i wilgotności w urządzeniach i pomieszczeniach wykorzystywanych przez Zamawiającego wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu kompatybilnego z zaoferowanym systemem monitoringu do prawidłowej realizacji usługi.

Dział Zamówień Publicznych

Edyta Kwaśniewska
INSPEKTOR

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska