



Kielce 04.10.2023 r.

znak sprawy EZ/204/2023/SL

Dotyczy Zaproszenia do składania ofert na **Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do hemodializy dla potrzeb Klinicznego Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W związku z zapotrzebowaniem szpitala na cewniki krótkoterminowe (ostre) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników bez powłoki bakteriostatycznej w zakresie 11-12F

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 3 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu bez powłoki antynbakteryjnej z ramionami prostymi lub zagiętymi średnicy 11 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego.

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniująca szafa cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki 12F o długościach 16 i 20cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Sylwia Lasa
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14
e-mail. sylwia.lasa@wszkielce.pl