

Kielce 05.10.2023 r.

EZ/201/2023/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „Zakup i dostawa ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy EZ/201/2023/UG”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu oraz modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 1.

Dotyczy umowy paragraf 7 punkt 3 – czy koszty tych przeglądów mają być wliczone w cenę oferty czy Zamawiający będzie je pokrywał z własnych środków.

Odpowiedź: Zgodnie zapisami załącznika nr 3 do SWZ projektowane postanowienia wzoru umowy o zamówienie publiczne.

Pytanie nr 2.

Prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego ambulansu.

Odpowiedź: Zamawiający szacuje roczny przebieg ambulansu w granicach 90 000km

Pytanie nr 3.

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu przetestowania i dotarcia pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pytanie nr 4.

Dotyczy załącznik nr 2 – Wykonawca nie widzi opisu wymagań dotyczących sprzętu medycznego w tym noszy które w ocenie Wykonawcy powinny być zamontowane przez autoryzowany serwis. Czy Wykonawca ma zamontować mocowanie noszy – jeśli tak to prosimy o podanie marki i modelu dla jakich noszy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie w XI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE punktu nr 9 który otrzymuje brzmienie; „nosze o nośności powyżej 180kg, minimum trzy



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45


25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



stopniowe opuszczanie i podnoszenie noszy i mają być na wyposażeniu pojazdu łącznie z mocowaniem. Ponadto Zamawiający dopuszcza każdą markę noszy, która posiada stosowne atesty,,

Zamawiający załącza nowy załącznik nr 2 do SWZ, który otrzymuje brzmienie „**ZMODYFIKOWANY załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia**”.

Pytanie nr 5.

Prosimy o dopuszczenie radioodtworacza BT – CD wychodzi z użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza radioodtworacz BT.

Pytanie nr 6.

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie wymaga elementów systemu SWD PRM.

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga systemu SWD PRM.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający wymaga przetwornicy – prądu 230V w czasie jazdy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza przetwornice – prądu 230V w czasie jazdy

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający wymaga dodatkowych sygnałów pneumatycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dodatkowe sygnały pneumatyczne.

Pytanie nr 9.

Prosimy o dopuszczenie szafki na ścianie działowej wyposażonej w trzy szuflady.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafki na ścianie działowej wyposażonej w trzy szuflady.

Pytanie nr 10.

Prosimy o dopuszczenie montażu lawety do podłogi, a nie do przesuwanych paneli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż lawety do podłogi

Pytanie nr 11.

Dotyczy parametru punktowanego przedłużenie gwarancji mechanicznej na pojazd – czy Zamawiający dopuści przedłużoną gwarancję ograniczoną limitem KM?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail. wioleta.strozyk@wszkielce.pl



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert: 11.10.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.10.2023 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.11.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail urszula.gierada@wszckielce.pl

ZATWIERDZAM
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

