



Kielce 24.10.2023 r.

EZ/208/2023/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „**Dostawy przewodników, zastawek biologicznych aortalnych, stabilizatorów serca oraz pierścieni do plastyki serca dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści stabilizatory koniuszkowe nisko-profilowe, dla których ramię wykonane jest z tytanowych pierścieni i jest dostarczone w sposób nieodpłatny do siedziby Zamawiającego w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Zamawiającego, zatem bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie nr 2

**Czy Zamawiający dopuści do przetargu:**

Stabilizator serca koniuszkowy przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem, ramię stabilizatora o płynnej regulacji we wszystkich płaszczyznach, gładkościenne, niskoprofilowe; część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna, elastyczne zawieszenie główki stabilizatora na ramieniu; możliwość umieszczenia stabilizatora na ścianie komory serca; Skuteczne i trwałe utrzymywanie serca w wybranej pozycji nie upośledzające jego hemodynamiki, bez traumatyzacji tkanek, kształt – wycinek kuli. System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączącym stabilizator z pompą ssącą; stabilizator jednorazowego użytku, z 2 kpl rozwieraczy (wielorazowego użytku) do klatki przystosowane do stabilizatorów, dodatkowo z kompletem uniwersalnych jednorazowych bransz dostarczane do każdego stabilizatora tkanekowego jednorazowego użytku, w ilości: komplet 2 szt (sterylne bransze jednorazowego użytku, wyposażone dodatkowo w funkcję uchwytów na szwy osierdziowe)

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie nr 3

Dot. warunków udziału w postępowaniu część I pkt. 11 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści referencje których zakres obejmował ogólnie dostawę sprzętu jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Pytanie nr 4**

Dot. Załącznik nr 3 § 10 Kary umowne ust. 2 – Prosimy o zmniejszenie maksymalnej Łącznej kar umownych do 15 % wartości umowy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5**

Dot. Załącznik nr 3 § 10 Kary umowne ust. 1 lit. B i c. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na: Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotu dzierżawy i/lub przedmiotu użyczenia – w wysokości 0,2 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotu dzierżawy i/lub przedmiotu użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,2 % wartości towaru którego dotyczy zwłoka, licząc za każde 1 dzień zwłoki ponad termin określony w umowie

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kwaśniewska*

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

*Wioleta Stróżyk*  
INSPEKTOR