



Kielce, dnia 03.11.2023 r.

znak sprawy EZ/210/2023/AS

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. na „ **Zakup i dostawa urządzeń medycznych i sprzętu medycznego dla potrzeb Kliniki Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.** znak sprawy: **EZ/210/2023/AS**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy w powiązaniu z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2- Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym – 1 szt.

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segmenty wypełnione płytami HPL; leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca tylko na boki w segmencie oparcia pleców oraz segmencie podudzia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości 2220 mm (+/- 10 mm)? Oferowana długość jest bardzo zbliżona do wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie funkcji łóżka dostępnych na pilocie przewodowym:

regulacja wysokości

regulacja segmentu oparcia pleców

regulacja segmentu uda

funkcja autokontur, jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku

ustawienie łóżka w pozycji wyjściowej przy pomocy jednego przycisku

przycisk bezpieczeństwa aktywując w sposób świadomy funkcje sterowania

dioda LED informująca o uzyskaniu kąta 30o podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30o zatrzymuje się automatycznie)

dioda LED informująca o najniższym położeniu łóżka

funkcja oświetlenia nocnego, lampka podświetlająca podłogę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym panel sterowniczy posiada możliwość blokowania funkcji przez personel (za wyjątkiem funkcji ratowniczych i



pomocniczych, np. pozycja wyjściowa, CPR) – zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota bez diody sygnalizującej / pokazującej stan naładowania baterii? W oferowanym łóżku panel sterowniczy będzie posiadał diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie funkcji łóżka dostępnych na panelu sterowniczym:

regulacja wysokości

regulacja segmentu oparcia pleców

regulacja segmentu uda

funkcja autokontur, jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku

regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

funkcja krzesła kardiologicznego realizowana przy pomocy jednego przycisku

pozycja wyjściowa / funkcja wspomagająca pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka realizowana przy pomocy jednego przycisku

ustawienie łóżka w pozycji do badań realizowana przy pomocy jednego przycisku

funkcja antyszokowa realizowana przy pomocy jednego przycisku

funkcja elektryczny CPR realizowana przy pomocy jednego przycisku

dioda LED informująca o uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30° zatrzymuje się automatycznie)

dioda LED informująca o najniższym położeniu łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego diodę LED sygnalizującą proces ładowania baterii znajdującą się na panelu sterowniczym (bez diody sygnalizującej podłączenie do sieci)? W oferowanym łóżku dioda sygnalizująca podłączenie do sieci będzie znajdować się na pilocie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8



Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 390 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 790 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 10

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do 65° (+/- 5°)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w system podwójnej autoregresji sekcja pleców oraz sekcja ud o łącznej wartości 150 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża 44° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie -21° / 5° (+/- 2°)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wskazanego przez Zamawiającego, ponadto regulacja za pomocą sprężyny gazowej jest wygodniejsza niż mechanizm zapadkowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wyjmowane szczyty z tworzywa sztucznego, szybko i łatwo demontowalne do reanimacji (bez konieczności użycia narzędzi), z blokadą zabezpieczającą np. przed wypadnięciem szczytu podczas transportu łóżka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę wyposażoną w cztery koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 16

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie elektryczne 100-240V, 50-60Hz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego poręcze boczne tworzywowe, dwuczęściowe, opuszczane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca, nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka, zabezpieczające na całej długości leża, funkcja łatwego, szybkiego składania przy użyciu tylko jednej ręki, poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 18

Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca posiadającego pokrowiec odporny na sterylizację w autoklawie do 120°C, suszenie w suszarkach bębnowych w temperaturze do 70°C oraz prasowanie do 150°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 2- Łóżko dziecięce-1 szt.

Pytanie nr 19

Czy (w pkt. 1 i 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporną na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV w kolorze białym, możliwość wyboru koloru narożników łóżka (do wyboru kolor zielony, żółty, niebieski i pomarańczowy)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka składającego się z leża z poręczami oraz podstawy, które nie są połączone kolumnami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szerokość całkowitą 800 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 1875 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysokość całkowitą 1590 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24



Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysokość leża regulowaną w zakresie od 730 do 1010 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżeczka wyposażonego w opuszczane barierki boczne, mechanizm zwalniania barierki bocznych umiejscowiony pośrodku barierki z obu stron łóżeczka, dźwignia blokady zlokalizowana od strony zewnętrznej poza zasięgiem dziecka, możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny w dwóch pozycjach (barierki opuszczone i barierki podniesione)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego poręczce boczne w kolorze jasnoniebieskimi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym każda z poręczy bocznych po opuszczeniu zapewnia dostęp do leżącego dziecka z jednej strony?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże dwusegmentowe, wypełnione odejmowanymi płytami z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0° do 75°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30


Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w 4 koła o średnicy 125 mm z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez tworzywowej osłony, ale wyposażonego pod leżem w stalowy koszyk (w kolorze szarym) na rzecz pacjenta?





Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca wykonanego z pianki nacinanej typu „gofer” o gęstości 30 kg/m³ lub 35 kg/m³?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 30 i 35 kg/m³.

Pytanie nr 33

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca posiadającego pokrowiec odporny na sterylizację w autoklawie do 120°C, suszenie w suszarkach bębnowych w temperaturze do 70°C oraz prasowanie do 150°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Anna Sitek
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwasniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski