




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/223/2023/WS

Kielce dn. 20.11.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 1605) Przedmiotem zamówienia jest „*Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G o dł. 90 mm z prowadnicą o dł. 34 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 21G o dł. 150 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G o dł. 120?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści igły, które są pakowane po 20 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Quincke 25G o dł. 90 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji 4



Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, pakowanych po 20 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G o dł. 88 mm z prowadnicą o dł. 38 mm.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 8 – dotyczy zapisów § 10 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt. 2 :

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową - w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego, brakującego lub niezgodnego towaru

d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 50,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową w plastikowej osłonce (brak osłonki w środku na odcinku min. 2 cm), jednorodną, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wielkość porów 976-2314 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), atraumatyczne brzegi cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach, biała, na środku posiadająca znaczniki ułatwiające pozycjonowanie podczas zabiegu oraz igły spiralne wielorazowego użytku /prawa, lewa/, ze stali chirurgicznej, z ergonomicznymi uchwytami do implantacji zasłoniętej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 – dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej w razie wezwania w celu weryfikacji zaferowanego wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wskazane powyżej zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią integralną jej część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert z odpowiednią adnotacją pod pakietem. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska