



EZ/212/2023/UG

Kielce dn. 22.11.....2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) na Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych, materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy EZ/140/2023/UG

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Pakiet 6


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. 6 w poz. 9 i 10 hemostatyku ze 100% utlenionej regenerowanej celulozy o strukturze wielowarstwowej (7 warstw) reszta parametrów zgodnie z OPZ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pak. 6 w poz. 9 i 10 hemostatyku ze 100% utlenionej regenerowanej celulozy o strukturze wielowarstwowej (7 warstw).

Pytanie nr 2

Pakiet nr 7

W celu dopuszczenia produktu równoważnego i ze względu na to ,że Zamawiający w pakiecie 7 umieścił szczegółowy opis przedmiotu zamówienia co jest sprzeczne z założeniami o równoważności, i mając na względzie powyższe oraz równy dostęp do zamówień publicznych prosimy o zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w celu dopuszczenia produktów o tych samych lub lepszych funkcjach leczniczych, lecz niewielkich różnicach w zakresie danych technicznych. Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, bez wymienionego zapisu tj. produkt, który jest bezpośrednimi odpowiednikami produktów przedstawionych w specyfikacji, o tej samej nazwie międzynarodowej i postaci farmaceutycznej? Proszek hemostatyczny, z dokumentami dopuszczającymi do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - CE, Deklaracja i wyrób medyczny zgłoszony w Urzędzie rejestracji wyrobów medycznych i przeznaczony do stosowania w obrębie ran operacyjnych jako wchłaniający środek hamujący krwawienie. 100% polisacharyd pochodzenia roślinnego. Jest to hydrofilny, płynny, mikroporowaty proszek, syntetyzowany przez oczyszczoną skrobię sieciowaną w ramach zastrzeżonego procesu chemicznego. Oczyszczona skrobia sieciowana jest odporna na zmiany temperatury, obróbkę chemiczną oraz pH produktu wytwarzanego i gotowego. Środek nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. To drobnoziarnisty, suchy, sterylizowany



biokompatybilny i apirogeny biały proszek. Typowy okres wchłaniania wynosi od 24 do 48 godzin. O działaniu przeciwwzrostowym. Czas hemostazy 1-4min.

DZIAŁANIE Proponowany proszek to hydrofilny posiew cząsteczkowy, wzmacniający naturalną hemostazę poprzez koncentrowanie stałych składników krwi, takich jak płytki, krwinki czerwone oraz białka, na powierzchni cząstek i tworzenie macierzy żelowej. Skoncentrowana macierz żelowa stanowi barierę uniemożliwiającą dalszą utratę krwi i powstaje niezależnie od stanu koagulacji pacjenta. Wysokie stężenie czynników krzepnięcia i płytek krwi w żelu wzmacnia naturalne reakcje krzepnięcia i pomaga wytworzyć stabilny czop hemostatyczny. Proces wchłaniania rozpoczyna się natychmiast, a na jego przebieg wpływa kilka czynników, w tym ilość naniesionego środka oraz obszar zastosowania.

WSKAZANIA Środek jest przeznaczony do stosowania w ramach zabiegów chirurgicznych (poza okulistycznymi) jako pomocnicze kleszcze hemostatyczne, jeżeli kontrola krwawienia kapilarnego, żylnego i tętniczego poprzez ucisk, stosowanie podwiązek oraz innymi konwencjonalnymi metodami okaże się nieskuteczna lub niepraktyczna.

SPOSÓB DOSTARCZANIA Środek jest dostarczany w aplikatorach z miechem o pojemności 5 gramów, wraz z dołączonym aplikatorem 40cm

Proponowany materiał hemostatyczny z USA jest stosowany od lat w wielu klinikach i szpitalach zarówno w Polsce jak i na świecie), wysokiej jakości produkty pochodzą z USA i posiada wszelkie dokumenty typu CE i FDA, spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa


Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 Substytut opony twardej produktu o poniższych parametrach: Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny i sprężysty materiał, doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłaniałna, dwuwarstwowa łąta opony, - jedna warstwa z wysokooczyszczzonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczzonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydłych, liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej, dostępne rozmiary: 2,5x2,5cm, 5x5cm, 7,5x7,5cm, 10x12,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 5 Substytut opony twardej produktu o poniższych parametrach: Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny i sprężysty materiał, doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłaniałna, dwuwarstwowa łąta opony, - jedna warstwa z wysokooczyszczzonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczzonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydłych, liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej, w rozmiarach: 2,5x2,5cm, 5x5cm, 7,5x7,5cm, 10x12,5cm.



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ (dalej jako: „Umowa”) poprzez zmianę wskazanego tam terminu z „5 dni” na „10 dni roboczych”. Wykonawca nadmienia, iż z uwagi na szeroki zakres asortymentu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego terminu na uzyskanie i przedłożenie przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 9 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu następującego lub zbliżonego brzmienia: „Jeżeli Wykonawca nie przekaze decyzji o odmowie uznania reklamacji bądź nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego (tj. różnica w kosztach zakupu) będą obciążać Wykonawcę. Zapis § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.” Wykonawca nadmienia, iż w przypadku zakupu zastępczego, może on pokryć wyłącznie różnicę w kosztach zakupu u podmiotu trzeciego oraz kosztach oferowanych przez Wykonawcę – co stanowi rozwiązanie powszechnie przyjęte w podobnych postępowaniach przetargowych. Wykonawca proponuje również modyfikację w celu jednoznacznego potwierdzenia, że odmowa uznania reklamacji powinna być uwzględniona jako jedna z okoliczności wskazanych w § 9 ust. 3 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 10 ust. 1 pkt 2. Lit. c) Umowy poprzez obniżenie wskazanej tam kary – np. z 300 zł do 100 zł. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 7

Formularz asortymentowo cenowy, tabela cenowa: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli cenowej kolumny „Cena jednostkowa netto” i zmodyfikuje tabelę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców



działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmywy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści gazę o pH na poziomie 2,5 – 3,5?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza gazę o pH na poziomie 2,5 – 3,5.

Pytanie nr 10

Kary umowne - Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych na procentowe (1%) za opóźnienie w realizacji zamówienia czy reklamacji. Obecne zapisy 300 zł i 100 zł są rażąco wygórowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 2

Czy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu dotyczącego spełnienia przez użyte zamrażarki do przechowywania mrożonego kleju tkankowego wymogów przewidzianych Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych (t.j: Dz.U. z 2022r, poz. 974 ze zm.).

Użyte zamrażarki nie są wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla § 2 ust. 1 lit. f) załącznika nr 3a do SWZ projektowane postanowienia umowy w sprawie użyczenia.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14
urszula.gierada@wszkielce.pl