

Kielce, dnia 27.11.2023 r.

znak sprawy EZ/240/2023/UG

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy testów combo dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy: EZ/240/2023/UG”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści testy z możliwością wykonania tylko z materiału pobranego z nosogardzieli?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 96,4% dla SARS-CoV-2 określonej względem metody RT-PCR?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 95% dla Grypy typu A i 92,9% dla Grypy typu B określonej względem metody RT-PCR?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4


Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 94,3% dla RSV określonej względem metody RT-PCR?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 1



Czy Zamawiający dopuści test o czułości 96,9% dla Adenowirus określonej względem metody RT-PCR?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 91.8% dla M. pneumoniae określonej względem metody RT-PCR?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z opisem.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o następujących parametrach:

- SARS-CoV-2 : Swoistość: 99% Czułość: 96,4%
- Grypa A: Swoistość: 99,1%, Czułość: 95,0%
- Grypa B: Swoistość: 99,1% Czułość: 92,9%
- RSV: Swoistość: 96,2% Czułość: 94,3 %
- Adenowirus: Swoistość: 98,6% Czułość: 96,9%
- M.Pneumoniae: Swoistość: 98% Czułość: 91,8 %

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania od nr 2 do nr 6.

Pytanie nr 8

Czy dopuszczają Państwo testy, w których badanie przeprowadza się w nosogardła?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytanie od nr 1.

Pytanie nr 9

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na 1000 opakowań testów. W celu równoważnej oceny ofert prosimy o określenie wielkości opakowania lub przedstawienie ile sztuk testów wymaga zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 1000 opakowań testów w założeniu, iż opakowanie zawiera: kasetę testową, bufor, wymazówkę, instrukcje użycia.

Pytanie nr 10

Ile dostaw w ciągu roku Państwo planują, informacja ta pozwoli na lepsze oszacowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości dostaw w ciągu roku. Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w załącznikach.

Pytanie nr 11

Wnosimy o wskazanie w zaproszeniu do składania ofert poziomu realizacji zamówienia. Pomimo, że nie mają Państwo takiego obowiązku, obecne zapisy są krzywdzące dla Wykonawcy, który pomimo zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, towaru i pracowników, może nie być zobowiązany do realizacji umowy, ponosząc przy tym straty. Postanowienia przyszłej umowy powinny zabezpieczać Wykonawcę przed nieograniczonym



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



zmniejszaniem świadczenia przez Zamawiającego w trakcie jego wykonywania, co przekłada się niewątpliwie na możliwości oszacowania przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia oferty i zabezpieczenia jego interesów. Oczywiście mogą Państwo odmówić podwyższenia poziomu realizacji przedmiotu zamówienia, wpłynie to jednak na wycenę oferty dokonaną przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytanie od nr 10.

Pytanie nr 12

Bardzo proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania 2200 op. czy 2200 szt. testów w pakiecie 1 oraz 1000 op. czy 1000 szt. testów w pakiecie 2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 1 2200 opakowań testów w założeniu, iż opakowanie zawiera: kasetę testową, bufor, wymazówkę, instrukcje użycia i analogicznie w pakiecie nr 2.

Dział Zamówień Publicznych
mgr *Urszula Gierada*
SPECJALISTA

lek. *Łukasz Dobaj*
specjalista kardiologii
i intensywnej terapii
2402473

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr *Edyta Kuśniewska*

