



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 06.12.2023 r.

Znak sprawy EZ/250/2023/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania na „*Zakup stanowiska do resuscytacji noworodka dla Klinicznego Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry we wskazanych poniżej punktach opisu przedmiotu zamówienia:

Pkt. 4 – dwie szuflady wysuwane do przodu urządzenia

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z Zaprośzeniem do składania ofert. Szuflady wysuwane do przodu nie spełniają swojej roli w trakcie reanimacji z uwagi na konieczność dojścia do pacjenta z trzech stron nie ma możliwości jednocześnie wentylować pacjenta i sięgać po sprzęt do szuflady.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry we wskazanych poniżej punktach opisu przedmiotu zamówienia:

Pkt. 6 - Promiennik grzejny z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego, w zakresie regulacji mocy od 0 do 700 W zapewniający równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry we wskazanych poniżej punktach opisu przedmiotu zamówienia:

Pkt. 8 Wyświetlacz temperatury i o wysokości cyfr min. 30 mm, kolorowy.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymaganych parametrów z Pkt. 8

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl